

## 附件

### 6批次不符合规定医疗器械信息

序号	产品名称	被抽查单位	标示注册人	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	不符合标准规定项目
1	医用剪	南京朗登杰医疗科技有限公司	南京朗登杰医疗科技有限公司	220×1.5,弯,窄头,带齿	20230419 20230417008	硬度
2	医学影像存储与通讯系统软件	徐州博阵医疗科技有限公司	徐州博阵医疗科技有限公司	MDW CPACS	2022.7.20 CP2201 22072005	患者管理、日常管理
3	医用纱布片	常州市莱洁卫生材料有限公司	常州市莱洁卫生材料有限公司	8cm×10cm-8P	2023年2月22日 2023022201	纬纱线数
4	一次性使用输注泵	江苏省永宁医疗器械有限公司	江苏省永宁医疗器械有限公司	持续给液(CBI)	20230415 20230415	紫外吸光度
5	产后康复治疗仪	徐州众杰电子科技有限公司	徐州众杰电子科技有限公司	ZJ—2000B	2023-04-28 2000B2023042802	缺少输出的标记
6	中频治疗仪	徐州众杰电子科技有限公司	徐州众杰电子科技有限公司	ZJ—1000B	2023-04-28 1000B2023042801	缺少输出的标记