

## 附表

## 广东省医疗器械抽查检验信息（2023年第4期）

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	不符合规定项目
1	医用正压防护服	广州市	广州拜费尔空气净化材料有限公司	广州拜费尔空气净化材料有限公司	非无菌 175/XL 码	202212XL01	粤械注准 20222140453	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	抗静电性
2	一次性使用无菌采样拭子	广州市	广州为德医疗科技有限公司	广州为德医疗科技有限公司	WD01M	2210002	粤械注准 20212221814	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	旋转摩擦度
3	一次性使用病毒采样管	深圳市	深圳逗点医疗科技有限公司	深圳逗点医疗科技有限公司	RIZ-50	230401	粤械注准 20232220175	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	保存液的体积、脱毛
4	医用防护口罩	广州市	广州源临医疗器械有限公司	广州源临医疗器械有限公司	MR-HW-01	2022121801	粤械注准 20212141449	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	过滤效率
5	医用防护口罩	河源市	齐齐哈尔恒鑫医疗用品有限公司	河源华信泰康医院有限公司	折叠式 中号	20221204	黑械注准 20212140010	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:辽宁省医疗器械检验检测院	不符合规定	密合性
6	一次性使用气管切开插管	深圳市	深圳麦科田生命科学有限公司	深圳麦科田生命科学有限公司	TS12130	C22051101	粤械注准 20222080020	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	尺寸
7	医用防护口罩	汕头市	金奇孕婴童生活科技股份有限公司	金奇孕婴童生活科技股份有限公司	15.2X10.5cm	KK-KZ01	粤械注准 20202141681	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	密合性

8	医用一次性防护服	珠海市	珠海市金胜制衣有限公司	珠海市金胜制衣有限公司	非无菌连体式 175	Q220221201	粤械注准 20202141414	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	微生物指标
9	定制式活动义齿	湛江市	湛江市义海义齿有限公司	湛江市义海义齿有限公司	树脂基托可摘全口义齿	202304245	粤械注准 20192170601	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	基本要求及技术要求
10	医用一次性防护服	汕尾市	青岛煜荣医疗器械有限公司	汕尾市亿康健康管理有限公司	II 185	20221026	鲁械注准 20212140816	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合规定	抗静电性
11	医用一次性防护服	深圳市	深圳市盛鸿医疗科技有限公司	深圳市盛鸿医疗科技有限公司	无菌型 SH-I 170	TYSH20230105	粤械注准 20202142039	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	外观-针距
12	医用防护口罩	汕尾市	广东立德医疗科技有限公司	广东立德医疗科技有限公司	非无菌型 折叠式 15.5cm× 10.5cm	20230102A	粤械注准 20202141782	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	过滤效率
13	医用一次性防护服	中山市	江西北环实业有限公司	中山大涌医院	LBN001	20220207	赣械注准 20202140571	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:江西省医疗器械检测中心	不符合规定	外观-针距
14	医用防护口罩	佛山市	广东赋迪日用品制造有限公司	广东赋迪日用品制造有限公司	挂耳式 独立装 (非灭菌)	2023010001	粤械注准 20202141824	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	过滤效率、密合性
15	医用一次性防护服	佛山市	广东好念头医疗器械有限公司	广东好念头医疗器械有限公司	180	202211-A01	粤械注准 20212140162	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	抗静电性
16	医用一次性防护服	佛山市	云杉医疗用品(广州)有限公司	佛山市三水区乐平镇人民医院	175cm	20221107	粤械注准 20202141593	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	抗静电性

17	定制式活动义齿	江门市	台山市方圆义齿有限公司	台山市方圆义齿有限公司	胶托排牙	2023年5月9日	粤械注准 20152170697	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	外观及尺寸
18	医用防护口罩	肇庆市	新乡市汉方本草健康科技有限公司	广东邦建医药连锁有限公司德庆康城东分店	无菌挂耳折叠形	22480101	豫械注准 20212141605	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
19	医用防护口罩	佛山市	新乡市汉方本草健康科技有限公司	佛山高济邦健医药连锁有限公司三水耀华分店	无菌挂耳折叠形	22480101	豫械注准 20212141605	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
20	医用防护口罩	广州市	广东泰宝医疗科技股份有限公司	广州市民望富群药业有限公司	非无菌折叠式 16cm×11cm	20221101	粤械注准 20202141207	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	过滤效率、密合性
21	医用防护口罩	揭阳市	广东泰宝医疗科技股份有限公司	广东泰宝医疗科技股份有限公司	非无菌折叠式 16cm×11cm	20230101	粤械注准 20202141207	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
22	一次性使用密闭式防针刺伤静脉留置针	广州市	北京伏尔特技术有限公司	广州市番禺区第二人民医院	20G*30mm/ 三通型	批 221111	YY 1282-2016; 国械注准 20163141793	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
23	血液净化装置的体外循环血路	广州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	广州卫迪康医疗器械有限公司	BAIN-BL-04 6	2301160051	YY 0267-2016; 国械注准 20153100208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
24	血液净化装置的体外循环血路	广州市	贝恩医疗设备（湖南）有限公司	贝恩医疗设备（广州）有限公司	BAIN-BL-00 5	2201160253	YY 0267-2016; 国械注准 20153100208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
25	上肢康复训练系统	广州市	橙象医疗科技（广州）有限公司	橙象医疗科技（广州）有限公司	S500	CXYLS50022120 1	粤械注准 20202191847	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
26	一次性使用无菌导尿管	广州市	大连库利艾特医疗制品有限公司	广东省中医院二沙岛医院	20Fr 30ml	D22111702	YY 0325-2016; 辽械注准 20192140050	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

27	预充式导管冲洗器	广州市	福州海王福药制药有限公司	南方医科大学第五附属医院	药品氯化钠型: 10ml 预充式导管冲洗器	23011412	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
28	预充式导管冲洗器	广州市	福州海王福药制药有限公司	南方医科大学第五附属医院	药品氯化钠型: 10ml 预充式导管冲洗器	22121711	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
29	预充式导管冲洗器	广州市	广东艾希德药业有限公司	广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院(广州复大肿瘤医院)	10ml	23042001	国械注准 20193140709	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
30	一次性使用静脉留置针	广州市	广东爱迪医疗科技有限公司	民生医院	24G 普通 Y 型(端帽)	22343	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
31	密闭式防针刺伤型静脉留置针	广州市	广东爱迪医疗科技有限公司	广东爱迪医疗科技有限公司	24G 普通 Y 型(端帽)	23042	YY 1282-2016; 国械注准 20193140016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
32	密闭式防针刺伤型静脉留置针	广州市	广东爱迪医疗科技有限公司	广东爱迪医疗科技有限公司	24G 三通型(肝素帽)	23070	YY 1282-2016; 国械注准 20193140016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
33	医用防护服	广州市	广东朗固实业有限公司	广东朗固实业有限公司	连体式带脚套(A型) XL/175	20221211	粤械注准 20202141005	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
34	视频可视喉镜	广州市	广东名威科技有限公司	广东名威科技有限公司	MVL1	N20230301-006	粤械注准 20182080890	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
35	医用防护口罩	广州市	广东一康医疗用品有限公司	广东一康医疗用品有限公司	折叠头戴式 16.0cm*10.5cm N95(无菌)	2022121202	粤械注准 20222141108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

36	一次性使用硅胶胃管	广州市	广东亿康医疗器械有限公司	广东亿康医疗器械有限公司	10Fr	20230329	粤械注准 20212141448	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
37	一次性使用乳胶导尿管	广州市	广东亿康医疗器械有限公司	广东亿康医疗器械有限公司	双腔标准型 5.3mm(16Fr) )30ml	20220210	YY 0325-2016; 粤械注准 20212141381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
38	医用红外体温计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-518	20230423559	粤械注准 20182070286	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
39	红外线治疗仪	广州市	广州奥科维电子有限公司	广州奥科维电子有限公司	AK-2012-R1	230303282	粤械注准 20212091898	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
40	气囊式体外反搏系统	广州市	广州奥迈医疗科技有限公司	广州奥迈医疗科技有限公司	OM-A	A3005	国械注准 20163090402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
41	医用一次性防护服	广州市	广州白云山健护医疗用品有限公司	广州白云山健护医疗用品有限公司	E型(非无菌、带脚套,罗纹袖,加长款) 180	2212E02	粤械注准 20222140115	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
42	一次性使用导尿管	广州市	广州保瑞医疗技术有限公司	广州保瑞医疗技术有限公司	BR-DNG-T 18Fr	P230308	YY 0325-2016; 粤械注准 20192141333	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
43	医用外科口罩	广州市	广州博达医疗用品有限公司	广州博达医疗用品有限公司	耳挂式(非无菌型)/17.5cm ×9.5cm	20230308001	粤械注准 20212140431	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
44	光固化机	广州市	广州从化区生华实业有限公司	广州从化区生华实业有限公司	Xlite4	230510	粤械注准 20172171960	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

45	生物芯片阅读仪	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	StarrySky 10K	DA01001000000 21	粤械注准 20222220035	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
46	氧气面罩	广州市	广州德米医用设备有限公司	广州德米医用设备有限公司	普通级:成人面罩型: DM. 02. 011Y	2304008	粤械注准 20162081069	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
47	恒温核酸扩增荧光检测分析仪	广州市	广州迪澳生物科技有限公司	广州迪澳生物科技有限公司	Deaou-16P	序列号: 221102001	国械注准 20193220146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
48	恒温核酸扩增荧光检测分析仪	广州市	广州迪澳生物科技有限公司	广州迪澳生物科技有限公司	Deaou-IS48	序列号: 221101001	国械注准 20213220535	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
49	医用防护口罩	广州市	广州冠桦生物医疗科技有限公司	广州冠桦生物医疗科技有限公司	耳挂式 16cmx10.5cm	GH2022CCL014	粤械注准 20212140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
50	医用防护口罩	广州市	广州海珠海之康医疗科技有限公司	广州海珠海之康医疗科技有限公司	折叠型, 15.5cm(长) ×10.5cm (宽)	23011216	粤械注准 20212140928	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
51	正压面罩	广州市	广州和普乐健康科技有限公司	广州和普乐健康科技有限公司	HP-F10	231208	粤械注准 20192080165	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
52	正压面罩	广州市	广州和普乐健康科技有限公司	广州和普乐健康科技有限公司	HP-F20	231310	粤械注准 20212081498	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
53	一次性使用无菌中心静脉导管套件	广州市	广州健恩医疗设备有限公司	广州健恩医疗设备有限公司	双腔包: GMC-2720-S	2352110015	国械注准 20173034253	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

54	孕酮 (PROG) 测定试剂盒 (化学发光法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100 测试/盒	20230409	粤械注准 20212400489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
55	促黄体生成素 (LH) 测定试剂盒 (化学发光法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100 测试/盒	20230306	粤械注准 20212400322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
56	$\beta$ -人绒毛膜促性腺激素 ( $\beta$ -hCG) 测定试剂盒 (化学发光法)	广州市	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	100 测试/盒	20230403	粤械注准 20212400324	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
57	软性亲水接触镜	广州市	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	3C+	19Ym2413334、 19Ym2410332	国械注准 20153160108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
58	软性亲水接触镜	广州市	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	ABC	78IZ3210408	国械注准 20153161021	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
59	软性亲水接触镜	广州市	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	LA42	H3107370/H240 3215	国械注准 20143162313	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
60	一次性使用动静脉留置针及套件 (单针)	广州市	广州涑富医疗设备有限公司	广州涑富医疗设备有限公司	带阀型单针	20220905001	YY 1282-2016; 国械注准 20213140788	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
61	医用防护口罩	广州市	广州雷诺生物科技有限公司	广州雷诺生物科技有限公司	LN-N9501 15.5cmX10.5cm	2022121102	粤械注准 20202141297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
62	视觉功能训练治疗软件	广州市	广州立唯图科技有限公司	广州立唯图科技有限公司	LWT2021	2023. 1. 3	粤械注准 20222210474	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

63	非小细胞肺癌基因突变分析软件	广州市	广州燃石医学检验所有限公司	广州燃石医学检验所有限公司	BRTMAS-1	SN:RS20230208 V1	粤械注准 20222210153	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
64	根管长度测量仪	广州市	广州瑞柏安医疗器械有限公司	广州瑞柏安医疗器械有限公司	RPE X 9	20230505AL-00 04	粤械注准 20212170355	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
65	血液透析机	广州市	广州瑞博医疗设备有限公司	广州瑞博医疗设备有限公司	DORA-6000	220801000045	国械注准 20163100182	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
66	麻醉面罩	广州市	广州晟威医疗器械有限公司	广州晟威医疗器械有限公司	成人小号	23050504C	粤械注准 20212081869	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
67	医用防护口罩	广州市	广州市安身宝医疗器械有限公司	广州市安身宝医疗器械有限公司	N95-01 型 16.0cm× 10.5cm (± 0.5)	20221203	粤械注准 20192140485	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
68	弱视复合治疗仪	广州市	广州市博视医疗保健研究所	广州市博视医疗保健研究所	BS-G1S	22082701	粤械注准 20162191475	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
69	干眼理疗仪	广州市	广州市博视医疗保健研究所	广州市博视医疗保健研究所	ED-5	1000593	粤械注准 20202091010	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
70	二氧化碳激光治疗机	广州市	广州市激光技术应用研究所有限公司	广州市激光技术应用研究所有限公司	901-C 型	C02-01-230401	国械注准 20173014207	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
71	中频综合治疗仪	广州市	广州市健崎电子科技有限公司	广州市健崎电子科技有限公司	JQ-885	38852300006	粤械注准 20162091256	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
72	基因测序仪	广州市	广州市金圻睿生物科技有限责任公司	广州市金圻睿生物科技有限责任公司	KM MiniSeqDx- CN	KMNS010139	国械注准 20203220340	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

73	中频脉冲治疗仪	广州市	广州市康烛医疗器械有限公司	广州市康烛医疗器械有限公司	KZ-III	KZ-III20221228001	粤械注准 20192090511	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
74	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	广州市	广州市名加医疗器械制造有限公司	广州市名加医疗器械制造有限公司	麻醉机用伸缩管成人带囊型	23030204D	粤械注准 20192080098	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
75	麻醉面罩	广州市	广州市名加医疗器械制造有限公司	广州市名加医疗器械制造有限公司	A型2#	23032401	粤械注准 20152080043	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
76	多功能弱视综合治疗仪	广州市	广州市视加医疗仪器设备有限公司	广州市视加医疗仪器设备有限公司	SJ-300A	3A2212	粤械注准 20172160605	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
77	视觉软件训练治疗系统	广州市	广州视景医疗软件有限公司	广州视景医疗软件有限公司	SJ-RS-GP2008	8021055803121404	粤械注准 20162211452	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
78	天然橡胶胶乳男用避孕套	广州市	广州双一乳胶制品有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度:52mm/光面型	02302	粤械注准 20162181025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
79	医用一次性防护服	广州市	广州天思品汇实业有限公司	广州天思品汇实业有限公司	连靴式 175/XL	2212E1TS01	粤械注准 20202140912	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
80	天然橡胶胶乳男用避孕套	广州市	广州万方健医药有限公司	广州万方健医药有限公司	光面型, 标称宽度:52mm	ACGA3041	粤械注准 20182180489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
81	一次性使用麻醉面罩	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	儿童标准型	20210703	粤械注准 20142540331	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
82	氧袋面罩	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	标准成人型	20230408	粤械注准 20142080330	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

83	氧气面罩	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	标准儿童型	20220728	粤械注准 20142080329	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
84	医用面罩式雾化器	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	A型 6mL 标准儿童型	20230406	粤械注准 20142080328	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
85	一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	成人型 1.5m	20230404	粤械注准 20182660596	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
86	一次性无菌中心静脉导管套件	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔 7Fr*20	20220518	国械注准 20163031270	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
87	氧浓度可调面罩	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	标准儿童型	20210306	粤械注准 20142080329	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
88	一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	成人波纹型, 1.5m	20230201	粤械注准 20162080879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
89	一次性使用导尿包	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔标准型 18Fr30ml	20230330	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
90	一次性使用导尿包	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔标准型 20Fr30ml	20230225	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
91	一次性使用润滑导尿管	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州市红十字会医院	双腔标准型 16Fr	20221027	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141846	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
92	强脉冲光治疗仪	广州市	广州星际悦动股份有限公司	广州星际悦动股份有限公司	T11	H1534	粤械注准 20232090285	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

93	一次性使用防针刺静脉采血针	广州市	广州阳普医疗器械有限公司	广州阳普医疗器械有限公司	蝶翼式（配备防针刺装置和持针器）	20230244	国械注准 20153221561	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
94	一次性使用静脉采血针	广州市	广州阳普医疗器械有限公司	广州阳普医疗器械有限公司	蝶翼针	20230210	国械注准 20153222005	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
95	神经血管导丝	广州市	广州易介医疗科技有限公司	广州易介医疗科技有限公司	CGW14200S	F02230301	国械注准 20223031169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
96	颅内球囊扩张导管	广州市	广州易介医疗科技有限公司	广州易介医疗科技有限公司	BDC25010	F03230101	国械注准 20223031200	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
97	医用防护口罩	广州市	湖南康沃医疗用品有限公司	大参林医药集团股份有限公司第二百三十分店	折叠式耳挂式（非无菌型）16cm×10cm	21221227	湘械注准 20202140263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
98	基因测序仪	广州市	嘉检（广州）生物工程技术有限公司	嘉检（广州）生物工程技术有限公司	AmCareSeq-2000	Y0010221	国械注准 20213220560	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
99	一次性透析用血液回路管	广州市	江苏费森尤斯医药用品有限公司	广州新濠康尼戴斯血液透析中心	AP16641	D4CC16100	YY 0267-2016; 国械注准 20173100509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
100	医用防护口罩	广州市	辽宁倍康特生物科技有限公司	广州市海王星辰医药连锁有限公司世纪绿洲健康药房	折叠型耳挂式 无菌 21cm×15.5cm	20221201	辽械注准 20202140353	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
101	一次性使用导尿管	广州市	茂名市德力康医疗科技有限公司	广州医科大学附属中医院	4.0mm(12Fr)	20221101	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140294	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

102	空心纤维透析器	广州市	尼普洛株式会社	广东省中医院芳村医院	SUREFLUX-15G	22L26E	YY 0053-2016; 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
103	血液净化装置的体外循环回路	广州市	宁波天益医疗器械股份有限公司	广州金宝华康医疗器械有限公司	TX-JB-12	23023008	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
104	PTA 球囊扩张导管	广州市	普霖医疗科技(广州)有限公司	普霖医疗科技(广州)有限公司	FA06001-38; 3.0X20	FLN1220306001	国械注准 20193030077	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
105	PTCA 球囊扩张导管	广州市	普霖医疗科技(广州)有限公司	普霖医疗科技(广州)有限公司	4.0mmX20mm	FLN1220922001	国械注准 20193030255	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
106	促卵泡生成素(FSH)检测试剂盒(化学发光法)	广州市	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	100 人份/盒	20230504	粤械注准 20222400134	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
107	促黄体生成素(LH)检测试剂盒(化学发光法)	广州市	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	100 人份/盒	20230509	粤械注准 20222400920	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
108	泌乳素(PRL)检测试剂盒(化学发光法)	广州市	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	100 人份/盒	20230506	粤械注准 20212400996	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
109	预冲式冲管注射器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	南方医科大学南方医院	WGCZ 10ml	批 202302033	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
110	预冲式冲管注射器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广州市红十字会医院	不带针 WGCZ10ml	批 202305133	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

111	聚砜膜空心纤维透析器	广州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广州益森仁医血液透析中心	F16	23020440	YY 0053-2016; 国械注准 20153100873	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
112	血液净化装置的体外循环血路	广州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广州市中西医结合医院	JRHLL-021	22120721	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
113	空心纤维透析器	广州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广州市花都区人民医院	F14	23010532	YY 0053-2016; 国械注准 20153100873	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
114	医用一次性防护服	广州市	山东朱氏药业集团有限公司	广州京东弘健贸易有限公司	180cm	2022-11-01	鲁械注准 20212140985	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
115	一次性使用静脉留置针	广州市	上海正邦医疗科技有限公司	广州市增城区中医医院	三通(B型) 24G (0.75× 19 mm)	20230224	YY 1282-2016; 国械注准 20183141531	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
116	医用防护口罩	广州市	深圳市立江健康科技有限公司	广东东方世家药业连锁有限公司保利分店	折叠型	A2022093001C1	粤械注准 20212140652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
117	一次性使用静脉留置针	广州市	苏州林华医疗器械股份有限公司	广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院(广州复大肿瘤医院)	II-B型 24G × 0.75IN(0.7 ×19mm)	23013083	YY 1282-2016; 国械注准 20153141923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
118	一次性使用静脉留置针	广州市	威海洁瑞医用制品有限公司	广州粤海医院	24G× 19mm/Y-G	20221051	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
119	一次性使用静脉留置针	广州市	威海洁瑞医用制品有限公司	广州市从化区妇幼保健院	24G× 19mm/Y-G	20230731	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
120	一次性使用静脉留置针	广州市	威海洁瑞医用制品有限公司	广州市增城区仙村镇卫生院	20G× 29mm/Y-G	20221131	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

121	血液净化装置的体外循环回路	广州市	维泰医疗用品有限公司	暨华血液透析中心	BLU018E	2201150584	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
122	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	中山大学附属第三医院	连身式	2022112368	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
123	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广州市南沙区第六人民医院	连身式 180	2022103009	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
124	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广东省妇幼保健院	连身式 165	2022110468	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
125	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广东百源堂医药连锁有限公司招财分店	连身式 180	2022111509	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
126	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗用品股份有限公司	广州市预健生物科技有限公司	170	202204088P	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
127	医用一次性防护服	广州市	云杉医疗用品(广州)有限公司	云杉医疗用品(广州)有限公司	无菌型 170	20221109	粤械注准 20202141593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
128	医用防护口罩	广州市	云杉医疗用品(广州)有限公司	云杉医疗用品(广州)有限公司	无菌型 折叠式 16.5cm× 11cm	20221225AA1	粤械注准 20202141592	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
129	一次性使用硅胶导尿管	广州市	湛江市事达实业有限公司	广州市增城区中医医院	双腔标准 14Fr5-10ml	20221122	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141520	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
130	一次性使用无菌导尿包	广州市	湛江市事达实业有限公司	广州市荔湾区人民医院	III(标准型)	20220807	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

131	聚砜膜空心纤维透析器	广州市	注册人: ALLmedMiddleEast 欧迈德中东; 代理人: : 广州欧迈德医疗器械有限公司	广州欧迈德医疗器械有限公司	PS160	2340701	YY 0053-2016; 国械注进 20183102375	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
132	一次性使用静脉留置针	广州市	注册人: B. BraunMedical IndustriesSdn. Bnd; 代理人: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	广州医科大学附属第一医院	4253540-03	21L28G8391	YY 1282-2016; 国械注进 20153140417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
133	预充式导管冲洗器	广州市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson andCompany; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	中山大学附属第一(南沙)医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2174513	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
134	预充式导管冲洗器	广州市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson andCompany; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	广州市荔湾区妇幼保健院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2227186	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
135	预充式导管冲洗器	广州市	注册人: 南光化学制药股份有限公司, 代理人: 广州德商医药有限公司	广州德商医药有限公司	10ml	203202	国械注许 20203140005	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
136	空心纤维透析器	广州市	注册人: 尼普洛株式会社; 代理人: 尼普洛贸易(上海)有限公司	广州市荔湾区人民医院	SUREFLUX-1 50G	21J11AX	YY 0053-2016; 国械注进 20153102549	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

137	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人：山东威高血液净化制品股份有限公司；受托生产企业：威高血液净化（成都）有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院	JRHLL-020	23022091	YY 0267-2016； 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
138	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人：维泰医疗用品有限公司；代理人：广州朗恩医疗设备有限公司	广州市海珠意达血液透析中心有限公司	BLU041E	2201150100	YY 0267-2016； 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
139	血液净化装置的体外循环血路 Tubing Sets for Hemodialysis	广州市	注册人：维泰医疗用品有限公司；代理人：广州朗恩医疗设备有限公司	广州朗恩医疗设备有限公司	BLU041E	2201150156	YY 0267-2016； 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
140	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人：维泰医疗用品有限公司；代理人：广州朗恩医疗设备有限公司	广州俊雅贸易有限公司	BLU004E	2301150228	YY 0267-2016； 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
141	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人：维泰医疗用品有限公司；代理人：广州朗恩医疗设备有限公司	广州俊雅贸易有限公司	BLU009E	2201150189	YY 0267-2016； 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
142	红外线体温计	深圳市	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	E127	P22042629	粤械注准 20172071473	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
143	医用防护口罩（折叠型）	深圳市	安徽盒子健康科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司翠华花园健康药店	HB-003 医用 N95 非灭菌折叠款	20221202	皖械注准 20202140538	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
144	血液净化装置的体外循环血路	深圳市	成都市新津事丰医疗器械有限公司	深圳市第二人民医院	BPC-AB6-15 S	批 2304011	YY 0267-2016； 国械注准 20173103302	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

145	血液净化装置的体外循环回路	深圳市	大连 JMS 医疗器具有限公司	深圳市宝安区中心医院	iS01-018-00-01	230417.67	YY 0267-2016; 国械注准 20153100885	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
146	中空纤维透析器	深圳市	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	深圳市第二人民医院	NV-1.5M	21070311	YY 0053-2016; 国械注准 20173103360	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
147	一次性使用静脉留置针	深圳市	广东百合医疗科技股份有限公司	深圳市大鹏新区南澳人民医院	24G Y型	YDI-E211112	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
148	一次性使用静脉留置针	深圳市	广东百合医疗科技股份有限公司	深圳龙华区人民医院	22G Y型	YD2-230216	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
149	一次性使用乳胶导尿管	深圳市	广州维力医疗器械股份有限公司	中国科学院大学深圳医院(光明)	双腔导尿管 标准型 4.7mm(14Fr) 30ml	20221026	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
150	一次性使用乳胶导尿管	深圳市	广州维力医疗器械股份有限公司	深圳市大鹏新区葵涌人民医院	双腔导尿管 标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20230216	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
151	无菌医用防护口罩	深圳市	河北金禧医疗科技有限责任公司	深圳市永安堂大药房连锁有限公司八卦岭分店	折叠式、耳挂式 20cmX16cm	20220919	冀械注准 20212140770	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
152	医用防护口罩	深圳市	河南省蓝天医疗器械有限公司	深圳市龙华区人民医院	无菌折叠套头型	02222120932	豫械注准 20212141884	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
153	医用一次性防护服	深圳市	河南省蓝天医疗器械有限公司	深圳市龙华区人民医院	II-A型 175	02122101514	豫械注准 20202140579	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

154	医用一次性防护服	深圳市	湖北瑞康医用耗材有限公司	深圳宝田医院	连身式 L	220901	鄂械注准 20182642549	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
155	红外额式体温计	深圳市	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	FR1DZ1	序列号: 082302146	粤械注准 20192070553	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
156	红外耳温枪	深圳市	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	IR1DF1-1	序列号: 082300192	粤械注准 20192070554	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
157	一次性使用导尿管	深圳市	江苏华泰医疗器械有限公司	深圳远东妇产医院	4.0mm(Fr12)	20230131	YY 0325-2016; 苏械注准 20182140168	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
158	一次性使用导尿管	深圳市	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	中山大学附属第八医院(深圳福田)	4.0mm(F12)	20221005	YY 0325-2016; 苏械注准 20142140677	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
159	血液净化装置的体外循环血路	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中国科学院大学深圳医院(光明)	22-B	批 20230113	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
160	外周血管微导丝	深圳市	科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司	科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司	PGW18-180A	PGW20220801	国械注准 20213030774	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
161	球囊扩张导管	深圳市	科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司	科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司	FLW064075	FLW20230301	国械注准 20193030357	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
162	医用防护口罩	深圳市	辽宁倍康特生物科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司福昌苑健康药房	折叠型 耳挂式 无菌	20221201	辽械注准 20202140353	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
163	医用防护口罩	深圳市	名高医疗科技(昆山)有限公司	深圳市人民医院	16.5cm× 10.5cm	JS202212001	苏械注准 20212141095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

164	空心纤维透析器	深圳市	尼普洛株式会社	深圳市罗湖区人民医院	FB-19U	22J27E	YY 0053-2016; 国械注进 20173100232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
165	血液净化装置的体外循环血路	深圳市	宁波天益医疗器械股份有限公司	深圳市罗湖区人民医院	TX-JB-12	22103035	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
166	眼科影像处理软件	深圳市	平安国际智慧城市科技股份有限公司	平安国际智慧城市科技股份有限公司	SMART PACS-eye	2021.7	粤械注准 20222210720	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
167	预冲式冲管注射器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山大学附属第七医院(深圳)	WGCZ 5mL	202204283	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
168	预冲式冲管注射器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	香港大学深圳医院	WGCZ 5mL	批 202304013	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
169	预充式导管冲洗器	深圳市	山东中保康医疗器械有限公司	深圳市龙华区人民医院	ZBKYC03 3m	批 21220609	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
170	预充式导管冲洗器	深圳市	山东中保康医疗器械有限公司	深圳市龙岗区妇幼保健院	ZBKYC05 5mL	批 212303281	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
171	医用一次性防护服	深圳市	山东朱氏药业集团有限公司	深圳市福田区风湿病专科医院	无菌连身式 180cm	220118U19	鲁械注准 20212140985	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
172	一次性使用静脉留置针	深圳市	上海正邦医疗科技有限公司	深圳远东妇产医院	三通(B 型)24G (0.75×19 mm)	20230315	YY 1282-2016; 国械注准 20183141531	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
173	呼吸麻醉管路组	深圳市	深圳安维森实业有限公司	深圳安维森实业有限公司	Q112218P	0992304	粤械注准 20172080079	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

174	一次性使用无菌测温导尿管	深圳市	深圳安维森实业有限公司	深圳安维森实业有限公司	12Fr	0842211	YY 0325-2016; 粤械注准 20212141847	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
175	一次性使用微导管	深圳市	深圳北芯生命科技股份有限公司	深圳北芯生命科技股份有限公司	04-27F145-01	A041230201	国械注准 20223030424	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
176	一次性使用微导管	深圳市	深圳北芯生命科技股份有限公司	深圳北芯生命科技股份有限公司	03-19F150-01	A031230101	国械注准 20223030409	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
177	压力微导管	深圳市	深圳北芯生命科技股份有限公司	深圳北芯生命科技股份有限公司	1-14-1	B011230301	国械注准 20203070775	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
178	盆底肌肉康复仪	深圳市	深圳德佳智联科技有限公司	深圳德佳智联科技有限公司	D218i	2207D21801004	粤械注准 20212091225	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
179	体外心肺支持辅助设备	深圳市	深圳汉诺医疗科技有限公司	深圳汉诺医疗科技有限公司	LM-ECMO-1000	1012300006009	国械注准 20233100001	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
180	基因测序仪	深圳市	深圳华因康基因科技有限公司	深圳华因康基因科技有限公司	HYK-PSTAR-II A	181023	国械注准 20143222171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
181	超声胎音仪	深圳市	深圳京柏医疗科技股份有限公司	深圳京柏医疗科技股份有限公司	JPD-200C	2023-03-005	粤械注准 20192180860	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
182	红外体温计	深圳市	深圳蓝韵健康科技有限公司	深圳蓝韵健康科技有限公司	LW FT118	FT11822C01	粤械注准 20202070291	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
183	红外额温计	深圳市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	深圳乐普智能医疗器械有限公司	LFR20B	T230305	粤械注准 20192070111	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

184	麻醉机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	WATO EX-35	KG-35013080	国械注准 20183081861	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
185	麻醉机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	WATO EX-55 Pro	AT6-35001016	国械注准 20163082532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
186	麻醉机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	WATO EX-65	AT3-35003020	国械注准 20153081926	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
187	红外耳温计	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	M09G	FQIC36002446	粤械注准 20232070260	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
188	呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	SV300	GB-35074435	国械注准 20153080670	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
189	新生儿小儿呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	NB350	AK6-34001365	国械注准 20203080493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
190	呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	SV600	AA6-34023057	国械注准 20173081295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
191	超声高频集成手术设备	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	UP500	2023-03-10RA3-32000166	国械注准 20223011507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
192	亲水涂层导丝	深圳市	深圳麦普奇医疗科技有限公司	深圳麦普奇医疗科技有限公司	GWO-35-120 A	A2201031	国械注准 20203030017	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
193	神经介入微导管	深圳市	深圳美诺微创医疗科技有限公司	深圳美诺微创医疗科技有限公司	MC17	1172208002	国械注准 20213030394	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

194	导丝	深圳市	深圳美诺微创医疗科技有限公司	深圳美诺微创医疗科技有限公司	GW14	2142209002	国械注准 20213030428	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
195	眼科裂隙灯显微镜	深圳市	深圳莫廷医疗科技有限公司	深圳莫廷医疗科技有限公司	SL-M6	CD0134001	粤械注准 20202160055	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
196	眼科手术显微镜	深圳市	深圳莫廷医疗科技有限公司	深圳莫廷医疗科技有限公司	OPM500	CD0193501	粤械注准 20182160630	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
197	促黄体生成素(LH)测定试剂盒(电化学发光法)	深圳市	深圳普门科技股份有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	H062300400	粤械注准 20202400289	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
198	呼吸机	深圳市	深圳融昕医疗科技有限公司	深圳融昕医疗科技有限公司	RS300	GC-3S000007	国械注准 20223080484	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
199	无创呼吸机	深圳市	深圳融昕医疗科技有限公司	深圳融昕医疗科技有限公司	RS200	GA-2S000156	粤械注准 20212081062	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
200	医用防护口罩	深圳市	深圳山而威医疗科技集团有限公司	深圳山而威医疗科技集团有限公司	无菌型 SW-N95 折 叠式 16.5cm x 11cm	22112902	粤械注准 20222141453	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
201	医用一次性防护服	深圳市	深圳山而威医疗科技集团有限公司	深圳山而威医疗科技集团有限公司	III 型无菌 型带脚套 170	22112201	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
202	医用一次性防护服	深圳市	深圳山而威医疗科技集团有限公司	深圳山而威医疗科技集团有限公司	III 型无菌 型带脚套	23031701	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

203	核酸扩增检测分析仪	深圳市	深圳闪量科技有限公司	深圳闪量科技有限公司	FDx-1000	序列号： 002301003	国械注准 20223221095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
204	一次性肠内营养供应管路	深圳市	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	EN1S-W1	02151131914	粤械注准 20192140577	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
205	多光谱眼底照相机	深圳市	深圳盛达同泽科技有限公司	深圳盛达同泽科技有限公司	MSI C2008P	P22100004	粤械注准 20182160919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
206	弱视治疗仪	深圳市	深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司	深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司	VP-3D	2930490001	粤械注准 20192160829	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
207	车载数字 X 射线机	深圳市	深圳市艾克瑞电气有限公司	深圳市艾克瑞电气有限公司	AKHX-19D-II	2023 年 5 月	粤械注准 20222062048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
208	总β人绒毛膜促性腺激素 (Total β HCG) 测定试剂盒 (化学发光法)	深圳市	深圳市爱康试剂有限公司	深圳市爱康试剂有限公司	60 人份/盒	54230021	粤械注准 20222401842	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
209	孕酮测定试剂盒 (化学发光法)	深圳市	深圳市爱康试剂有限公司	深圳市爱康试剂有限公司	60 人份/盒	53230011	粤械注准 20222401830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
210	臂式电子血压计	深圳市	深圳市爱立康医疗股份有限公司	深圳市爱立康医疗股份有限公司	AES-U251	23C011	粤械注准 20182071146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
211	转运呼吸机	深圳市	深圳市安保医疗科技股份有限公司	深圳市安保医疗科技股份有限公司	6000S	SN606A-234000 105	国械注准 20173084169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

212	急救呼吸机	深圳市	深圳市安保医疗科技股份有限公司	深圳市安保医疗科技股份有限公司	AII6000A	605A-234000001	国械注准 20153081579	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
213	呼吸机	深圳市	深圳市安保医疗科技股份有限公司	深圳市安保医疗科技股份有限公司	T6	624A-234000068	国械注准 20213080853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
214	急救转运呼吸机	深圳市	深圳市安保医疗科技股份有限公司	深圳市安保医疗科技股份有限公司	T5	SN609A-234000007	国械注准 20193080768	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
215	红外体温计	深圳市	深圳市奥极医疗科技有限公司	深圳市奥极医疗科技有限公司	A0J-2013	201300002	粤械注准 20202070940	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
216	一次性无菌医用雾化器	深圳市	深圳市百瑞琪医疗器械有限公司	深圳市百瑞琪医疗器械有限公司	NAK-22-04	Z202212008	粤械注准 20212081723	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
217	一次性使用阴道给药器	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	中号	23032902	粤械注准 20202180899	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
218	超声多普勒血流检测仪	深圳市	深圳市贝斯曼精密仪器有限公司	深圳市贝斯曼精密仪器有限公司	BV-520T	5201323050001	粤械注准 20172071863	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
219	软性亲水接触镜	深圳市	深圳市大仕城光学科技有限公司	深圳市大仕城光学科技有限公司	COCO	23022101/23022404/23022701/23022801	国械注准 20223161059	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
220	强脉冲光治疗仪	深圳市	深圳市得辉达智能科技有限公司	深圳市得辉达智能科技有限公司	ARHM01A	202305002	粤械注准 20222090913	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

221	总β人绒毛膜促性腺激素 (Total β-HCG) 测定试剂盒 (直接化学发光法)	深圳市	深圳市国赛生物技术有限公司	深圳市国赛生物技术有限公司	50 人份/盒	230009230628	粤械注准 20222400341	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
222	促卵泡生成素 (FSH) 测定试剂盒 (直接化学发光法)	深圳市	深圳市国赛生物技术有限公司	深圳市国赛生物技术有限公司	50 人份/盒	230025230726	粤械注准 20222401730	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
223	麻醉视频喉镜	深圳市	深圳市宏济医疗技术开发有限公司	深圳市宏济医疗技术开发有限公司	VL3D	3D23021120119 9	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
224	定制式固定义齿	深圳市	深圳市宏盛义齿技术有限公司	深圳市宏盛义齿技术有限公司	氧化锆全锆冠 (桥、桩核、嵌体)	2304210032	粤械注准 20222172031	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
225	酶标分析仪	深圳市	深圳市华科瑞科技有限公司	深圳市华科瑞科技有限公司	HR801	H000522110000 07	粤械注准 20222221681	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
226	非接触红外额温计	深圳市	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	DT-8806H	SN: 220123451	粤械注准 20162200711	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
227	定制式固定义齿	深圳市	深圳市华伟医疗科技有限公司	深圳市华伟医疗科技有限公司	氧化锆全瓷桥、冠	HW23017251 (01725)	粤械注准 20222172008	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
228	红外额温计	深圳市	深圳市汇天益电子有限公司	深圳市汇天益电子有限公司	WT3652	H22332379	粤械注准 20202072194	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
229	一次性使用有创血压传感器	深圳市	深圳市惠心诺科技有限公司	深圳市惠心诺科技有限公司	HXN12-III-02 (带采血系统)	H23002363	国械注准 20223070267	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

230	一次性使用有创血压传感器	深圳市	深圳市惠心诺科技有限公司	深圳市惠心诺科技有限公司	HXN21-PT-III	H23048317	国械注准 20233070096	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
231	半导体激光治疗仪	深圳市	深圳市吉斯迪科技有限公司	深圳市吉斯迪科技有限公司	GP900A6	2000942769	国械注准 20173094627	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
232	强脉冲光治疗仪	深圳市	深圳市吉斯迪科技有限公司	深圳市吉斯迪科技有限公司	GP666C8	2000942768	粤械注准 20142090306	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
233	医用一次性防护服	深圳市	深圳市金麒麟环境科技有限公司	深圳市金麒麟环境科技有限公司	170II 连身式	JQL222120901	粤械注准 20222140246	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
234	定制式保持器	深圳市	深圳市卡德尔义齿制作有限公司	深圳市卡德尔义齿制作有限公司	保持器	00020739	粤械注准 20222170389	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
235	电解质分析仪	深圳市	深圳市康立生物医疗有限公司	深圳市康立生物医疗有限公司	E-80S	2021. 11	粤械注准 20232220221	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
236	红外耳式体温计	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	IRT10	SN: TC23020600 9	粤械注准 20162070885	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
237	呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	V8	VA230302001	国械注准 20223081286	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
238	呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	V3	VC230315049	国械注准 20213080252	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
239	呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	NV50A	NT230203178A	国械注准 20223081497	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

240	新生儿呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	NV10	HI230408012A	国械注准 20163081772	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
241	急救转运呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	V1	VE230412059	国械注准 20213080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
242	呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	V5	V0230224026	国械注准 20223081609	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
243	急救转运呼吸机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	EV5	E5230328017	国械注准 20223081556	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
244	麻醉机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	AX-400	FG230420003	国械注准 20183081678	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
245	麻醉机	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	A7	FG230420003	国械注准 20223080143	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
246	全自动特定蛋白分析仪	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	CP880	51230301001	粤械注准 20232220234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
247	脉搏血氧饱和度仪	深圳市	深圳市科瑞康实业有限公司	深圳市科瑞康实业有限公司	PC-60B1	序列号: SN. XBU011TA38 2010	粤械注准 20152210273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
248	脑功能视听觉刺激系统	深圳市	深圳市美德医疗电子技术有限公司	深圳市美德医疗电子技术有限公司	SA-9939	012304000010	粤械注准 20192060685	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
249	温度和脉搏血氧仪	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	AM-806	LA20220225017	粤械注准 20172071519	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

250	医用红外体温计	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	IRT101B	LA202211110100066	粤械注准 20162070942	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
251	麻醉机	深圳市	深圳市普博医疗科技股份有限公司	深圳市普博医疗科技股份有限公司	Pumila 750D	0109230509001	国械注准 20223081557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
252	一次性使用口腔护理包	深圳市	深圳市瑞德医疗科技有限公司	深圳市瑞德医疗科技有限公司	RD-KH0-0	20230302	粤械注准 20212171247	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
253	血管造影导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	JR4.0 5FX100cm	SM623201	国械注准 20203030159	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
254	导引导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	JR3.5 6FX100cm	SM623201	国械注准 20203030126	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
255	导引导丝	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	Pi-14190S-027	SM623201	国械注准 20223031067	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
256	PTCA 导丝	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	PGW-14190-01	SM623196	国械注准 20203030449	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
257	PTCA 导丝	深圳市	深圳市天可医疗科技有限公司	深圳市天可医疗科技有限公司	AGW35150S	TK623093A	国械注准 20233030073	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
258	单水平无创呼吸机	深圳市	深圳市伟晴大健康科技有限公司	深圳市伟晴大健康科技有限公司	NatrMeet 20A	A101DCH00N1CN CNCN111232204 73	粤械注准 20222080852	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
259	双水平无创呼吸机	深圳市	深圳市伟晴大健康科技有限公司	深圳市伟晴大健康科技有限公司	NatrSleep 25S_Auto	A111BCN00N1CN CN11123220665	粤械注准 20222080987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

260	压缩式雾化器	深圳市	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	JLN-2322AS	CN230446001001	粤械注准 20142080177	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
261	医用一次性防护服	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市兴业卓辉实业有限公司	无菌型 180	X2160	粤械注准 20202140440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
262	医用一次性防护服	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市兴业卓辉实业有限公司	无菌型 185	X2343	粤械注准 20202140440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
263	医用外科口罩	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市兴业卓辉实业有限公司	平面形绑带式, 175mm×95mm	X2329	粤械注准 20222140951	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
264	促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230301	粤械注准 20152401358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
265	孕酮测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230501	粤械注准 20152401363	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
266	垂体泌乳素测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230301	粤械注准 20152401337	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
267	睾酮测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230301	粤械注准 20152401391	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
268	雌二醇测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230201	粤械注准 20152401403	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
269	叶酸测定试剂盒(化学发光法)	深圳市	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50 人份/盒	20230501	粤械注准 20172401048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

270	强脉冲光治疗仪	深圳市	深圳市洋沃电子有限公司	深圳市洋沃电子有限公司	BE965A	YWH0328005	粤械注准 20232090207	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
271	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	230-10-6-2 /3.0mmX10m	F422303028	国械注准 20223031188	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
272	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	225-15-9-2 /2.5mmX15m	F432303012	国械注准 20223031172	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
273	微导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	218-135-8-2/108F-135H	F222304005	国械注准 20203030533	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
274	一次性使用导引导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	76TR-4000-7-3	F122212011	国械注准 20183770276	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
275	一次性使用造影导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	25J2-35A0-5-1	F232303014	国械注准 20203030642	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
276	中心静脉导管	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	单腔(16G)	323118247	国械注准 20163030676	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
277	一次性使用无菌血管内导管附件：导丝	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SCW-GW-0.035in	323116249	国械注准 20173030761	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
278	造影导丝	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	J035150	323112253	国械注准 20213030512	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
279	一次性使用无菌血管内导管：球囊扩张导管	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SCW-PTCA-2015	323114251	国械注准 20173030911	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

280	一次性使用无菌血管内导管：造影导管	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SWC-STR-05090	323110255	国械注准 20173034506	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
281	一次性使用有创血压传感器	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	BPT- I	323115250	国械注准 20213070834	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
282	一次性使用动脉留置针	深圳市	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	20G	323219146	YY 1282-2016; 国械注准 20213140396	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
283	红外体温计	深圳市	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市优瑞恩科技有限公司	UFR106	FLL005	粤械注准 20162201205	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
284	臂式电子血压计	深圳市	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市优瑞恩科技有限公司	U80K	CBMD002	粤械注准 20172201155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
285	医用外科口罩	深圳市	深圳市宇冠医疗器械有限公司	深圳市宇冠医疗器械有限公司	松紧式	20221222	粤械注准 20162140422	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
286	麻醉机用管路及其连接件	深圳市	深圳市源泰医疗器械有限公司	深圳市源泰医疗器械有限公司	Z02	MA23051505	粤械注准 20192080766	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
287	脉搏血氧仪	深圳市	深圳市正生技术有限公司	深圳市正生技术有限公司	A320	A320230136000 26	粤械注准 20192070920	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
288	医用红外体温计	深圳市	深圳市正生技术有限公司	深圳市正生技术有限公司	A200	230306	粤械注准 20202071121	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
289	垂体泌乳素测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230401	粤械注准 20212400566	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

290	促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230401	粤械注准 20212400567	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
291	促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230501	粤械注准 20212400568	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
292	雌二醇测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230501	粤械注准 20212400606	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
293	孕酮测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230301	粤械注准 20212400608	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
294	睾酮测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR20230501	粤械注准 20212400731	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
295	人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法）	深圳市	深圳市卓润生物科技有限公司	深圳市卓润生物科技有限公司	30 人份/盒	DR0230301	粤械注准 20212400710	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
296	半导体激光治疗仪	深圳市	深圳索感科技有限公司	深圳索感科技有限公司	ILaser I	SNILI 227122	国械注准 20213010559	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
297	叶酸（FA）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）	深圳市	深圳泰乐德医疗有限公司	深圳泰乐德医疗有限公司	60 测试/盒	20230606	粤械注准 20222400833	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
298	半导体激光治疗仪	深圳市	深圳为人光大科技有限公司	深圳为人光大科技有限公司	T60A	WR08012303251	国械注准 20193010390	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

299	强脉冲光治疗仪	深圳市	深圳为人光大科技有限公司	深圳为人光大科技有限公司	NICE-02	WR16022303292	粤械注准 20202091430	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
300	多普勒胎心仪	深圳市	深圳卫康明科技有限公司	深圳卫康明科技有限公司	FD-270G	HN230195	粤械注准 20192180729	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
301	PTA球囊扩张导管	深圳市	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	ST80100L	05C2207006	国械注准 20213030793	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
302	外周球囊扩张导管	深圳市	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	SF25100L	05b2302003	国械注准 20213030502	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
303	红外额温计	深圳市	深圳亿能终端有限公司	深圳亿能终端有限公司	LE20	YN202304224528	粤械注准 20202071951	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
304	超声胎心仪	深圳市	深圳子卿医疗器械有限公司	深圳子卿医疗器械有限公司	TX-02	20230323TX02003	粤械注准 20222180517	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
305	医用防护口罩	深圳市	深中海医疗用品(深圳)有限公司	深中海医疗用品(深圳)有限公司	(灭菌级) 20190039-013/H-L(白色)	202301030100	粤械注准 20152141326	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
306	医用防护口罩	深圳市	深中海医疗用品(深圳)有限公司	深中海医疗用品(深圳)有限公司	无菌型) AOKMASK-003	202301030100	粤械注准 20162140766	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
307	密闭式静脉留置针	深圳市	苏州碧迪医疗器械有限公司	深圳市罗湖区妇幼保健院	1.1mm x 30mm	2327051	YY 1282-2016; 国械注准 20153141545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
308	密闭式静脉留置针	深圳市	苏州碧迪医疗器械有限公司	深圳市龙华区中心医院	0.7mm×19mm Y型	3052747	YY 1282-2016; 国械注准 20153141545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

309	一次性使用静脉留置针	深圳市	苏州林华医疗器械股份有限公司	中山大学附属第七医院（深圳）	FII-B 型	23023053	YY 1282-2016； 国械注准 20153141774	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
310	一次性使用静脉留置针	深圳市	苏州林华医疗器械股份有限公司	中山大学附属第八医院（深圳福田）	II-A 型 20G × 1.161N(1.1 ×30mm)	23020438	YY 1282-2016； 国械注准 20153141923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
311	颅内球囊扩张导管	深圳市	为泰医疗器械（深圳）有限公司	为泰医疗器械（深圳）有限公司	NE27512	02023020252	国械注准 20223031630	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
312	面罩	深圳市	伟康医疗产品（深圳）有限公司	伟康医疗产品（深圳）有限公司	DreamWear Full: MED-M	230420	粤械注准 20162080986	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
313	面罩	深圳市	伟康医疗产品（深圳）有限公司	伟康医疗产品（深圳）有限公司	DreamWisp: S-MED	230420	粤械注准 20142080298	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
314	面罩	深圳市	伟康医疗产品（深圳）有限公司	伟康医疗产品（深圳）有限公司	AF531 EE LEAK 1, M	230420	粤械注准 20152080913	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
315	面罩	深圳市	伟康医疗产品（深圳）有限公司	伟康医疗产品（深圳）有限公司	PerformaTr ak, M	230420	粤械注准 20152080914	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
316	无创呼吸机	深圳市	伟康医疗产品（深圳）有限公司	伟康医疗产品（深圳）有限公司	Dorma 500 Auto	SZ7045000DBC3	粤械注准 20152541046	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
317	医用一次性防护服	深圳市	稳健医疗（崇阳）有限公司	深圳市盐田区人民医院	连身式 165	2022052749	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

318	医用防护口罩	深圳市	稳健医疗（黄冈）有限公司	深圳市盐田区人民医院	WN-N95 折叠式（M） 150mm× 105mm	202211303J	鄂械注准 20162142419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
319	医用外科口罩	深圳市	稳健医疗用品股份有限公司	稳健医疗用品股份有限公司	长方型 挂耳 17cm× 9cm	2023022052	粤械注准 20152140745	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
320	导丝	深圳市	先健科技（深圳）有限公司	先健科技（深圳）有限公司	SSGW-35-26 0	231812	国械注准 20203030889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
321	外周球囊扩张导管	深圳市	先健科技（深圳）有限公司	先健科技（深圳）有限公司	P185008013 0	231810	国械注准 20203030874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
322	医用一次性防护服	深圳市	许昌振德医疗用品有限公司	深圳市人民医院	灭菌型 II 型 180cm 连身式	2022080802	浙械注准 20192140166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
323	空心纤维透析器	深圳市	旭化成医疗器械（杭州）有限公司	深圳市龙华区人民医院	REXEED-15L C	2M9Z9B	YY 0053-2016; 国械注准 20153100880	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
324	空心纤维透析器	深圳市	旭化成医疗器械（杭州）有限公司	深圳百霖血液透析中心	REXEED- 15UC	6N2326	YY 0053-2016; 国械注准 20153100879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
325	定制式附着义齿	深圳市	洋紫荆牙科器材（深圳）有限公司	洋紫荆牙科器材（深圳）有限公司	纯钛支架混合按扣附着义齿	20230414	粤械注准 20232170022	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
326	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械（深圳）有限公司	业聚医疗器械（深圳）有限公司	220-153-54 J	4225182303	国械注准 20173033337	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
327	一次性使用外周血管球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械（深圳）有限公司	业聚医疗器械（深圳）有限公司	AL635-154N	2201852205	国械注准 20193030330	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

328	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械（深圳）有限公司	业聚医疗器械（深圳）有限公司	234-R-1510J	2103022302	国械注准 20173030784	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
329	双导丝刻痕球囊	深圳市	业聚医疗器械（深圳）有限公司	业聚医疗器械（深圳）有限公司	620-103-1J	1736492210	国械注准 20173034163	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
330	一次性使用外周血管球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械（深圳）有限公司	业聚医疗器械（深圳）有限公司	L540-45080	4002312203	国械注准 20193030403	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
331	一次性使用有创血压传感器	深圳市	优尼麦迪克器械（深圳）有限公司	优尼麦迪克器械（深圳）有限公司	TBAB03	23030401	国械注准 20193070665	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
332	一次性使用无菌导尿管	深圳市	湛江市事达实业有限公司	深圳龙华区人民医院	双腔气囊标准型 16Fr（30ml）	20230413	YY 0325-2016； 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
333	血液净化处理装置的体外循环管路	深圳市	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	深圳市安捷伦医疗器械有限公司	C01K	220923	YY 0267-2016； 国械注准 20173104732	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
334	血液净化处理装置的体外循环管路	深圳市	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	深圳市安捷伦医疗器械有限公司	C09	220105	YY 0267-2016； 国械注准 20173104732	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
335	一次性使用静脉留置针	深圳市	注册人：贝朗梅尔松根股份有限公司 B. BraunMelsungen AG；代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司	深圳出入境边防检查总站医院	4268113B	22C01G8345	YY 1282-2016； 国械注进 20163141210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

336	一次性使用静脉留置针	深圳市	注册人: 贝朗梅尔松根股份有限公司 B. BraunMelsungen AG; 代理人: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	深圳出入境边防检查总站医院	4268091B	22K08G8253	YY 1282-2016; 国械注进 20163141210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
337	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	深圳市南山区妇幼保健院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2154255	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
338	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	深圳市儿童医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2300902	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
339	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	南方医科大学深圳医院	BD 3ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	2040581	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
340	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	北京大学深圳医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	2006792	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
341	血液净化装置的体外循环管路	深圳市	注册人: 好思比制造服务有限公司; 代理人: 广州德朗医疗设备有限公司	深圳市龙华区人民医院	SHM-HBTL-01	2301150522	YY 0267-2016; 国械注进 20163101830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

342	一次性使用无菌导尿管	深圳市	注册人：马来西亚优乐技术有限公司；代理人：江西3L医用制品集团股份有限公司	深圳市罗湖区人民医院	2111430	22-G-12C	YY 0325-2016； 国械注进 20172140335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
343	空心纤维透析器	深圳市	注册人：尼普洛株式会社；代理人：尼普洛贸易(上海)有限公司	中山大学附属第七医院(深圳)	SUREFLUX-1 3G	22H04A	YY 0053-2016； 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
344	空心纤维透析器	深圳市	注册人：尼普洛株式会社；代理人：尼普洛贸易(上海)有限公司	深圳市杏昌医疗器械有限公司	SUREFLUX-1 5G	22L15D	YY 0053-2016； 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
345	促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(电化学发光法)	深圳市	注册人：深圳普门科技股份有限公司；委托生产企业：广东普门生物医疗科技有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	H052300100	粤械注准 20202400261	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
346	叶酸(Folate)测定试剂盒(电化学发光法)	深圳市	注册人：深圳普门科技股份有限公司；委托生产企业：广东普门生物医疗科技有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	A012300500	粤械注准 20182401016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
347	人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(电化学发光法)	深圳市	注册人：深圳普门科技股份有限公司；委托生产企业：广东普门生物医疗科技有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	H012300400	粤械注准 20172401788	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
348	泌乳素(PRL)测定试剂盒(电化学发光法)	深圳市	注册人：深圳普门科技股份有限公司；委托生产企业：广东普门生物医疗科技有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	H042301000	粤械注准 20192400982	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

349	孕酮 (PROG) 测定试剂盒 (电化学发光法)	深圳市	注册人: 深圳普门科技股份有限公司; 委托生产企业: 广东普门生物医疗科技有限公司	深圳普门科技股份有限公司	100 测试/盒	H022300900	粤械注准 20192400949	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
350	一次性使用静脉采血针	深圳市	注册人: 深圳市保安医疗用品有限公司; 受托生产企业: 江西保尔安生物医疗科技有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	蝶翼型 0.7x25mm	23030402	国械注准 20153221762	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
351	单水平正压通气治疗机	深圳市	注册人: 深圳市大雅医疗技术有限公司; 受托生产企业: 江苏康尚生物医疗科技有限公司	深圳市大雅医疗技术有限公司	DM28-20A-WP	WORK23040028Y	粤械注准 20202080042	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
352	无创呼吸机	深圳市	注册人: 深圳市大雅医疗技术有限公司; 受托生产企业: 江苏康尚生物医疗科技有限公司	深圳市大雅医疗技术有限公司	DM28-30STA-BP	WORK23030030Y	粤械注准 20202080177	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
353	血液净化装置的体外循环血路	珠海市	大连 JMS 医疗器具有限公司	国药控股珠海有限公司	iS11-004-00-02	221116.61	YY 0267-2016; 国械注准 20153100885	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
354	预充式导管冲洗器	珠海市	福州海王福药制药有限公司	珠海市人民医院集团 (珠海市人民医院)	药品氯化钠型: 5ml 预充式导管冲洗器	22052211	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
355	预充式导管冲洗器	珠海市	福州海王福药制药有限公司	珠海市人民医院	药品氯化钠型: 5ml 预充式导管冲洗器	22092911	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

356	预充式导管冲洗器	珠海市	福州海王福药制药有限公司	珠海市斗门区桥立中医院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22090611	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
357	血液透析装置	珠海市	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	D30	D08E2302101	国械注准 20153101277	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
358	一次性使用无菌硅胶导尿管	珠海市	广州维力医疗器械股份有限公司	珠海市中西医结合医院	三腔标准型 6.0mm(18Fr) )30ml	20221015	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140878	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
359	一次性使用无菌硅胶导尿管	珠海市	广州维力医疗器械股份有限公司	珠海市中西医结合医院	三腔标准型 6.7mm(20Fr) )30ml	20220317	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140878	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
360	一次性使用乳胶导尿管	珠海市	广州维力医疗器械股份有限公司	珠海市高新区技术产业开发区人民医院	双腔导尿管标准型 4.7mm(14Fr) )30ml	20221026	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
361	一次性使用导尿包	珠海市	广州维力医疗器械股份有限公司	中山大学附属第五医院, 中山大学附属第五医院互联网医院	双腔标准型 16Fr 30ml	20221028	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
362	医用防护口罩	珠海市	湖南康之健科技有限公司	珠海市健春堂药业有限公司江湾店	折叠型耳挂式(无菌型) L(16cm× 10cm)	20221028-WSD	湘械注准 20212140254	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
363	血液灌流机	珠海市	健帆生物科技集团股份有限公司	健帆生物科技集团股份有限公司	JF-800A	800A3669	国械注准 20153102247	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
364	医用防护口罩	珠海市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海上城药房	拱型-I 16cm ×10.5cm	PC2212102	湘械注准 20202140158	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

365	医用防护口罩	珠海市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海保利香樟药店	拱型-I 16cm ×10.5cm	PC2212102	湘械注准 20202140158	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
366	医用防护口罩	珠海市	摩拉西斯(吉林)生物科技有限公司	广东嘉宝华医药连锁有限公司中珠九悦分店	折叠式 1 级	2022113003	吉械注准 20202140219	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:吉林省医疗器械检验研究院	符合	/
367	空心纤维透析器	珠海市	山东威高血液净化制品股份有限公司	珠海市中西医结合医院	F17	23020241	YY 0053-2016; 国械注准 20153100873	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
368	血液净化装置的体外循环血路	珠海市	山东威高血液净化制品股份有限公司	珠海市金湾中心医院	JRHLL-020	23032321	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
369	空心纤维透析器	珠海市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院)	HF15	22112321	YY 0053-2016; 国械注准 20183101889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
370	预充式导管冲洗器	珠海市	山东中保康医疗器械有限公司	广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院)	ZBKYC10 10mL	批 212212052	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
371	密闭式静脉留置针	珠海市	苏州碧迪医疗器械有限公司	珠海市中西医结合医院	22G 0.9mm x 25mm	2252626	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
372	密闭式静脉留置针	珠海市	苏州碧迪医疗器械有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	0.7mm x 19mm	3052590	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
373	密闭式静脉留置针	珠海市	苏州碧迪医疗器械有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	24G× 0.75IN 0.7mm x 19mm	3052588	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

374	密闭式静脉留置针	珠海市	苏州碧迪医疗器械有限公司	广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院)	Y型 0.7mm x 19mm 24G×0.75mm	3053590	YY 1282-2016; 国械注准 20153141545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
375	一次性使用静脉留置针	珠海市	苏州林华医疗器械股份有限公司	珠海市斗门区桥立中医院	II-B型 24G×0.75IN(0.7×19mm)	22113049	YY 1282-2016; 国械注准 20173141364	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
376	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗(崇阳)有限公司	珠海市香洲区人民医院	连身式 175	2022120667	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
377	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗(崇阳)有限公司	珠海市金湾区红旗镇卫生院	连身式 175	20220604	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
378	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗(崇阳)有限公司	珠海市斗门区井岸镇卫生院	连身式 175	2022011521	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
379	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗(崇阳)有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	连身式 165	202211254	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
380	医用防护口罩	珠海市	稳健医疗(黄冈)有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	WN-N95 折叠式 (M) 150mmx105mm	202212026J	鄂械注准 20162142419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
381	一次性使用硅胶导尿管	珠海市	湛江市事达实业有限公司	广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院)	双腔标准 20Fr30ml	2HH2C1210	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141520	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
382	超声图像胎儿颈项透明层定位及厚度测量软件	珠海市	珠海艾博罗生物技术股份有限公司	珠海艾博罗生物技术股份有限公司	ABL-V1.0.2-TY	20230410	粤械注准 20182210012	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

383	一次性测温专用导尿管	珠海市	珠海爱晟医疗科技有限公司	珠海爱晟医疗科技有限公司	ES-DC-14A	EXMC053	YY 0325-2016; 粤械注准 20152141161	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
384	一次性使用麻醉面罩	珠海市	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海福尼亚医疗设备有限公司	MZ-05 成人 (大号)	20230228561	粤械注准 20182081038	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
385	一次性使用麻醉呼吸用管路	珠海市	珠海福尼亚医疗设备有限公司	珠海福尼亚医疗设备有限公司	麻醉管路 (波纹软管): 成人, 1.8 米	20230208431	粤械注准 20182081036	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
386	定制式活动义齿	珠海市	珠海光艺义齿有限公司	珠海光艺义齿有限公司	树脂基托可 摘全口义齿	230403048	粤械注准 20222172009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
387	定制式固定义齿	珠海市	珠海光艺义齿有限公司	珠海光艺义齿有限公司	氧化锆全瓷 冠(桥)	230418014	粤械注准 20222170954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
388	医用防护口罩	珠海市	珠海华实医疗器械有限公司	珠海华实医疗器械有限公司	折叠型 16.0cm x 10.5cm	20221223	粤械注准 20202141031	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
389	定制式活动义齿	珠海市	珠海荟康达义齿科技有限公司	珠海荟康达义齿科技有限公司	树脂基托可 摘局部义齿	2300424010	粤械注准 20222171409	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
390	定制式矫治器	珠海市	珠海荟康达义齿科技有限公司	珠海荟康达义齿科技有限公司	保持型	230424007/230 424008/230424 009	粤械注准 20222171541	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
391	一次性无菌测温导尿管	珠海市	珠海金导医疗科技有限公司	珠海金导医疗科技有限公司	KD-TSUC-14 Fr	20230202	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140218	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

392	抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法）	珠海市	珠海丽珠试剂股份有限公司	珠海丽珠试剂股份有限公司	3×14 人份/盒	20230301	粤械注准 20202401287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
393	液基薄层细胞保存液	珠海市	珠海美华医疗科技有限公司	珠海美华医疗科技有限公司	II 型：离心式 10ml/瓶	23051201	粤珠械备 20170079	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
394	医用一次性防护服	珠海市	珠海市奥伦提时装有限公司	珠海市奥伦提时装有限公司	无菌 175	230103	粤械注准 20202141063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
395	一次性使用静脉采血针	珠海市	珠海市康利莱科技有限公司	珠海市康利莱科技有限公司	A 型 0.7x25mm LB(22G)	20230202	国械注准 20173221539	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
396	软性亲水接触镜	珠海市	珠海市三狮光学有限公司	珠海市三狮光学有限公司	舒瞳散光片 淡蓝色	见样品清单	国械注准 20193161836	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
397	视力检测软件	珠海市	珠海为凡医疗信息技术有限公司	珠海为凡医疗信息技术有限公司	imd-1.0	19121603	粤械注准 20192210861	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
398	直接检眼镜	珠海市	珠海于氏医疗科技有限公司	珠海于氏医疗科技有限公司	YS-JYJ-H	JYJ0101230013 4	粤械注准 20172220678	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
399	一次性使用静脉留置针	珠海市	注册人：贝朗梅尔松根股份有限公司 B. BraunMelsungen AG；代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司	珠海市人民医院医疗集团（珠海市人民医院）	4251607-03	21K11G8393	YY 1282-2016； 国械注进 20153140417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

400	预充式导管冲洗器	珠海市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	珠海市人民医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	1322098	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
401	血液净化装置的体外循环血路	珠海市	注册人: 维泰医疗用品有限公司; 代理人: 广州朗恩医疗设备有限公司	广东省中医院珠海医院	BLU027E	2301150048	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
402	医用一次性防护服	汕头市	东莞欣意医疗保健品厂	汕头市龙湖区第三人民医院	连身式 有脚套 XL	0212236	粤械注准 20152141442	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
403	医用一次性防护服	汕头市	东莞欣意医疗保健品厂	南澳县疾病预防控制中心	连身式 有脚套 XXL	0812336	粤械注准 20152141442	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
404	一次性使用静脉留置针	汕头市	广东百合医疗科技股份有限公司	汕头星光妇产医院	18G Y 型	YD2-221021	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
405	一次性使用静脉留置针	汕头市	广东百合医疗科技股份有限公司	汕头四澄海仁济医院	24G Y 型	YD2-230225	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
406	医用外科口罩	汕头市	广东万年青制药股份有限公司	广东万年青制药股份有限公司	17cm×9.5cm (非无菌型)	2302004	粤械注准 20202141335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
407	医用防护口罩	汕头市	济南尚润通达复合材料有限公司	汕头市新西华药业有限公司益民店	无菌 折叠挂耳式 10.5cmx16cm	20221202	鲁械注准 20222141343	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
408	一次性使用静脉留置针	汕头市	佳康医用器材(青岛)有限公司	汕头市潮南区两英中心卫生院	24G 0.7×19mm	221104G	YY 1282-2016; 国械注准 20173140210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

409	一次性使用尿管	汕头市	江苏华泰医疗器械有限公司	汕头圣康泌尿医院	4.0mm(Fr12)	20221014	YY 0325-2016; 苏械注准 20182140168	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
410	血液净化装置的体外循环血路	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕头市龙湖区第二人民医院	22-B	批 20220927	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
411	医用无菌液体敷料	汕头市	美敦力(广东)医疗科技有限公司	美敦力(广东)医疗科技有限公司	A型(30ml)	20230302	粤械注准 20222141926	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
412	医用防护口罩	汕头市	摩拉西斯(吉林)生物科技有限公司	汕头市凯德药品连锁有限公司濠江花园分店	折叠式1级	2022120302	吉械注准 20202140219	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:吉林省医疗器械检验研究院	符合	/
413	血液净化装置的体外循环血路	汕头市	山东威高血液净化制品股份有限公司	汕头新阳血液透析中心	JRHLL-020	23011021	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
414	空心纤维透析器	汕头市	山东威高血液净化制品股份有限公司	汕头市拓翔科技有限公司	MF16	22111491	YY 0053-2016; 国械注准 20173101595	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
415	预充式导管冲洗器	汕头市	山东中保康医疗器械有限公司	汕头市潮阳区大峰医院	ZBKYC05 5mL	批 21230281	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
416	医用防护口罩	汕头市	山东朱氏药业集团有限公司	汕头市康润医药有限公司潮阳平北分公司	无菌折叠挂耳式 (ZS9502)	批 22091712	鲁械注准 20212140229	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
417	医学影像远程会诊系统软件	汕头市	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	Ultracloud	LID110230001	粤械注准 20222210522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
418	音频电疗机	汕头市	汕头市医用设备厂有限公司	汕头市医用设备厂有限公司	DL-Y II	DA2202095	粤械注准 20172090587	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

419	一次性使用医用口罩	汕头市	汕头市玉茄子实业有限公司	汕头市玉茄子实业有限公司	KLJ-KY	Y11K20221005	粤械注准 20212141080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
420	一次性使用静脉留置针	汕头市	威海洁瑞医用制品有限公司	汕头仁济骨科医院	24G× 19mm/Y-G	20230241	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
421	一次性使用无菌导尿管	汕头市	湛江市事达实业有限公司	汕头市澄海区妇幼保健院	14Fr (5ml-10ml)	20220731	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
422	一次性使用无菌导尿管	汕头市	湛江市事达实业有限公司	汕头市潮阳区妇幼保健院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20230314	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
423	一次性使用无菌导尿管	汕头市	湛江市事达实业有限公司	汕头市潮南区人民医院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20211225	YY 0325-2016; 粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
424	一次性使用无菌导尿包	汕头市	湛江市事达实业有限公司	汕头仁济骨科医院	14Fr (5mL-10mL) 乳胶双腔 III (标准型)	20230409	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
425	空心纤维透析器	汕头市	注册人：尼普洛株式会社；代理人：尼普洛贸易(上海)有限公司	汕头市双润医疗器械有限公司	SUREFLUX-1 5G	22L15D	YY 0053-2016; 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
426	预充式导管冲洗器	韶关市	福州海王福药制药有限公司	翁源县人民医院	药品氯化钠型：10ml 预充式导管冲洗器	22051611	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
427	一次性使用静脉留置针	韶关市	广东爱迪医疗科技有限公司	乳源瑶族自治县人民医院	20G 普通 Y 型 (端帽)	22270	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

428	一次性使用乳胶导尿管	韶关市	广州维力医疗器械股份有限公司	翁源县妇幼保健院	双腔导尿管标准型 4.7mm(14Fr) 30ml	20220608	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
429	一次性使用乳胶导尿管	韶关市	广州维力医疗器械股份有限公司	韶关市曲江区诺康大药房有限公司	双腔导尿管标准型 6.0mm (18Fr)30ml	20220929	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
430	一次性使用导尿包	韶关市	广州维力医疗器械股份有限公司	仁化县人民医院	双腔标准型 16Fr 30ml	20230317	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
431	医用防护口罩	韶关市	河南君利医疗器械有限公司	韶关市健一药房有限公司	大号/无菌 折叠挂耳型	20221225	豫械注准 20212140479	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
432	血液净化装置的体外循环血路	韶关市	河南省驼人医疗科技有限公司	南雄市民望医疗有限公司	TR-III B-003	202305011	YY 0267-2016; 国械注准 20163100858	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
433	医用一次性防护服	韶关市	河南亚都实业有限公司	新丰县人民医院	无菌型 连身式 180cm	2211CL1655	豫械注准 20192140080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
434	一次性使用静脉留置针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	新丰县中医院	三通型 0.9x25mm 33ml/min	批 20220318	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
435	一次性使用静脉留置针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶关市曲江区诺康大药房有限公司	三通型 0.7x19mm	批 20220516	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
436	血液净化装置的体外循环血路	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	仁化县人民医院	20-B	批 20221113	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

437	医用一次性防护服	韶关市	江西维邦医疗器械有限公司	始兴县中医院	B型:连体式带鞋套 170(L)	20221021	赣械注准 20222140047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
438	医用外科口罩(非灭菌)	韶关市	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	BCP3003 平板式	20230328	粤械注准 20202141778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
439	预冲式冲管注射器	韶关市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	前海人寿韶关医院	WGCZ 10mL	202212211	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
440	预充式导管冲洗器	韶关市	山东中保康医疗器械有限公司	韶关市榕辉医疗器械有限公司	ZBKYC10 10mL	批 21220813	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
441	定制式固定义齿	韶关市	韶关市美达尔牙科配制有限公司	韶关市美达尔牙科配制有限公司	氧化锆全瓷桥	202305013001	粤械注准 20152170421	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
442	一次性使用静脉留置针	韶关市	苏州林华医疗器械股份有限公司	新丰县妇幼保健院	Y型 20G	YD2-221201	YY 1282-2016; 国械注准 20153141923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
443	一次性使用静脉留置针	韶关市	苏州鱼跃医疗科技股份有限公司	翁源县人民医院	Y型 24G× 0.75 0.7× 190mm	20220901	YY 1282-2016; 国械注准 20153142019	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
444	一次性使用无菌导尿管	韶关市	湛江市事达实业有限公司	乳源瑶族自治县人民医院	双腔气囊弯头型 16Fr (30ml)	20230418	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
445	一次性使用无菌导尿管	韶关市	注册人: Bard Sdn. Bhd. 巴德(马来西亚)股份有限公司; 代理人: 巴德医疗科技(上海)有限公司	韶关市第一人民医院	123416C	MYEQ1880	YY 0325-2016; 国械注进 20162140995	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

446	定制式固定义齿	河源市	广东臻雅福数字化口腔科技有限公司	广东臻雅福数字化口腔科技有限公司	二氧化锆全锆	NO. 2302165	粤械注准 20222171256	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
447	一次性使用导尿管	河源市	广州维力医疗器械股份有限公司	和平县中医院	双腔标准型 16Fr30ml	20221114	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
448	医用防护口罩	河源市	广州益众医疗用品有限公司	河源高济邦健药店有限公司碧桂园凤凰湾店	折叠式 15.5cm× 10.5cm	20220529	粤械注准 20202141096	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
449	医用一次性防护服	河源市	河源市尊珑服装科技有限公司	河源市尊珑服装科技有限公司	175	20221212	粤械注准 20212140007	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
450	预充式导管冲洗器	河源市	江苏因倍思科技发展有限公司	连平县妇幼保健院	5ml	2304251	国械注准 20203140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
451	医用一次性防护服	河源市	江西国康实业有限公司	东源县人民医院	连身式 B 型	20211212	赣械注准 20202140218	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
452	医用一次性防护服	河源市	江西科美医疗器械集团有限公司	紫金县妇幼保健计划服务中心	170 (L)	20221109	赣械注准 20202140047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
453	密闭式静脉留置针	河源市	江西三鑫医疗科技股份有限公司	紫金县龙窝中心卫生院	24G,BY-03	B2221010	YY 1282-2016; 国械注准 20203140021	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
454	预冲式冲管注射器	河源市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	河源市深河人民医院	WGCZ 3mL	批 202201073	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
455	空心纤维透析器	河源市	山东威高血液净化制品股份有限公司	龙川县中医院	MF16	22110391	YY 0053-2016; 国械注准 20173101595	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

456	空心纤维透析器	河源市	山东威高血液净化制品股份有限公司	河源友好医院	HF16	22111751	YY 0053-2016; 国械注准 20183101889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
457	一次性使用静脉留置针	河源市	威海洁瑞医用制品有限公司	河源济民医院	24G× 19mm/Y-G	20230431	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
458	一次性使用无菌导尿管	河源市	湛江市事达实业有限公司	连平县人民医院	18Fr (30mL) 乳胶双腔III (标准型)	20230303	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
459	血液净化装置的体外循环血路	河源市	注册人: 维泰医疗用品有限公司; 代理人: 广州朗恩医疗设备有限公司	河源东埔医院	BLU004E	2301150071	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
460	一次性使用高频电刀笔	梅州市	常州市延陵电子设备有限公司	兴宁市人民医院	YLDB-03-38	20230308	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏械注准 20152010472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
461	预充式导管冲洗器	梅州市	福州海王福药制药有限公司	广东润健医疗科技有限公司	药品氯化钠 型: 10ml 预 充式导管冲 洗器	22020911	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
462	一次性使用静脉留置针	梅州市	广东爱迪医疗科技有限公司	大埔县高陂中心卫生院	24G 普通Y型 (端帽)	22343	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
463	一次性使用静脉留置针	梅州市	广东百合医疗科技股份有限公司	蕉岭县中医医院	20G Y型	YD2-230203	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
464	一次性使用静脉留置针	梅州市	广东百合医疗科技股份有限公司	蕉岭县中医医院	26G Y型	YD2-230214	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

465	一次性使用无菌导尿包	梅州市	杭州博菲医疗器械有限公司	五华残疾人康复医院	12Fr	E16332	YY 0325-2016; 浙械注准 20152141010	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
466	一次性使用静脉留置针	梅州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	梅州市梅县区中医医院	D 型: (22G)0.9× 25 mm	批 2221219	YY 1282-2016; 国械注准 20153140876	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
467	医用防护口罩	梅州市	湖南大自然制药有限公司	广东保灵医药有限公司	ZA 型: 折叠 型耳挂式 (无菌型)	20221212	湘械注准 20202140906	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
468	一次性使用无菌导尿包	梅州市	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	五华县中医院	A-H 型 16Fr (5.3mm)	20220929	YY 0325-2016; 赣械注准 20192140057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
469	医用一次性防护服	梅州市	江西国康实业有限公司	兴宁市中医医院	连身式 B 型 170	20220402	赣械注准 20202140218	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
470	定制式活动义齿	梅州市	梅州市金辉医疗器械有限公司	梅州市金辉医疗器械有限公司	钴铬支架可 摘局部义齿	K230430004	粤械注准 20152170265	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
471	定制式固定义齿	梅州市	梅州市金辉医疗器械有限公司	梅州市金辉医疗器械有限公司	氧化锆全锆 冠(桥)	K230430005	粤械注准 20152170282	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
472	医用防护口罩	梅州市	美恩龙医疗器械股份有限公司	广东保灵医药有限公司	折叠型耳挂 式(非无菌 型) 16cm× 20cm	3221204Z	湘械注准 20202141098	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
473	预冲式冲管注射器	梅州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山大学附属第三医院粤东医院	WGCZ 10mL	批 202302183	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
474	空心纤维透析器	梅州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广东至正医疗科技有限公司	HF16	2210173	YY 0053-2016; 国械注准 20183101889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

475	定制式活动义齿	梅州市	五华县致美义齿有限公司	五华县致美义齿有限公司	树脂基托可摘全口义齿	2023041001	粤械注准 20222171254	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
476	医用防护口罩	梅州市	新乡市强盛医疗器械有限公司	梅州市伟越医疗器械有限公司	折叠头带式5层	22221124	豫械注准 20202142010	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
477	一次性使用无菌导尿管	梅州市	湛江市事达实业有限公司	丰顺县人民医院	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20211023	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
478	一次性使用无菌导尿管	梅州市	湛江市事达实业有限公司	丰顺县人民医院	双腔气囊儿童型, 8Fr (3ml)	20230218	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
479	一次性使用留置针	梅州市	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	大埔县人民医院	头皮针型 (I.V-III) 24G×3/4"	C20220608	YY 1282-2016; 国械注准 20193141674	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
480	医用一次性防护服	梅州市	振德医疗用品股份有限公司	广东深华药业有限公司	灭菌 II 型	2022102501	浙械注准 20192140166	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 浙江省医疗器械检验研究院	符合	/
481	医用防护口罩	梅州市	振德医疗用品股份有限公司	广东深华大药房连锁有限公司嘉乐花园店	灭菌型 C 形 11cm×16cm	20220520	浙械注准 20172140093	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
482	一次性使用静脉留置针	惠州市	北京伏尔特技术有限公司	博罗县长宁镇中心卫生院	24G×19mm Y 型	批 230216	YY 1282-2016; 国械注准 20163141281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
483	一次性使用静脉留置针	惠州市	北京伏尔特技术有限公司	博罗县长宁镇中心卫生院	Y 型	批 210407	YY 1282-2016; 国械注准 20163141281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
484	一次性医用防护口罩	惠州市	创基(湖南)医疗科技有限公司	惠州市百姓缘医药有限公司黄塘分店	FH 型	CH20221130	湘械注准 20202141111	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

485	预充式导管冲洗器	惠州市	福州海王福药制药有限公司	惠州仲恺高新技术开发区陈江街道办事处社区卫生服务中心	药品氯化钠型：10ml 预充式导管冲洗器	22111311	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
486	预充式导管冲洗器	惠州市	广东艾希德药业有限公司	广东艾希德药业有限公司	5ml	23040601	国械注准 20193140709	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
487	数字心电图机	惠州市	广东科美思医用仪器有限公司	广东科美思医用仪器有限公司	ECG-1230S	23021201	粤械注准 20172071652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
488	一次性使用静脉留置针	惠州市	广东龙心医疗器械有限公司	惠州仲恺高新区人民医院	II-B 18G×1.16IN (1.3mm×30mm)	20221109	YY 1282-2016; 国械注准 20173140504	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
489	医用防护口罩	惠州市	广东昱升个人护理用品股份有限公司	惠州市万顺药业有限公司土湖分店	非灭菌型 (挂耳式) 16cm*10.5cm	20220219	粤械注准 20212140254	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
490	医用防护口罩	惠州市	广东昱升个人护理用品股份有限公司	惠州市大参林药店有限公司龙门蓝田分店	非灭菌型 (挂耳式) 16cm*10.5cm	GD220357	粤械注准 20212140254	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
491	一次性使用乳胶导尿管	惠州市	广州维力医疗器械股份有限公司	惠州仲恺高新区人民医院	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20230216	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
492	一次性使用乳胶导尿管	惠州市	广州维力医疗器械股份有限公司	惠州市第六人民医院	一次性使用乳胶导尿管标准型 4.7mm(14Fr) 30ml	20220902	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

493	一次性使用乳胶导尿管	惠州市	广州维力医疗器械股份有限公司	博罗县长宁镇中心卫生院	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20221007	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
494	医用防护口罩	惠州市	河南吉合医疗器械有限公司	惠州市凯德堂大药房有限公司大亚湾区霞涌分店	无菌折叠耳挂式	2022121626	豫械注准 20202142065	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
495	医用防护口罩	惠州市	河南省豫北卫材有限公司	中信惠州医院有限公司	无菌拱形头戴式	5222110082	豫械注准 20212140593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
496	医用防护口罩	惠州市	河南驼人医疗用品有限公司	惠东县妇幼保健计划生育服务中心	无菌折叠头戴式 I-A 型	20221201808	豫械注准 20212141622	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
497	医用一次性防护服	惠州市	湖南永霏特种防护用品有限公司	惠东县中医院	连身式(无菌型)	0110221008014 4	湘械注准 20202140144	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
498	医用水凝胶敷料	惠州市	惠州华阳医疗器械有限公司	惠州华阳医疗器械有限公司	普通型: 100 ×100mm	22112708	粤械注准 20222140004	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
499	一次性使用输氧面罩	惠州市	惠州市楷医科技有限公司	惠州市楷医科技有限公司	058021X 儿童型	230110004	粤械注准 20162080959	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
500	医用一次性防护服	惠州市	惠州市新俊达塑料制品有限公司	惠州市新俊达塑料制品有限公司	连身式 180	20221213	粤械注准 20222140598	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
501	医用一次性防护服	惠州市	平顶山康利来医疗器械有限公司	中信医院有限公司	连体式带脚 180	22110702	豫械注准 20222140417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
502	一次性使用导尿盒(包)	惠州市	山东康力医疗器械科技有限公司	中信惠州医院有限公司	16Fr	23031701	YY 0325-2016; 鲁械注准 20202141371	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

503	预冲式冲管注射器	惠州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	惠州市中大惠亚医院	WGCZ 10mL	202205093	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
504	预冲式冲管注射器	惠州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	惠州市第三人民医院	WGCZ 10mL	批 202205213	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
505	婴儿呼吸管路套件	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	NONPSH-200 5C(额定流量: 8L/min)	23031603	粤械注准 20202080242	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
506	一次性使用麻醉面罩	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	柔软型 5#	23041301	粤械注准 20192080471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
507	氧气雾化面罩	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	增强型 儿童面罩	23032501	粤械注准 20162081556	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
508	一次性使用医用雾化器	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	增强型 成人面罩	23030108	粤械注准 20162081600	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
509	医用氧气雾化面罩	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	无菌级, T型, 口含器	23030802	粤械注准 20172080601	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
510	一次性使用输氧面罩	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	普通型, 成人面罩	23041001	粤械注准 20192080470	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
511	一次性使用呼吸机管路	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	吸痰接头型, 内壁光滑管 22cm	23042606	粤械注准 20152081317	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
512	一次性使用输氧面罩	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	普通型, 儿童面罩	23041703	粤械注准 20192080470	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

513	密闭式防针刺伤型静脉留置针	惠州市	苏州碧迪医疗器械有限公司	惠州市中大惠亚医院	22G×100IN 0.9mm× 25mm	2322221	YY 1282-2016; 国械注准 20183140085	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
514	一次性使用静脉留置针	惠州市	苏州林华医疗器械股份有限公司	龙门县永汉镇中心卫生院	II-C 型 22G × 1.00IN(0.9 ×25mm)	22103095	YY 1282-2016; 国械注准 20173141364	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
515	一次性使用静脉留置针	惠州市	苏州林华医疗器械股份有限公司	惠州仲恺高新区人民医院	II-B 型 24G × 0.15IN(0.7 ×19mm)	22113064	YY 1282-2016; 国械注准 20153141923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
516	一次性使用静脉留置针	惠州市	威海洁瑞医用制品有限公司	中信惠州医院有限公司	24G× 19mm/Y-G	20230441	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
517	一次性使用静脉留置针	惠州市	威海洁瑞医用制品有限公司	惠州市瀚莱科技有限公司	24G× 19mm/Y-G	20230341	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
518	一次性使用静脉留置针	惠州市	威海洁瑞医用制品有限公司	惠东县吉隆安康医院	24G× 19mm/Y-G	20230241	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
519	医用一次性防护服	惠州市	振德医疗用品股份有限公司	龙门泰康药业有限公司左潭店	灭菌型 I 型 170cm 连身式	20220317	浙械注准 20192140166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
520	预充式导管冲洗器	惠州市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	惠州市第六人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2227178	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

521	预充式导管冲洗器	惠州市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	博罗县第二人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2154255	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
522	空心纤维透析器	惠州市	注册人: 尼普洛株式会社; 代理人: 尼普洛贸易(上海)有限公司	惠州市第六人民医院	SUREFLUX-15G	23C16D	YY 0053-2016; 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
523	血液净化装置的体外循环回路	汕尾市	河南省驼人医疗科技有限公司	海丰养可肾析血液透析所	TR-III B-003	202302002	YY 0267-2016; 国械注准 20163100858	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
524	空心纤维透析器	汕尾市	山东威高血液净化制品股份有限公司	海丰养可肾析血液透析所	HF17	22121531	YY 0053-2016; 国械注准 20183101889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
525	密闭式静脉留置针	汕尾市	苏州碧迪医疗器械有限公司	陆河县人民医院	24G× 0.75IN 0.7mm× 19mm	3016099	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
526	密闭式静脉留置针	汕尾市	苏州碧迪医疗器械有限公司	海丰县澎湃纪念医院	24G× 0.75IN 0.7mm× 19mm	3052588	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
527	密闭式静脉留置针	汕尾市	苏州碧迪医疗器械有限公司	海丰城东医院	24G× 0.75IN 0.7mm x 19mm	2353982	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
528	一次性使用静脉留置针	汕尾市	苏州林华医疗器械股份有限公司	汕尾市人民医院	II-B 型 22G × 1.00IN(0.9 ×25mm)	22103075	YY 1282-2016; 国械注准 20173141364	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

529	一次性使用静脉留置针	汕尾市	苏州林华医疗器械股份有限公司	陆丰市人民医院	F11-B型 24G × 0.75IN(0.7 ×19mm)	23033066	YY 1282-2016; 国械注准 20153141774	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
530	臂式电子血压计	汕尾市	信利仪器(汕尾)有限公司	信利仪器(汕尾)有限公司	DB71	XL22A01301	粤械注准 20172070301	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
531	一次性使用无菌导尿管	汕尾市	湛江市事达实业有限公司	汕尾市人民医院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20230314	YY 0325-2016; 粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
532	医用防护口罩(折叠型)	东莞市	安徽盒子健康科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞石龙兴龙中路分店	HB-003 医用 N95 非灭菌折叠款	20221202	皖械注准 20202140538	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
533	医用防护口罩	东莞市	东莞市安保医用包装科技有限公司	东莞市安保医用包装科技有限公司	EH-1 M	05SEHM221224-05	粤械注准 20212141417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
534	定制式固定义齿	东莞市	东莞市莞联义齿科技有限公司	东莞市莞联义齿科技有限公司	氧化锆全瓷冠、桥	C2800000	粤械注准 20222171025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
535	电子体温计	东莞市	东莞市好康电子科技有限公司	东莞市好康电子科技有限公司	HK-902	202212013	粤械注准 20182070302	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
536	壳聚糖敷料	东莞市	东莞市鸿元医药科技有限公司	东莞市鸿元医药科技有限公司	100mm× 150mm	0423033102	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
537	医用防护口罩	东莞市	东莞市华佑医疗科技有限公司	广东省东莞国药集团寮步医药有限公司爱民药店	折叠耳挂式、 155mm*105mm	2022121031-09	粤械注准 20212141583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

538	医用防护口罩	东莞市	东莞市华佑医疗科技有限公司	东莞市华佑医疗科技有限公司	折叠头戴式 155mm*105mm	2022121031-39	粤械注准 20212141583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
539	定制式固定义齿	东莞市	东莞市科瑞医疗器械有限公司	东莞市科瑞医疗器械有限公司	氧化锆全瓷冠	KR23041503	粤械注准 20232170146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
540	医用防护口罩	东莞市	东莞市尼的科技股份有限公司	东莞市尼的科技股份有限公司	非无菌型 折叠式 15.5cm× 10.5cm	202212G08	粤械注准 20222141202	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
541	定制式固定义齿	东莞市	东莞市鑫时代义齿科技有限公司	东莞市鑫时代义齿科技有限公司	氧化锆切削全瓷桥	XSDS001	粤械注准 20222171668	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
542	一次性使用导尿管	东莞市	东莞市正生瑞生物医学科技有限公司	东莞市正生瑞生物医学科技有限公司	ZSR-UC-14	23020905	YY 0325-2016; 粤械注准 20222140626	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
543	医用防护口罩	东莞市	东莞欣意医疗保健品厂	东莞欣意医疗保健品厂	MF-0101(无菌级)	3252220	粤械注准 20222140357	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
544	医用一次性防护服	东莞市	东莞欣意医疗保健品厂	东莞欣意医疗保健品厂	连身式 有 脚套 XXL	/	粤械注准 20152141442	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
545	带加热丝呼吸管路	东莞市	东莞永胜医疗制品有限公司	东莞永胜医疗制品有限公司	510-039	231233	粤械注准 20172081105	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
546	电脑角膜验光仪	东莞市	东京光学(东莞)科技有限公司	东京光学(东莞)科技有限公司	KR-800	SN: 4797605	粤械注准 20172161582	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
547	电脑验光仪	东莞市	东京光学(东莞)科技有限公司	东京光学(东莞)科技有限公司	RM-800	4701789	粤械注准 20172161245	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

548	预充式导管冲洗器	东莞市	福州海王福药制药有限公司	东莞市恒康医疗器械有限公司	药品氯化钠型：10ml 预充式导管冲洗器	22111211	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
549	预充式导管冲洗器	东莞市	福州海王福药制药有限公司	东莞市东坑医院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22040412	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
550	一次性使用麻醉面罩	东莞市	富利凯医疗用品（东莞）有限公司	富利凯医疗用品（东莞）有限公司	常规型 4#	230500142	粤械注准 20162080104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
551	一次性使用输氧面罩	东莞市	富利凯医疗用品（东莞）有限公司	富利凯医疗用品（东莞）有限公司	气囊鼻夹型	230200441	粤械注准 20162080719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
552	一次性使用静脉留置针	东莞市	广东爱迪医疗科技有限公司	东莞市高埗医院	20G 普通 Y 型（肝素帽）	23042	YY 1282-2016； 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
553	医用防护口罩	东莞市	广东必达医疗科技有限公司	广东必达医疗科技有限公司	TYD9132 头戴折叠式无菌型 15.5cm*11.0cm	20221221	粤械注准 20222141204	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
554	非顺应性外周动脉血管球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	25-25120415	F21J0530	国械注准 20203030698	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
555	高压非顺应性球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	833-3515	2302216848	国械注准 20213030643	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
556	冠状动脉球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	813-2020	H23048317	国械注准 20223030007	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

557	高压非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	824-2715	2302216817	国械注准 20203030484	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
558	外周血管内高压球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	29-504045S	2302165906	国械注准 20213031063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
559	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	823-1510	2303155601	国械注准 20203030100	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
560	外周血管刻痕球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	21-35L64	2305022292	国械注准 20223031655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
561	亲水涂层导丝	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	HNA-035-150	2303248216	国械注准 20163031796	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
562	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市	广东冈本卫生科技有限公司	广东冈本卫生科技有限公司	直形光面型 53±2mm	0G03343H	粤械注准 20172181647	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
563	医用防护口罩	东莞市	广东金叶科技发展有限公司	广东金叶科技发展有限公司	N95 15.5cm*10.5cm	MJ20221213005	粤械注准 20212140934	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
564	一次性使用硅胶导尿管	东莞市	广东省天佑医疗器械科技发展有限公司	广东省天佑医疗器械科技发展有限公司	TAJ-S-18F	2302241	YY 0325-2016; 粤械注准 20222140530	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
565	通气面罩	东莞市	广东毅达医疗科技股份有限公司	广东毅达医疗科技股份有限公司	NM-002-TM	23040063	粤械注准 20152080705	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
566	医用防护口罩	东莞市	广州雷诺生物科技有限公司	东莞国药集团茶山医药有限公司怡华药店	LN-N9501 15.5cmX10.5cm (±5%)	202212200100	粤械注准 20202141297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

567	一次性使用导尿管	东莞市	广州维力医疗器械股份有限公司	东莞市中西医结合医院	双腔标准型 16Fr 30ml	20230414	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
568	一次性使用导尿管	东莞市	广州维力医疗器械股份有限公司	东莞市桥头医院	双枪标准型 16Fr30ml	2023-04-09	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
569	一次性使用乳胶导尿管	东莞市	广州维力医疗器械股份有限公司	东莞市企石医院	双腔导尿管 标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20221014	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
570	医用防护口罩	东莞市	湖南康沃医疗用品有限公司	东莞市大参林连锁药店有限公司石排中心分店	折叠式耳挂式(非无菌型) 13cm×8cm	04221230	湘械注准 20202140263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
571	一次性使用导尿管	东莞市	江苏华泰医疗器械有限公司	东莞大岭山偲仁妇产医院有限公司	4.0mm(Fr12)	20230131	YY 0325-2016; 苏械注准 20182140168	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
572	血液净化装置的体外循环血路	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市虎门医院	22-B	批 20230228	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
573	一次性使用静脉留置针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市洪梅医院	三通型 0.9x25mm	批 20220318	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
574	一次性使用静脉留置针	东莞市	江西科伦医疗器械制造有限公司	东莞市望牛墩医院	24G 0.7×19	20230204L1	YY 1282-2016; 国械注准 20173140835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
575	翻身气垫	东莞市	朗辰医疗科技(东莞)有限公司	朗辰医疗科技(东莞)有限公司	ICM7000	SN: ICM7000230 11B031	粤械注准 20172151534	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

576	空心纤维透析器中空型透析器	东莞市	尼普洛株式会社	东莞市泰安有限公司	FB-15U	23A19D	YY 0053-2016; 国械注进 20173100232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
577	定制式固定义齿	东莞市	赛班利(东莞)医疗器械有限公司	赛班利(东莞)医疗器械有限公司	氧化锆全瓷冠(桥)	2305032027	粤械注准 20222170488	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
578	定制式活动义齿	东莞市	赛班利(东莞)医疗器械有限公司	赛班利(东莞)医疗器械有限公司	树脂基托可摘局部义齿	2305033086	粤械注准 20222170489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
579	血液净化装置的体外循环血路	东莞市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广东省东莞市医药有限公司	JRHLL-020	23031121	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
580	密闭式静脉留置针	东莞市	苏州碧迪医疗器械有限公司	东莞市道滘医院	Y型0.9mm x 25mm	2307857	YY 1282-2016; 国械注准 20153141545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
581	一次性使用静脉留置针	东莞市	威海洁瑞医用制品有限公司	东莞市谢岗医院	22G*25mm/Y-G	20221131	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
582	一次性使用静脉留置针	东莞市	威海洁瑞医用制品有限公司	东莞市企石医院	24G×19mm/Y-G	20230214	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
583	血液净化装置的体外循环血路	东莞市	维泰医疗用品有限公司	东莞仁康医院有限公司	BLU018E	2301150073	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
584	医用一次性防护服	东莞市	稳健医疗(崇阳)有限公司	东莞市麻涌镇社区卫生服务中心	连身式	2022041379	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
585	医用一次性防护服	东莞市	稳健医疗(崇阳)有限公司	东莞市黄江镇社区卫生服务中心	170	202202112	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

586	医用一次性防护服	东莞市	稳健医疗(崇阳)有限公司	东莞市横沥医院	连身式 175	2022030970	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
587	医用一次性防护服	东莞市	稳健医疗(崇阳)有限公司	东莞市第九人民医院	连身式 185	2022041391	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
588	医用一次性防护服	东莞市	仙桃市中泰防护用品股份有限公司	东莞市大笨象医药科技有限公司	连身式 XXL	202203155	鄂械注准 20202142984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
589	一次性使用无球囊导尿管	东莞市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	东莞市道滘医院	5.3mm(F16)	20230102	YY 0325-2016; 苏械注准 20162140523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
590	一次性使用无菌导尿包	东莞市	湛江市事达实业有限公司	东莞市洪梅医院	III(标准型) 16Fr(30mL) 乳胶三腔	20230427	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
591	血液净化处理装置的体外循环管路	东莞市	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	东莞台心医院	II-AA01 SY	221216	YY 0267-2016; 国械注准 20173104732	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
592	医用防护口罩	东莞市	振德医疗用品股份有限公司	东莞市第九人民医院	灭菌型 C 形 11cm×16cm 头戴式	20220510	浙械注准 20172140093	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
593	预充式导管冲洗器	东莞市	注册人:碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	东莞市中堂医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管 冲洗器	2006699	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
594	一次性使用静脉留置针	中山市	北京伏尔特技术有限公司	中山市三角医院	24G×19mm L22Y524B1 Y 型	批 230129	YY 1282-2016; 国械注准 20163141281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

595	预充式导管冲洗器	中山市	福州海王福药制药有限公司	中上市坦洲人民医院	药品氯化钠型: 10ml 预充式导管冲洗器	22041911	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
596	预充式导管冲洗器	中山市	福州海王福药制药有限公司	中山陈星海中西医结合医院	药品氯化钠型: 10ml 预充式导管冲洗器	22121711	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
597	医用防护口罩	中山市	富朗医疗器械有限公司	中山市东区街道社区卫生服务中心	无菌拱形头戴式	22120506	豫械注准 20212141553	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
598	一次性使用静脉留置针	中山市	广东百合医疗科技股份有限公司	华润中心医药有限公司	Y型 24G	YD2-E230411	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
599	医用一次性防护服	中山市	广东润泰健医疗器械有限公司	广东润泰健医疗器械有限公司	非无菌连身式 RTJ-F-101	20220507	粤械注准 20212140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
600	一次性使用乳胶导尿管	中山市	广州维力医疗器械股份有限公司	中山市港口医院	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20221114	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
601	一次性使用乳胶导尿管	中山市	广州维力医疗器械股份有限公司	中山宝元医院	6.0mm(18Fr) 30ml 双腔导尿管标准型	20221005	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
602	医用一次性防护服	中山市	河南润正医疗器械有限公司	中山亚太医院有限公司	连体式	01220301	豫械注准 20212141950	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
603	一次性使用无菌导尿包	中山市	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	中山市坦洲人民医院	P-2(双腔) -16Fr	202302006	YY 0325-2016; 豫械注准 20192140673	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

604	医用防护口罩	中山市	湖南一喜一呵医药有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	折叠型耳挂式(无菌型) 15.5cm× 10.7cm(± 5%)	20221115	湘械注准 20202141203	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
605	医用一次性防护服	中山市	江西国康实业有限公司	中山市五桂山街道社区卫生服务中心	连身式 B 型 185	20221023	赣械注准 20202140218	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
606	一次性使用防针刺静脉留置针	中山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中山市广济医院	0.7×19mm 三通型(P- III)	批 20230412	YY 1282-2016; 国械注准 20183140303	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
607	脉搏血氧仪	中山市	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	中山市中智大药房连锁有限公司远洋大信药房	CMS50D	22124400535	冀械注准 20192070190	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
608	血液净化装置的体外循环血路	中山市	山东威高血液净化制品股份有限公司	中山市小榄人民医院	JRHLL-022	23021121	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
609	血液净化装置的体外循环血路	中山市	山东威高血液净化制品股份有限公司	中山市人民医院	JRHLL-020	23020121	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
610	医用一次性防护服	中山市	山东朱氏药业集团有限公司	中山市东区街道社区卫生服务中心	无菌连身式 185cm	20220131	鲁械注准 20212140985	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
611	一次性使用静脉留置针	中山市	苏州林华医疗器械股份有限公司	中山市民众医院	II-A 型 24G × 0.75IN(0.7 ×19mm)	22123035	YY 1282-2016; 国械注准 20173141364	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
612	医用防护口罩	中山市	新乡市大方医疗器械制造有限公司	中山市五桂山街道社区卫生服务中心	折叠形	2211263105	豫械注准 20172641027	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

613	一次性使用无菌导尿管	中山市	湛江市事达实业有限公司	中山市南区医院	单腔标准型 16Fr	20221207	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
614	一次性使用无菌导尿管	中山市	湛江市事达实业有限公司	中山市东升医院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20220906	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
615	一次性使用无菌导尿管	中山市	湛江市事达实业有限公司	中山市东风人民医院	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20221220	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
616	一次性使用氧气面罩	中山市	中山博睿医疗器械有限公司	中山博睿医疗器械有限公司	成人标准型	20221218	粤械注准 20192080253	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
617	强脉冲光治疗仪	中山市	中山市港口镇佳源塑胶制品有限公司	中山市港口镇佳源塑胶制品有限公司	A-2988	KY29882301051 02	粤械注准 20232090007	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
618	一次性使用无菌硅胶导尿管	中山市	中山市沃德医疗器械有限公司	中山市沃德医疗器械有限公司	双腔: 6Ch/Fr 5~10ml	230102	YY 0325-2016; 粤械注准 20172140584	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
619	一次性使用无菌测温导尿管	中山市	中山市沃德医疗器械有限公司	中山市沃德医疗器械有限公司	16Ch/Fr 5~ 30ml	221101	YY 0325-2016; 粤械注准 20152140715	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
620	超声多普勒胎儿心率仪	中山市	中山市小榄镇森蓝电子厂	中山市小榄镇森蓝电子厂	W3-20	T22060601	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
621	医用一次性防护服	中山市	中山雅淇防护服装有限公司	中山雅淇防护服装有限公司	无菌级连体式	2022122603WA	粤械注准 20212141879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/



630	医用一次性防护服	湛江市	河南省安邦卫材有限公司	吴川市人民医院	无菌连身式 185	Y2111314	豫械注准 20202141374	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
631	医用防护口罩	湛江市	河南省卓恩康生物 工程技术有限公司	湛江天马大药房连 锁有限公司雷州天 和市场店	非无菌折叠 挂耳式 16cm× 10.5cm	87230103	豫械注准 20202141250	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
632										
633	医用防护口罩	湛江市	湖南一喜一呵医药 有限公司	广东养天和九济堂 医药连锁有限公司 康福东旗平店	折叠型耳挂 式(无菌型) 15.5cmx10. 7cm(±5%)	20221115	湘械注准 20202141203	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
634	一次性使用静脉留置针	湛江市	江西洪达医疗器械 集团有限公司	吴川市吴川市梅菪 街道社区卫生服务 中心	三通型 0.9x25mm	批 20220525	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
635	一次性使用静脉留置针	湛江市	江西洪达医疗器械 集团有限公司	廉江飞帆医院	三通型 0.7x19mm	批 20220516	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
636	医用一次性防护服	湛江市	山东海迪科医用制 品有限公司	湛江市第四人民医 院	非无菌, 连 身式 175	220430	鲁械注准 20202141164	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
637	预冲式冲管注射器	湛江市	山东威高集团医用 高分子制品股份有 限公司	广东医科大学附属 第二医院	WGCZ 5mL	批 202303023	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
638	一次性使用静脉留置针	湛江市	威海洁瑞医用制品 有限公司	湛江和家宝妇产医 院有限公司	22G× 25mm/Y-G	20221241	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

639	医用防护口罩	湛江市	吴川市粤兴劳保用品有限公司	吴川市粤兴劳保用品有限公司	N95-01	20230115-1	粤械注准 20212141509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
640	医用防护口罩	湛江市	吴川市粤兴劳保用品有限公司	吴川市粤兴劳保用品有限公司	N95-1	20230105-5	粤械注准 20212141718	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
641	空心纤维透析器	湛江市	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	湛江粤好血液透析有限公司	REXEED-21UC	2MYGYJ	YY 0053-2016; 国械注准 20153100879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
642	细菌内毒素分析仪	湛江市	湛江博康海洋生物有限公司	湛江博康海洋生物有限公司	BET-24A-48	SN23-01-001	粤械注准 20172221008	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
643	一次性使用无菌导尿包	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	III(标准型) 16Fr (5mL-10mL) ) 乳胶双腔	20230311	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
644	一次性使用单腔导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	12Fr	20221122	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141667	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
645	一次性使用无菌梅花头导尿引流管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	20Fr	20230307	YY 0325-2016; 粤械注准 20182141155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
646	一次性使用硅胶导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	双腔标准 16Fr5-10ml	20230307	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141520	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
647	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20230315	YY 0325-2016; 粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
648	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市第四人民医院	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20230313	YY 0325-2016; 粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

649	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	遂溪县人民医院	单腔标准型 18Fr	20230408	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
650	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	雷州市附城卫生院 (雷州市第二人民医院)	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20220811	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
651	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	国裕医院	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20221008	YY 0325-2016; 粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
652	一次性使用医用口罩	湛江市	湛江市通灵医学生物工程有限公司	湛江市通灵医学生物工程有限公司	17.5cm× 9.5cm 3层 挂耳型(无菌)	22111121	粤械注准 20202140992	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
653	医用外科口罩	湛江市	湛江市通灵医学生物工程有限公司	湛江市通灵医学生物工程有限公司	17.5cm× 9.5cm 3层挂 耳型(无菌)	23010281	粤械注准 20202140991	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
654	定制式固定义齿	湛江市	湛江市义海义齿有限公司	湛江市义海义齿有限公司	氧化锆全瓷 桥 全瓷冠	202304247	粤械注准 20172170019	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
655	定制式矫治器	湛江市	湛江市义海义齿有限公司	湛江市义海义齿有限公司	扩弓型	202304267	粤械注准 20202172092	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
656	医用一次性防护服	湛江市	珠海市金胜制衣有限公司	廉江市人民医院	无菌连体式 175	QL20221001	粤械注准 20212140784	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
657	预充式导管冲洗器	湛江市	注册人:碧迪公司 Becton,Dickinson andCompany; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	雷州市人民医院	BD 10ml 标准 芯杆预充式导管冲洗器	2258424	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

658	血液净化装置的体外循环回路	湛江市	注册人：山东威高血液净化制品股份有限公司；受托生产企业：威高血液净化（成都）有限公司	广东医科大学附属第一医院	JRHLL-025	22121321	YY 0267-2016； 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
659	医用橡胶检查手套	佛山市	佛山市禅祥医用器材有限公司	佛山市禅祥医用器材有限公司	L 大号 有粉光面	20221126	粤禅械备 20140046 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
660	医用橡胶检查手套	佛山市	佛山市禅祥医用器材有限公司	佛山市禅祥医用器材有限公司	中号 有粉光面	20221216	粤禅械备 20140046 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
661	牙科种植机	佛山市	佛山市登拓医疗器械有限公司	佛山市登拓医疗器械有限公司	Surgic Pro+	SN22L2601	粤械注准 20202171280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
662	一次性使用泌尿道用亲水涂层导丝	佛山市	佛山市迪华科技有限公司	佛山市迪华科技有限公司	QS-A-35-150	220918	粤械注准 20212021682	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
663	一次性使用泌尿道用导丝	佛山市	佛山市迪华科技有限公司	佛山市迪华科技有限公司	BM-A-35-150	221017	粤械注准 20212020346	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
664	一次性使用无菌导尿包	佛山市	佛山市康复医疗设备厂	佛山市康复医疗设备厂	ADL-03 14# (乳胶)	23052501	YY 0325-2016； 粤械注准 20172141795	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
665	一次性使用输氧面罩	佛山市	佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司	佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司	MZF-M5	20230503	粤械注准 20152080071	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
666	一次性使用输氧面罩	佛山市	佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司	佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司	SYF-C5	20230503	粤械注准 20152080064	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

667	一次性无菌吸氧面罩	佛山市	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	佛山市南海凤华医疗器械有限公司	成人型	230217	粤械注准 20182080994	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
668	医用防护口罩	佛山市	佛山市南海康得福医疗用品有限公司	佛山市南海康得福医疗用品有限公司	灭菌型 VM-02-5B	30128580	粤械注准 20202141069	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
669	医用一次性防护服	佛山市	佛山市南海康得福医疗用品有限公司	佛山市南海康得福医疗用品有限公司	连身式带脚套 B 型 5XL (195)	30127026	粤械注准 20162141261	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
670	弱视综合治疗仪	佛山市	佛山视康医疗器械有限公司	佛山视康医疗器械有限公司	SK-A4S	2304001	粤械注准 20172160352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
671	一次性使用中心静脉导管及附件	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	CB-B 16GaX20cm	230215	国械注准 20163102086	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
672	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	PB-4Fr-1-B -H 65cm	230221	国械注准 20153032016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
673	一次性使用无菌导尿管	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	UCT-I 双腔 16Fr	230104	YY 0325-2016; 粤械注准 20152141488	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
674	一次性使用静脉留置针	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	IVC-PU-5 24Ga×19mm	230331	YY 1282-2016; 国械注准 20193140565	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
675	一次性使用防针刺伤型静脉留置针	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	AIVC-5 24Ga ×19mm	230331	YY 1282-2016; 国械注准 20163141493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
676	预充式导管冲洗器	佛山市	福州海王福药制药有限公司	国药控股佛山有限公司	药品氯化钠型: 10ml 预充式导管冲洗器	22111511	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

677	预充式导管冲洗器	佛山市	福州海王福药制药有限公司	佛山复星禅城医院有限公司	药品氯化钠型：10ml 预充式导管冲洗器	23010311	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
678	一次性使用静脉留置针	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广州中医药大学顺德医院附属勒流医院	20G Y 型	GE2-221125	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
679	一次性使用涂层导丝	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	TS-J-150-035	221031	国械注准 20193030268	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
680	一次性无菌中心静脉导管	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	单腔 16G-20cm	06Y-230201	国械注准 20153031562	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
681	一次性使用麻醉面罩	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	不带头带型 5号	000-Z230424N	粤械注准 20142080017	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
682	一次性使用无菌硅胶导尿管	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	单腔（带球囊）：16Fr	221112X5-15ml	YY 0325-2016; 粤械注准 20142140018	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
683	密闭式防针刺伤型静脉留置针	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	24G×19mm 普通型	AD4-230420	YY 1282-2016; 国械注准 20203140417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
684	一次性使用静脉留置针	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	24G Y 型	YD2-230421	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
685	一次性使用无菌导尿包	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	I 型 双腔 （带球囊） 14Fr	000Y0108X5-15ml	YY 0325-2016; 粤械注准 20142140011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
686	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	双腔 11.5Fr-20cm	H6Z-230213	国械注准 20153101563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

687	一次性使用静脉留置针	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	佛山市威科医疗器械有限公司	24G Y型	YD2-E230323	YY 1282-2016; 国械注准 2015314532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
688	一次性使用静脉留置针	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市中医院三水医院	II-B 24G× 0.75IN (0.7mm× 19mm)	20230508	YY 1282-2016; 国械注准 20173140504	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
689	超声波洁牙机	佛山市	广东思凯乐医疗器械有限公司	广东思凯乐医疗器械有限公司	A5	S2340206A5	粤械注准 20172171900	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
690	眼科光学相干断层扫描仪	佛山市	广东唯仁医疗科技有限公司	广东唯仁医疗科技有限公司	Velite C3000	2023042701001	粤械注准 20212161591	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
691	眼科光相干断层扫描仪	佛山市	广东唯仁医疗科技有限公司	广东唯仁医疗科技有限公司	Velite C2000	2023042702001	粤械注准 20212161685	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
692	医用防护口罩	佛山市	广东宜骏科技有限公司	广东宜骏科技有限公司	头戴式 155mm× 105mm	2023010503	粤械注准 20212141068	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
693	医用防护口罩	佛山市	广州雷诺生物科技有限公司	佛山市新乐医药连锁有限公司三水耀明分店	LN-N9501 15.5cmX10.5cm	2022121102	粤械注准 20202141297	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
694	一次性使用乳胶导尿管	佛山市	广州维力医疗器械股份有限公司	佛山市圣邦医疗器械有限公司	双腔导尿管 标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20221025	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
695	一次性使用导尿包	佛山市	广州维力医疗器械股份有限公司	佛山市三水区乐平镇人民医院	双腔标准型 16Fr 30ml	20221018	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

696	一次性使用润滑导尿管	佛山市	广州维力医疗器械股份有限公司	佛山市高明区中医院	双腔标准型 16Fr	20220918	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141846	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
697	一次性使用润滑导尿管	佛山市	广州维力医疗器械股份有限公司	佛山复星禅城医院有限公司	双腔标准型 16Fr	20220818	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141846	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
698	医用低温冰箱	佛山市	海信容声(广东)冷柜有限公司	海信容声(广东)冷柜有限公司	HD-40L100	ZA03F	粤械注准 20142220150	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
699	一次性使用静脉留置针	佛山市	湖北楚天药业有限责任公司	暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院)	Y-III型 0.9 ×25mm(22G ×1.00IN)	批 20220916	YY 1282-2016; 国械注准 20193140123	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
700	医用防护口罩	佛山市	湖南大自然制药有限公司	佛山市顺德区大参林药业有限公司大良兴顺路分店	ZA型: 折叠 型耳挂式 (无菌型) 16cm× 10.6cm(± 5%)	20221212	湘械注准 20202140906	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
701	医用一次性防护服	佛山市	湖南永霏特种防护用品有限公司	佛山市南海区人民医院	连身式(无 菌型)	0210211202014 4	湘械注准 20202140144	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
702	一次性使用导尿管	佛山市	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院)	2.9mm(F8)	20230305	YY 0325-2016; 苏械注准 20142140677	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
703	医用一次性防护服	佛山市	南昌市康华卫材有限公司	佛山市大恒仁医疗器械有限公司	连体式不带 鞋套 165(M)	22091002	赣械注准 20202140621	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

704	空心纤维透析器	佛山市	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	广东省中西医结合医院(佛山市南海区中医院)	ELISIO-15M	23B06CHA	YY 0053-2016; 国械注准 20173103117	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
705	空心纤维透析器	佛山市	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	佛山市高明区人民医院	ELISIO-15M	23C04CHA	YY 0053-2016; 国械注准 20173103117	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
706	血液净化装置的体外循环血路	佛山市	宁波天益医疗器械股份有限公司	南方医科大学顺德医院	TX-JB-10	23063008	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
707	血液净化装置的体外循环血路	佛山市	宁波天益医疗器械股份有限公司	佛山市第一人民医院(中山大学附属佛山医院)	TX-JB-10	22123022	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
708	一次性使用静脉留置针	佛山市	山东安得医疗用品股份有限公司	佛山市高明区中医院	IVC08-24	230221	YY 1282-2016; 国械注准 20153141539	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
709	预冲式冲管注射器	佛山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	暨南大学附属口腔医院(佛山市顺德区大良医院)	WGCZ 10ml	批 202210043	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
710	聚砜膜空心纤维透析器	佛山市	山东威高血液净化制品股份有限公司	广州中医药大学顺德医院附属勒流医院	F16	22101454	YY 0053-2016; 国械注准 20153100873	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
711	医用一次性防护服	佛山市	稳健医疗(崇阳)有限公司	佛山市顺德区伦教医院	连身式 175	2022101109	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
712	医用一次性防护服	佛山市	稳健医疗(崇阳)有限公司	佛山福爱嘉妇产医院	连身式 170	20201216-7	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
713	指夹式脉搏血氧仪	佛山市	徐州市永康电子科技有限公司	广东圆心恒金堂医药连锁有限公司岭南大道北分店	YK-81C	2212130103010 6186	苏械注准 20162071250	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

714	一次性使用无菌导尿管	佛山市	湛江市事达实业有限公司	暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院）	双腔气囊标准型 18Fr（30ml）	20220801	YY 0325-2016； 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
715	医用一次性防护服	佛山市	珠海市金胜制衣有限公司	佛山市第一人民医院 同济康复医院	无菌连体式	QL20220402	粤械注准 20212140784	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
716	预充式导管冲洗器	佛山市	注册人：碧迪公司 Becton, Dickinson and Company；代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司	暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院）	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2101461	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
717	预充式导管冲洗器	佛山市	注册人：碧迪公司 Becton, Dickinson and Company；代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司	佛山市三水区人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2227186	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
718	预充式导管冲洗器	佛山市	注册人：碧迪公司 Becton, Dickinson and Company；代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司	佛山市高明区人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2118955	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
719	一次性手控刀	江门市	常熟市沪通电子有限公司	江门市蓬江区中西医结合医院	GSD-SE01-1	006585	GB 9706.1-2007； GB 9706.4-2009； 苏械注准 20162011179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
720	医用防护口罩	江门市	东莞市尼的科技股份有限公司	江门大参林药店有限公司 江门良化东分店	非无菌型 折叠式 15.5cm× 10.5cm	202212F09	粤械注准 20222141202	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

721	医用防护口罩	江门市	东莞市尼的科技股份有限公司	东莞市尼的科技股份有限公司	非无菌型 折叠式 15.5cm× 10.5cm	202212F09	粤械注准 20222141202	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
722	医用防护口罩	江门市	伏羲医疗用品（江 门）有限公司	伏羲医疗用品（江 门）有限公司	0755（折 叠型）	2212011	粤械注准 20222141212	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
723	高频电刀	江门市	广东百生医疗器械 股份有限公司	广东百生医疗器械 股份有限公司	OBS-350A	SN: 350A202302 110014	国械注准 20183011785	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
724	一次性医用防 护服	江门市	广东宏健医疗器械 有限公司	广东宏健医疗器械 有限公司	180	20221202	粤械注准 20202140748	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
725	一次性医用防 护服	江门市	广东宏健医疗器械 有限公司	广东宏健医疗器械 有限公司	185	20221208	粤械注准 20202140748	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
726	咽鼓管球囊扩 张导管	江门市	广东康尔乐医疗器 械有限公司	广东康尔乐医疗器 械有限公司	KELYG3020	FLN2304026	粤械注准 20202140156	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
727	一次性使用气 管切开插管	江门市	广东龙心医疗器械 有限公司	广东龙心医疗器械 有限公司	8.0	20230506	粤械注准 20172080783	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
728	一次性使用静 脉留置针	江门市	广东龙心医疗器械 有限公司	广东龙心医疗器械 有限公司	II-B24G× 0.75IN (0.7mm× 19mm)	20230506	YY 1282-2016; 国械注准 20173140504	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/
729	电动轮椅车	江门市	广东银狐医疗科技 股份有限公司	广东银狐医疗科技 股份有限公司	9000N	L2212002	粤械注准 20212190717	广东省医疗器械质量 监督检验所	符合	/

730	一次性使用导尿管	江门市	广州维力医疗器械股份有限公司	台山市中医院	双腔标准型 16Fr30ml	20230317	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
731	一次性使用导尿管	江门市	广州维力医疗器械股份有限公司	开平市中心医院	乳胶导尿管 包双腔标准型 14Fr30ml	20220830	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
732	医用一次性防护服	江门市	河南省景康医疗器械有限公司	台山市大江镇卫生院	无菌型	22111236	豫械注准 20212140624	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
733	医用防护口罩	江门市	湖南上工坊健康科技有限公司	江门高济医药连锁有限公司开平海伦堡分店	N95-A型 折叠型耳挂式 (无菌型)	22120139	湘械注准 20222141551	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:湖南省药品检验检测研究院	符合	/
734	一次性使用无菌导尿管	江门市	江苏康诺医疗器械股份有限公司	鹤山市人民医院	双腔有球囊 导尿管 6.0mm (18F)	221002	YY 0325-2016; 苏械注准 20172140909	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
735	一次性使用静脉留置针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	台山市水步镇台鹤南路	三通型	批 20211206	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
736	一次性使用静脉留置针	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	江门市新会区第二人民医院	三通型 0.7x19mm	批 20220518	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
737	定制式固定义齿	江门市	开平市星力医疗器械有限公司	开平市星力医疗器械有限公司	氧化锆全瓷冠(桥)	A2023042901	粤械注准 20222170890	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
738	医用防护口罩	江门市	可孚医疗科技股份有限公司	国控国大(江门)医药有限公司江海花园分店	拱型-I 16cm ×10.5cm	PC2212102	湘械注准 20202140158	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

739	医用一次性防护服	江门市	南昌东利医疗科技有限公司	鹤山市人民医院	180 连体式 (A型 无菌型)	20221206	赣械注准 20212140128	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
740	医用一次性防护服	江门市	南昌卫材医疗器械有限公司	恩平市东城镇卫生院	连身式/175 (XL号)	20211011	赣械注准 20202140121	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
741	医用一次性防护服	江门市	山东海迪科医用制品有限公司	开平市中医院	无菌, 连身式	220621	鲁械注准 20202141164	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
742	预冲式冲管注射器	江门市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	台山市第二人民医院	MGCZ 10ml	批 202212211	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
743	预冲式冲管注射器	江门市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	开平市中心医院	不带针 WGCZ 10mL	批 202305054	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
744	预冲式冲管注射器	江门市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	江门市新会区第二人民医院	WGCZ 10mL	批 202302073	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
745	一次性使用导尿管	江门市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	江门市人民医院	DNB-A	20230201	YY 0325-2016; 鲁械注准 20182140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
746	血液净化装置的体外循环血路	江门市	山东威高血液净化制品股份有限公司	鹤山市人民医院	JRHLL-020	23022391	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
747	预充式导管冲洗器	江门市	山东中保康医疗器械有限公司	鹤山市人民医院	ZBKYC10 10mL	批 212301151	国械注准 20203140765	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
748	定制式固定义齿	江门市	台山市方圆义齿有限公司	台山市方圆义齿有限公司	二氧化锆全 瓷冠	2023年5月7 日	粤械注准 20152170698	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

749	婴儿护脐带	江门市	台山市弘毅医疗用品有限公司	台山市弘毅医疗用品有限公司	8cm×40cm	20230201	粤械注准 20152140725	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
750	定制式活动义齿	江门市	台山市台城华开义齿制作中心	台山市台城华开义齿制作中心	钴铬合金支架	HK551	粤械注准 20192170301	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
751	定制式固定义齿	江门市	台山市台城华开义齿制作中心	台山市台城华开义齿制作中心	爱特二氧化锆烤瓷桥	HK553	粤械注准 20172171246	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
752	一次性使用静脉留置针	江门市	威海洁瑞医用制品有限公司	江门市人民医院	24G× 19mm/Y-G	20230251	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
753	一次性使用静脉留置针	江门市	威海洁瑞医用制品有限公司	鹤山市人民医院	22G× 25mm/Z-G	20221051	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
754	一次性使用静脉留置针	江门市	威海洁瑞医用制品有限公司	恩平市人民医院	24G× 19mm/Y-G	20230331	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
755	一次性使用静脉留置针	江门市	稳健平安医疗科技(湖南)有限公司	江门市众康医疗器械有限公司	20G×30mm Y-G 型	批 20230109	YY 1282-2016; 国械注准 20163141629	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
756	小型分子筛制氧机	江门市	新会江裕信息产业有限公司	新会江裕信息产业有限公司	PM050	1106740	粤械注准 20222080016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
757	空心纤维透析器	江门市	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	江门市五邑中医院	REXEED— 15UC	3N2Y2A	YY 0053-2016; 国械注准 20153100879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
758	空心纤维透析器	江门市	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	江门市仁安内科专科门诊部有限公司	REXEED— 15UC	0N1F1H	YY 0053-2016; 国械注准 20153100879	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

759	一次性使用无菌导尿管	江门市	湛江市事达实业有限公司	江门市通诚医疗设备有限公司	双腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20221014	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
760	彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器)	江门市	浙江舒友仪器设备有限公司	鹤山市人民医院	SY-IIB(N)-1	2211232	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 浙械注准 20162010205	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
761	血液净化装置的体外循环管路	江门市	注册人:好思比制造服务有限公司; 代理人:广州德朗医疗设备有限公司	江门市中心医院	SHM-HBTL-01	2301150564	YY 0267-2016; 国械注进 20163101830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
762	空心纤维透析器	江门市	注册人:尼普洛株式会社; 代理人:尼普洛贸易(上海)有限公司	台山市华济医院有限公司	SUREFLUX-15G	22F16D	YY 0053-2016; 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
763	血液净化装置的体外循环管路	江门市	注册人:维泰医疗用品有限公司; 代理人:广州朗恩医疗设备有限公司	台山市华济医院有限公司	BLU004E	23011520631	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
764	医用一次性防护服	阳江市	广东金发科技有限公司	阳江市阳东区人民医院	KF-PC BS01 (E0)	25015241	粤械注准 20212141339	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
765	一次性使用乳胶导尿管	阳江市	广州维力医疗器械股份有限公司	阳江江华医院有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30ml	20221022	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
766	医用防护口罩	阳江市	河南省卓恩康生物工程技术有限公司	阳江大参林连锁药店有限公司平冈分店	非无菌折叠挂耳式 16cm×10.5cm	88230104	豫械注准 20202141250	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

767	一次性使用静脉留置针	阳江市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	阳江江华医院有限公司	B型 (24G) 0.7×19 mm	批 230224	YY 1282-2016; 国械注准 20153140876	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
768	医用防护口罩	阳江市	济南尚润通达复合材料有限公司	阳江大参林连锁药店有限公司阳西新城仁信分店	无菌 折叠 挂耳式 10.5cmx16cm	20221202	鲁械注准 20222141343	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
769	一次性使用静脉留置针	阳江市	佳康医用器材(青岛)有限公司	阳春市妇幼保健院	24G 0.7× 19mm	230506	YY 1282-2016; 国械注准 20173140210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
770	一次性使用静脉留置针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳西县溪头镇卫生院	0.9x25mm 三通型	批 20220516	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
771	血液透析过滤器	阳江市	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	阳春阳和肾析血液透析中心	ELISIO-17H	22G05AHA	YY 0053-2016; 国械注准 20203100611	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
772	预冲式冲管注射器	阳江市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	阳江市妇幼保健院	不带针 WGCZ 5mL	批 202304173	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
773	预冲式冲管注射器	阳江市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	阳江江华医院有限公司	WGCZ 5mL	批 202211053	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
774	空心纤维透析器	阳江市	山东威高血液净化制品股份有限公司	阳西总医院人民医院	F17	23010941	YY 0053-2016; 国械注准 20153100873	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
775	血液净化装置的体外循环血路	阳江市	山东威高血液净化制品股份有限公司	阳东养可肾析血液透析中心	JRXL-B4	23051021	YY 0267-2016; 国械注准 20193100022	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
776	一次性使用静脉留置针	阳江市	山东朱氏药业集团有限公司	阳江市海陵岛经济开发试验区人民医院	Y18G1.3× 30W	批 22010501	YY 1282-2016; 国械注准 20183140380	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

777	医用防护口罩	阳江市	上海太昊生物科技(周口)医药有限公司	阳江市润之堂医药连锁有限公司闸坡分店	无菌折叠型挂耳式大号	20221201	豫械注准20202141127	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
778	一次性使用无菌导尿包	阳江市	湛江市事达实业有限公司	阳西总医院人民医院阳西县人民医院	12Fr(5mL-10mL)乳胶双腔III(标准型)	20230208	YY 0325-2016;粤械注准20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
779	一次性使用无菌导尿包	阳江市	湛江市事达实业有限公司	阳江市人民医院	乳胶双腔16Fr(30mL)III(标准型)	20230421	YY 0325-2016;粤械注准20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
780	一次性使用无菌导尿管	阳江市	湛江市事达实业有限公司	阳春市春健医院器械有限公司	双腔气囊标准型16Fr(30ml)	20230412	YY 0325-2016;粤械注准20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
781	血液净化装置的体外循环血路	阳江市	注册人:山东威高血液净化制品股份有限公司;受托生产企业:威高血液净化(成都)有限公司	阳江市中医医院	JRHLL-020	23032021	YY 0267-2016;国械注准20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
782	预充式导管冲洗器	茂名市	福州海王福药制药有限公司	茂名市电白区妇幼保健院	药品氯化钠型:5ml预充式导管冲洗器	22090512	国械注准20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
783	预充式导管冲洗器	茂名市	福州海王福药制药有限公司	化州市人民医院	药品氯化钠型:10ml预充式导管冲洗器	23032001	国械注准20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
784	预充式导管冲洗器	茂名市	福州海王福药制药有限公司	高州市石鼓镇中心卫生院(高州市第三人民医院)	药品氯化钠型:10ml预充式导管冲洗器	22032811	国械注准20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

785	一次性使用静脉留置针	茂名市	广东百合医疗科技股份有限公司	信宜仁爱医院	22G Y型	YD2-230220	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
786	一次性使用静脉留置针	茂名市	广东百合医疗科技股份有限公司	化州市人民医院	24G Y型	YD2-230331	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
787	一次性使用防逆流负压引流瓶	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	HM-5	20230201	粤械注准 20172140075	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
788	一次性使用气管插管	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	CG-B7.5A	20230401	粤械注准 20182080936	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
789	一次性使用引流管路及配件	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	S6A-3	20230301	粤械注准 20172141834	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
790	一次性使用多功能引流管	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	M6A	20230301	粤械注准 20162140420	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
791	一次性使用乳胶导尿管	茂名市	广州维力医疗器械股份有限公司	茂名石化医院有限公司	双腔导尿管 标准型 6.0mm(18Fr) 30ml	20221005	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
792	一次性使用乳胶导尿管	茂名市	广州维力医疗器械股份有限公司	高州市人民医院	双腔导尿管 标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20220826	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
793	医用防护口罩	茂名市	广州益众医疗用品有限公司	茂名高济医药连锁有限公司信宜锦湖邦健药店	折叠式 15.5cm× 10.5cm	20220529	粤械注准 20202141096	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

794	一次性使用静脉留置针	茂名市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	信宜市健民医院	D型： (22G)0.9× 25 mm	批 220709	YY 1282-2016; 国械注准 20153140876	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
795	一次性使用静脉留置针	茂名市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	化州东方医院	D型：(24G) 0.7×19 mm	批 220707	YY 1282-2016; 国械注准 20153140876	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
796	医用防护口罩	茂名市	河南易生医疗器械科技有限公司	茂名市康泰源医药有限公司爵山分公司	折叠型大号 (16cmx10.5cm)	20221110F	豫械注准 20212142249	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
797	一次性使用静脉留置针	茂名市	江西丰临医用器械有限公司	茂名市电白区七迳卫生院	Y型 IV-Y24II	批 20221116	YY 1282-2016; 国械注准 20173140215	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
798	医用制氧机	茂名市	柯尔(苏州)医疗科技有限公司	茂名市茂南区君安医疗器械经营部	CR-P5W	2301158	苏械注准 20192080666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
799	一次性使用导尿管	茂名市	茂名市德力康医疗科技有限公司	茂名市德力康医疗科技有限公司	4.7mm (14 Fr)	20230401	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140294	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
800	定制式固定义齿	茂名市	茂名市电白区新环球义齿制作中心	茂名市电白区新环球义齿制作中心	氧化锆全瓷桥(冠)	NO. 0012794	粤械注准 20192170593	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
801	定制式活动义齿	茂名市	茂名市电白区新环球义齿制作中心	茂名市电白区新环球义齿制作中心	胶托排牙	20461533	粤械注准 20192171295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
802	医用防护口罩	茂名市	汕头市泰恩康医用器材厂有限公司	茂名市健群药业有限公司	TNK-FH95 (灭菌级)	2212024	粤械注准 20212141647	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
803	一次性使用静脉留置针	茂名市	上海正邦医疗科技有限公司	高州市石鼓镇中心卫生院(高州市第三人民医院)	24G (0.75× 15 mm)/三通 (B型)	20220729	YY 1282-2016; 国械注准 20183141531	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

804	医用一次性防护服	茂名市	深圳山而威医疗科技集团有限公司	茂名市祥祯医疗器械有限公司	II型无菌型带脚套	22030101	粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
805	一次性使用静脉留置针	茂名市	威海洁瑞医用制品有限公司	茂名市电白区消化研究所附属医院	20G× 29mm/Y-G	20220241	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
806	医用一次性防护服	茂名市	稳健医疗(崇阳)有限公司	茂名市人民医院	连身式 185	20221212	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
807	一次性使用无菌导尿管	茂名市	湛江市事达实业有限公司	信宜市中医院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20221223	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
808	一次性使用无菌导尿包	茂名市	湛江市事达实业有限公司	化州市中医院	18Fe (30mL) 乳胶双腔/ III (标准型)	20221111	YY 0325-2016; 粤械注准 20162141618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
809	一次性使用留置针	茂名市	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	茂名市第三人民医院	头皮针型 (I.V-III)	C20221109	YY 1282-2016; 国械注准 20193141674	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
810	预充式导管冲洗器	茂名市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	信宜市中医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管 冲洗器	2006799	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
811	预充式导管冲洗器	茂名市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	茂名市中医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管 冲洗器	1231127	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

812	空心纤维透析器	茂名市	注册人：尼普洛株式会社；代理人：尼普洛贸易(上海)有限公司	茂名市职业病防治院	SUREFLUX-15G	22G11D	YY 0053-2016； 国械注进 20173100233	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
813	一次性使用静脉留置针	肇庆市	佛山特种医用导管有限责任公司	肇庆市高要区妇幼保健计划生育服务中心	IVC-III-1 22Ga×25mm	230224	YY 1282-2016； 国械注准 20163141019	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
814	一次性使用静脉留置针	肇庆市	广东百合医疗科技股份有限公司	肇庆是鼎湖区人民医院	24G Y型	YD2-230308	YY 1282-2016； 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
815	一次性使用静脉留置针	肇庆市	广东百合医疗科技股份有限公司	四会万隆医院	24G Y型	YD2-E 221223	YY 1282-2016； 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
816	一次性使用导尿管	肇庆市	广州维力医疗器械股份有限公司	广宁县妇幼保健院	双腔标准型 16Fr30ml	20221105	YY 0325-2016； 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
817	一次性使用无菌硅胶导尿管	肇庆市	广州维力医疗器械股份有限公司	广东省怀集县人民医院(怀集县人民医院共同体总医院)	双腔标准型 5.3mm(16Fr) 15ml	20221125	YY 0325-2016； 粤械注准 20162140878	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
818	一次性使用乳胶导尿管	肇庆市	广州维力医疗器械股份有限公司	封开县人民医院	双腔导尿管 标准型 4.0mm(12Fr) 5~10ml	20220902	YY 0325-2016； 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
819	一次性使用乳胶导尿管	肇庆市	广州维力医疗器械股份有限公司	德庆县人民医院	双腔弯头型 导尿管 5.3mm(16Fr) 30ml	20230313	YY 0325-2016； 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
820	医用防护口罩	肇庆市	湖南康沃医疗用品有限公司	肇庆大参林药店有限公司高要南岸分店	折叠式耳挂式(非无菌型) 13cm×8cm	04221230	湘械注准 20202140263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

821	医用防护口罩	肇庆市	湖南康沃医疗用品有限公司	肇庆大参林药店有限公司封开罗董分店	折叠式耳挂式（非无菌型）13cm×8cm	04221230	湘械注准 20202140263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
822	一次性使用静脉留置针	肇庆市	佳康医用器材（青岛）有限公司	广宁康健医院	II型 24G	230303G	YY 1282-2016； 国械注准 20173140210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
823	一次性使用静脉留置针	肇庆市	佳康医用器材（青岛）有限公司	德庆县人民医院	24G 0.7×19mm	230423G	YY 1282-2016； 国械注准 20173140210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
824	医用一次性防护服	肇庆市	江西恒达医疗器械有限公司	肇庆市高要区人民医院	连身式 175（XL）	20220104	赣械注准 20202140286	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
825	一次性使用静脉留置针	肇庆市	山东安得医疗用品股份有限公司	肇庆市端州区华佗医院	ZVC08-24	230216	YY 1282-2016； 国械注准 20153141539	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
826	预冲式冲管注射器	肇庆市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	封开县人民医院	WGCZ 10mL	批 202303154	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
827	一次性使用静脉留置针	肇庆市	上海正邦医疗科技有限公司	肇庆粤大中医院	26G（0.6×19mm）/三通（B型）	20230304	YY 1282-2016； 国械注准 20183141531	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
828	一次性医用防护服	肇庆市	威海鸿宇无纺布制品有限公司	四会市人民医院	180	2112221	鲁械注准 20202141210	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
829	医用一次性防护服	肇庆市	武汉协卓卫生用品有限公司	中山大学附属第三医院肇庆医院	连身式 175号（2XL）	20220705	鄂械注准 20162142265	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
830	医用防护口罩	肇庆市	新乡市中原卫生材料厂有限责任公司	广宁县南街街道聚宝路仁心大药房	无菌挂耳折叠型	22111879	豫械注准 20212140690	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

831	一次性使用留置针	肇庆市	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	广东省怀集县人民医院	光皮针形 (I.V.-III)	C 20220626	YY 1282-2016; 国械注准 20193141674	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
832	医用防护口罩	清远市	东莞市安保医用包装科技有限公司	清远市清城区飞来峡镇卫生院	FH9502 L 码	05SFHL221202-05	粤械注准 20202141913	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
833	预充式导管冲洗器	清远市	福州海王福药制药有限公司	清远市妇幼保健院	药品氯化钠型: 5ml 预充式导管冲洗器	22092411	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
834	一次性使用静脉留置针	清远市	广东百合医疗科技股份有限公司	英德市大站镇卫生院	22G Y 型	YD2-230322	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
835	一次性无菌血液回路	清远市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东金泽康贸易有限公司	FB-A001V05	C02-T230510XFS230	YY 0267-2016; 国械注准 20153101911	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
836	医用防护口罩	清远市	广东金发科技有限公司	广东金发科技有限公司	KF-A F20(W-SJ-E O)	25016788	粤械注准 20212141543	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
837	医用一次性防护服	清远市	广东金发科技有限公司	广东金发科技有限公司	KF-PC 0S01 (E0)	25016316	粤械注准 20212141339	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
838	医用检查手套	清远市	广东金发科技有限公司	广东金发科技有限公司	S 类型 2(丁腈)	25013479	粤清械备 20200010	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
839	医用防护口罩	清远市	广东金叶科技发展有限公司	清远关爱大药房连锁有限公司横街店	N95 15.5cm*11cm	20221210002	粤械注准 20212140934	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
840	一次性使用导尿管	清远市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州维力医疗器械股份有限公司	双腔标准型 18Fr30ml	20221119	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

841	一次性使用润滑导尿管	清远市	广州维力医疗器械股份有限公司	佛冈县人民医院	双腔标准型 16Fr	20221121	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141846	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
842	一次性使用静脉留置针	清远市	湖南平安医疗科技有限公司	清远清城新城医院	Y-G 型	20220807	YY 1282-2016; 国械注准 20163141629	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
843	一次性透析用血液回路管	清远市	江苏费森尤斯医药用品有限公司	连山壮族瑶族自治县人民医院	AP16641	D2CE23100	YY 0267-2016; 国械注准 20173100509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
844	一次性使用静脉留置针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳山县中医院	三通型 1.1x30mm	批 20220226	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
845	一次性使用静脉留置针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	清远市洪达医疗设备经贸有限公司	三通型 1.1x30mm	批 20220516	YY 1282-2016; 国械注准 20193141874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
846	定制式活动义齿	清远市	清远连州市东恒义齿制造有限公司	清远连州市东恒义齿制造有限公司	弹性基托可摘局部义齿	DHYB20230504	粤械注准 20222171666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
847	定制式固定义齿	清远市	清远连州市东恒义齿制造有限公司	清远连州市东恒义齿制造有限公司	氧化锆全瓷桥	DHYB20230501	粤械注准 20222171665	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
848	硅橡胶三功能胃肠管套件	清远市	清远市沃尔森医用科技有限公司	清远市沃尔森医用科技有限公司	14#	220901	粤械注准 20192140757	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
849	医用橡胶胃管	清远市	清远市沃尔森医用科技有限公司	清远市沃尔森医用科技有限公司	16#	221151	粤械注准 20192140213	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
850	医用橡胶导尿管	清远市	清远市沃尔森医用科技有限公司	清远市沃尔森医用科技有限公司	14#	230314	YY 0325-2016; 粤械注准 20202140188	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

851	医用一次性防护服	清远市	山东朱氏药业集团有限公司	阳山县阳城镇卫生院	175	210203E15	鲁械注准 20202140108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
852	密闭式静脉留置针	清远市	苏州碧迪医疗器械有限公司	英德市妇幼保健院	24G× 0.75IN 0.7mm x 19mm	2262336	YY 1282-2016; 国械注准 20153142208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
853	医用一次性防护服	清远市	稳健医疗(崇阳)有限公司	连州市人民医院	连身式 165	20211020	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
854	一次性使用无球囊导尿管	清远市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	连州市妇幼保健院	4.0mm(F12)	20221121	YY 0325-2016; 苏械注准 20162140523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
855	一次性使用无菌导尿管	清远市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	单腔标准型 14Fr	20221130	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
856	医用一次性防护服	清远市	振德医疗用品股份有限公司	佛冈县中医院	灭菌型 170cm 连身式	20211122	浙械注准 20192140166	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构:浙江省医疗器械检验研究院	符合	/
857	医用一次性防护服	清远市	珠海市金胜制衣有限公司	连南瑶族自治县疾病预防控制中心	无菌连体式 185cm	QL20220701	粤械注准 20212140784	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
858	预充式导管冲洗器	清远市	注册人:碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人:碧迪医疗器械(上海)有限公司	连州市人民医院	BD 3ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	1334687	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

859	预充式导管冲洗器	清远市	注册人：碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司	佛冈县人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2258422	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
860	血液净化装置的体外循环血路	清远市	注册人：山东威高血液净化制品股份有限公司；受托生产企业：威高血液净化（成都）有限公司	连州市人民医院	JRHLL-020	23031421	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
861	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	潮州市	北京万泰生物药业股份有限公司	潮州市天诚医药有限公司	100 人份/盒	JNA20221201SG	国械注准 20223400351	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
862	血液净化装置的体外循环血路	潮州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	暨南大学附属第一医院潮汕医院	BAIN-BL-001	2301160128	YY 0267-2016; 国械注准 20153100208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
863	预充式导管冲洗器	潮州市	福州海王福药制药有限公司	饶平县中医医院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22092411	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
864	预充式导管冲洗器	潮州市	福州海王福药制药有限公司	潮州市潮安区人民医院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22083112	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
865	一次性使用静脉留置针	潮州市	广东百合医疗科技股份有限公司	潮州市湘桥区中医院	Y 型 24G	PH4-E230310	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
866	医用防护口罩	潮州市	广东金源生物科技有限公司	广东金源生物科技有限公司	JY-YF-B1	2022121301	粤械注准 20202142028	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

867	自动核酸分子杂交仪	潮州市	广东凯普科技智造有限公司	广东凯普科技智造有限公司	HBHM-3001S	YYH2302005	粤械注准 20162220397	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
868	一次性使用导尿管	潮州市	广州维力医疗器械股份有限公司	潮州市湘桥区妇幼保健院	双腔标准型 12Fr 5-10ml	20221015	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
869	一次性使用乳胶导尿管	潮州市	广州维力医疗器械股份有限公司	潮州北斗肾病医院	双腔导尿管 标准型 6.0mm(18Fr) 30ml	20221026	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
870	医用防护口罩	潮州市	广州正康医疗器械有限公司	广州医药大药房有限公司潮州中心店	ZKM-004 (155mm× 105mm)	2022121601	粤械注准 20222140454	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
871	医用防护口罩	潮州市	河南吉合医疗器械有限公司	广东厚德堂医药连锁有限公司诚新药店	无菌折叠耳 挂式	2022121624	豫械注准 20202142065	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
872	医用防护口罩	潮州市	湖南臻和亦康医疗用品有限公司	潮州韩溪眼科医院	折叠型(无 菌型) L 码 16cm×10cm	20221205	湘械注准 20202140323	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
873	医用一次性防护服	潮州市	江西科美医疗器械集团有限公司	潮州市潮安区浮洋中心卫生院	A 型 连身式 不带鞋套	20221008	赣械注准 20202140047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
874	空心纤维透析器	潮州市	尼普洛株式会社	潮州北斗肾病医院	FB-15U	23B02D	YY 0053-2016; 国械注进 20173100232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
875	医用一次性防护服	潮州市	山东海迪科医用制品有限公司	潮州市潮安区中医医院	非无菌, 连 身式	221011	鲁械注准 20202141164	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

876	动静脉留置针	潮州市	注册人： B. Braun Medical Industries Sdn. Bnd; 代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司	潮州市湘桥区妇幼保健院	4254112B	22N06G8911	YY 1282-2016; 国械注进 20143145025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
877	空心纤维透析器	潮州市	注册人：尼普洛株式会社；代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司	潮州北斗肿瘤康复医院	FB-17U	22J13E	YY 0053-2016; 国械注进 20173100232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
878	医用防护口罩	揭阳市	奥美医疗用品股份有限公司	揭阳市揭东区埔田镇卫生院	AMFH-N95	221206-4	鄂械注准 20162142409	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
879	预充式导管冲洗器	揭阳市	福州海王福药制药有限公司	揭阳市榕城区渔湖街道社区卫生服务中心	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22010202	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
880	一次性使用静脉留置针	揭阳市	广东爱迪医疗科技有限公司	普宁市洪阳镇中心卫生院	24G 普通 Y 型（端帽）	23062	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
881	一次性使用静脉留置针	揭阳市	广东爱迪医疗科技有限公司	普宁市洪阳镇中心卫生院	22G 普通 Y 型（端帽）	22322	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
882	一次性使用静脉留置针	揭阳市	广东爱迪医疗科技有限公司	揭阳市中医院	26G 普通 Y 型（端帽）	23058	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
883	一次性使用静脉留置针	揭阳市	广东爱迪医疗科技有限公司	揭阳市中医院	24G 普通 Y 型（端帽）	23091	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
884	壳聚糖敷料	揭阳市	广东泰宝医疗科技股份有限公司	广东泰宝医疗科技股份有限公司	TBK-01（敷贴型）	20230201	粤械注准 20192140045	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

885	一次性使用静脉留置针	揭阳市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	普宁市华侨医院	D型:(24G) 0.7×19 mm	批 20230307	YY 1282-2016; 国械注准 20153140876	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
886	医用防护口罩	揭阳市	湖南康之健科技有限公司	广东深华大药房连锁有限公司揭东埔田店	折叠型耳挂式(无菌型) L (16cm×10cm)	20221028-WSD	湘械注准 20212140254	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
887	医用一次性防护服	揭阳市	湖南佑华医疗用品有限公司	揭西县金和镇中心卫生院	连体式(无菌型) 170(L)	20220312	湘械注准 20202141651	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
888	一次性使用导尿管	揭阳市	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	普宁市人民医院	5.3mm(F16)	/	YY 0325-2016; 苏械注准 20142140677	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
889	预充式导管冲洗器	揭阳市	江苏因倍思科技发展有限公司	揭阳市揭东区锡场镇卫生院	10ml	批 2206142	国械注准 20203140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
890	一次性使用静脉留置针	揭阳市	江西丰临医用器械有限公司	普宁市人民医院	Y型: IV-Y24II	批 20221228	YY 1282-2016; 国械注准 20173140215	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
891	血液净化装置的体外循环血路	揭阳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	普宁锦熹血液透析中心	22-B	批 20230308	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
892	医用防护口罩	揭阳市	江西众强实业有限公司	揭西县金和镇中心卫生院	折叠型、头戴型	20221201	赣械注准 20222140117	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
893	定制式固定义齿	揭阳市	揭阳市忠诚医疗器械有限公司	揭阳市忠诚医疗器械有限公司	镍铬合金金属桥	2020230404	粤械注准 20222170794	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
894	医用一次性防护服	揭阳市	山东海迪科医用制品有限公司	普宁市大坝镇卫生院	无菌,连身式(带鞋套) 175	220907	鲁械注准 20202141164	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

895	医用一次性防护服	揭阳市	山东朱氏药业集团有限公司	揭阳市揭东区埔田镇卫生院	无菌连身式 175cm	220105U05	鲁械注准 20212140985	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
896	一次性使用静脉留置针	揭阳市	苏州林华医疗器械股份有限公司	揭阳市榕城区渔湖街道社区卫生服务中心	II-B型 24G× 0.75IN(0.7× 19mm)	23033006	YY 1282-2016; 国械注准 20153141923	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
897	一次性使用静脉留置针	揭阳市	威海洁瑞医用制品有限公司	揭阳市人民医院	24G× 19mm/Z-G	20230241	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
898	一次性使用静脉留置针	揭阳市	威海洁瑞医用制品有限公司	揭阳市人民医院	2.4G× 19mm/Y-G	20230431	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
899	一次性使用静脉留置针	揭阳市	威海洁瑞医用制品有限公司	揭阳市慈云医院	24G× 19mm/Y-G	20230441	YY 1282-2016; 国械注准 20173140907	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
900	一次性使用无菌导尿管	揭阳市	湛江市事达实业有限公司	揭阳市人民医院	双腔气囊标准型 14Fr (5ml-10ml)	20230311	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
901	一次性使用无菌导尿管	揭阳市	湛江市事达实业有限公司	国裕医院	三腔气囊标准型 16Fr (30ml)	20220514	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
902	预充式导管冲洗器	揭阳市	注册人: 碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	揭阳市人民医院	BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器	2258361	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
903	医用防护口罩	云浮市	东莞市尼的科技股份有限公司	云浮市云城区同康医药有限公司	非无菌型 折叠式 15.5cm× 10.5cm	202212F09	粤械注准 20222141202	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

904	预充式导管冲洗器	云浮市	福州海王福药制药有限公司	新兴县妇幼保健院	药品氯化钠型：10ml 预充式导管冲洗器	22020811	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
905	预充式导管冲洗器	云浮市	福州海王福药制药有限公司	新兴县妇幼保健院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22040911	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
906	一次性使用静脉留置针	云浮市	广东百合医疗科技股份有限公司	郁南县人民医院	YD2-230320	22G Y 型	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
907	一次性使用静脉留置针	云浮市	广东百合医疗科技股份有限公司	郁南县妇幼保健院	24G Y 型	YD2-E230327	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
908	一次性使用导尿包	云浮市	广州维力医疗器械股份有限公司	云浮市人民医院	双腔标准型 14Fr 30ml	20230317	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140744	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
909	一次性使用乳胶导尿管	云浮市	广州维力医疗器械股份有限公司	郁南县人民医院	双腔导尿管 标准型 5.3mm(16Fr) 30ml	20221022	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
910	医用无菌防护口罩	云浮市	廊坊市阳普科技有限公司	云浮天天邦健医药连锁有限公司云城屏峰路店	折叠形耳挂式 234mm× 125mm(± 5%)	2022110005	冀械注准 20212140335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
911	医用一次性防护服	云浮市	南昌翔翊医疗器械有限公司	云浮市中医院	175 (XL)	12221109	赣械注准 20202140036	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
912	空心纤维透析器	云浮市	山东威高血液净化制品股份有限公司	郁南养可血液透析中心	HF18	23020640	YY 0053-2016; 国械注准 20183101889	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

913	医用一次性防护服	云浮市	稳健医疗（崇阳）有限公司	云浮市妇幼保健院	连身式 175	202211159	鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
914	医用防护口罩	云浮市	稳健医疗（黄冈）有限公司	云浮市妇幼保健院	WN-N95 折叠式（L） 160mmx108mm	2022121134	鄂械注准 20162142419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
915	医用防护口罩	云浮市	亿信医疗器械股份有限公司	云浮市中医院	无菌折叠头带式	221203615	豫械注准 20182140615	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/