


消费品召回计划

生产者名称	广州丰乐医疗科技有限公司
产品名称	一次性使用防护口罩
品牌	 丰乐医疗科技 <small>FENGLER MEDICAL TECHNOLOGY</small> 丰乐医疗科技
涉及数量	2600 盒
型号/规格	耳挂式 17.5cm*9.5cm
生产起止日期	批号 F20220401 日期 2022/04/02-2024/04/01 批号 F20220802 日期 2022/08/03-2024/08/02 批号 F20221001 日期 2022/10/05-2024/10/04
生产批号/批次	F20220401、F20220802、F20221001
产品描述及外观照片	《一次性使用防护口罩》规格型号 17.5cm*9.5cm 
存在的缺陷	产品包装标识未标注过滤等级。

可能导致的后果	可能导致消费者所选择的防护级别不足以得到有效防护,存在佩戴者被感染的安全隐患。
避免损害发生的应急处置方式	消费者立即暂停使用有缺陷的产品,联系公司进行处理。
具体召回措施	1. 在公司官网发布召回公告,告知消费者具体召回事宜,为消费者免费补充警示标识处理。 2. 对库存的产品进行包装更换标识。
召回负责机构	广州丰乐医疗科技有限公司
召回联系方式	1. 官网地址: www.fenglecn.com 2. 召回联系人及服务热线: 蔡女士, 13729894280
召回进度安排	集中召回时间计划在 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日(具体以实际进度安排为准)
其他需要报告的内容	无
其他信息	相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-召回”栏目,或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品召回热线电话(020-35671348)了解更多信息。