

附件

广东省医疗器械抽查检验信息 (2024 年第 1 期)

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果	主要不符合要求项目
1	一次性使用无菌敷贴	广州市	金华市景迪医疗用品有限公司	广州好家康药业有限公司从化中田东分店	A 型	23080547	浙械注准 20152140995	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
2	接触性创面敷贴	广州市	稳健医疗用品股份有限公司	广州健如堂医药有限公司从化新城分店	防水型	20230810	粤械注准 20182140163	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
3	中频激光综合治疗仪	广州市	广州市祥友医疗器械科技有限公司	广州市祥友医疗器械科技有限公司	XY-805	XY935414	粤械注准 20182090891	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
4	医用激光光纤	广州市	广州欣贝医疗科技有限公司	广州欣贝医疗科技有限公司	XB-MF-550	550231002	粤械注准 20222010580	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
5	红光治疗仪	广州市	广州星顿医疗科技有限公司	广州星顿医疗科技有限公司	RIT-ME12	IT23040200 8	粤械注准 20222091583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
6	体外冲击波碎石机	广州市	广州白云山医疗器械有限公司	广州白云山医疗器械有限公司	BYS	20230406G0 3	国械注准 20193091599	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
7	臂式电子血压计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-832	2023042837 1	粤械注准 20172070699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

8	一次性使用 无菌供氧管	广州市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东省第一荣 军医院	I 型	20230226	粤械注准 20172080480	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
9	一次性使用 无菌供氧管	广州市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广州医科大学 附属第一医院	I 型	20230505	粤械注准 20172080480	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
10	一次性使用 鼻氧管	广州市	江苏江扬特种橡 塑制品有限公司	广州市海珠区 新港街社区卫 生服务中心	双鼻架	20230110	苏械注准 20182080358	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
11	一次性使用 鼻氧管	广州市	上海意欣医疗器 械有限公司	广州市第一人 民医院	A 型	202302	沪械注准 20192080529	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
12	一次性使用 鼻氧管	广州市	苏州市晶乐高分 子医疗器械有限 公司	广州医药股份 有限公司	II-1-5	20230313	苏械注准 20162080185	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
13	一次性使用 鼻氧管	广州市	苏州天平华昌医 疗器械有限公司	广州市从化区 妇幼保健院	I 型	220912	苏械注准 20172081382	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
14	一次性使用 鼻氧管	广州市	扬州市桂龙医疗 器械有限公司	广州粤海医院	B 型 双鼻 架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
15	一次性使用 鼻氧管	广州市	扬州市桂龙医疗 器械有限公司	广州市花都区 妇幼保健院	B 型 双鼻 架：大号	20220703	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
16	一次性使用 鼻氧管	广州市	扬州市桂龙医疗 器械有限公司	广州市增城区 宁西街社区卫 生服务中心	B 型 双 鼻架：大号	20221103	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
17	一次性使用 鼻氧管	广州市	扬州亚欧科技发 展有限公司	伊拉莎白妇产 医院	鼻架式	20221102	苏械注准 20152081248	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

18	一次性使用鼻氧管	广州市	注册人:苏州伟康医疗器械有限公司;受托生产企业:江苏伟康浩婧医疗器械股份有限公司	广州健民医药连锁有限公司东山分店	I型 双鼻型 大号	20230115	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
19	预冲式冲管注射器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	前海人寿广州总医院	WGCZ 5ml	批 202212221	国械注准 20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
20	预充式导管冲洗器	广州市	注册人:碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人:碧迪医疗器械(上海)有限公司	广州市荔湾区中医医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	1322098	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
21	一次性使用无菌腰椎穿刺包	广州市	佛山特种医用导管有限责任公司	南方医科大学第五附属医院	9#	220629	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
22	一次性使用无菌腰椎穿刺包	广州市	佛山特种医用导管有限责任公司	南方医科大学皮肤病医院	9#	221228	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
23	一次性使用无菌腰椎穿刺包	广州市	佛山特种医用导管有限责任公司	广州市妇女儿童医疗中心	9#	230506	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
24	一次性使用无菌腰椎穿刺包	广州市	佛山特种医用导管有限责任公司	广州粤海医院	9#	220714	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
25	一次性麻醉穿刺套件	广州市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	广州脑博仁医院有限公司	AS-E 硬膜外麻醉穿刺套件	20230415A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

26	一次性使用麻醉穿刺套件	广州市	金乡县山阳医疗器械有限公司	广州市第一人民医院	腰麻硬膜外联合套件 AS-E/S II	20221013	国械注准 20173084308	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
27	一次性使用麻醉穿刺包	广州市	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	广州联睿医药科技有限公司	AS-E/S II	批 01230304	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
28	一次性使用麻醉穿刺包	广州市	苏州碧迪医疗器械有限公司	前海人寿广州总医院	AS-E/S	2286467	国械注准 20153082369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
29	一次性使用乳胶导尿管	广州市	广州维力医疗器械股份有限公司	广州市从化区妇幼保健院	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30ml	20230217	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
30	消融电极	广州市	广东百生医疗器械股份有限公司	广州复大医院有限公司复大肿瘤医院(广州复大肿瘤医院)	OBS-Dt	XR20220909	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
31	消融电极	广州市	广东百生医疗器械股份有限公司	广州厦大医院有限公司复大肿瘤医院	OBS-Db	XR20220909	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
32	冲吸式消融电极	广州市	广东弘和医疗器械制造有限公司	广东弘和医疗器械制造有限公司	WS-330-G1	202303001	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20182010767	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

33	冲吸式消融电极	广州市	广东弘和医疗器械制造有限公司	广药器化区医疗设备有限公司	WS-330-G1	202301003	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20182010767	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
34	冲吸式消融电极	广州市	广州保瑞医疗技术有限公司	广州保瑞医疗技术有限公司	BR-DJJ-33 0G	R230402	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20232010006	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
35	一次性双极射频手术电极	广州市	广州索虑医疗科技有限公司	广州索虑医疗科技有限公司	SL-SDT-36 -1	20220701	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20212010877	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
36	消融电极 (多功能手术解剖器)	广州市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	南方医科大学南方医院	A5X	A168029	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
37	消融电极 (多功能手术解剖器)	广州市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	广州市红十字会医院	C1/3X	A359013	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
38	消融电极 (多功能手术解剖器)	广州市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	南方医科大学第三附属医院	A5	A253012	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

39	消融电极	广州市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	广州市花都区人民医院	WP200-P20 TS	P2306005	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010217	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
40	消融电极 (多功能手 术解剖器)	广州市	深圳市美成医疗 用品有限公司	广州市荔湾中 心医院	MD1000	LOT 2302030200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
41	消融电极	广州市	武汉麦朗医疗科 技有限公司	广州市中西医 结合医院	ML-DH3	22120702	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20162012293	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
42	等离子体手 术刀头(射 频电极/消 融电极)	广州市	西安外科医学科 技有限公司	广州市增城区 中医医院	DQG-E5050 -A220	0423021730 405	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 陕 械注准 20172010053	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
43	卵母细胞采 集器	广州市	广州和弘生物科 技有限责任公司	广州和弘生物 科技有限责任公司	OCS17335	01221003	粤械注准 20212180736	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
44	卵母细胞采 集器	广州市	山东威高瑞生医 疗器械有限公司	广州医科大学 附属第三医院	I 型 17G	230418	鲁械注准 20152180417	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
45	卵母细胞采 集器	广州市	山东威高瑞生医 疗器械有限公司	广东省妇幼保 健院	I 型 17G	221210	鲁械注准 20152180417	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
46	一次性使用 输血器	广州市	广东龙心医疗器 械有限公司	广东健泽医药 有限公司	TS-V2	20230425	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

47	一次性使用输血器	广州市	广东龙心医疗器械有限公司	中山大学附属第一(南沙)医院	TS-V2	20230425	GB 8369.1—2019; 国械注准20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
48	一次性使用输血器	广州市	广东龙心医疗器械有限公司	广州中医药大学第三附属医院	TS-V2	20230603	GB 8369.1—2019; 国械注准20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
49	一次性使用输血器	广州市	广东龙心医疗器械有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院	TS-ADY2	20230510	GB 8369.1—2019; 国械注准20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
50	一次性使用输血器带针	广州市	广州花山医用塑料厂	南方医科大学第五附属医院	A-2	20220405	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
51	一次性使用输血器带针	广州市	广州花山医用塑料厂	广州花山医用塑料厂	A-1型 0.9× 28TWSB	20230516	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
52	一次性使用输血器带针	广州市	广州花山医用塑料厂	广州市花都区妇幼保健院	A-1型配 0.9× 28TWSB	20230214	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
53	一次性使用输血器	广州市	广州花山医用塑料厂	广州市花都区人民医院	非进气式: A-1型静 脉针: 0.9 ×28RWSB	20230403	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
54	一次性使用输血器带针	广州市	广州花山医用塑料厂	广州市中西医结合医院	A-2型不 带针	20220523	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
55	一次性使用输血器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州市增城区中医医院	B型	批 20230325	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
56	一次性使用输血器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	前海人寿广州总医院	B型	批 20221120	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

57	一次性使用输血器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州市红十字会医院	B型	批 20230113	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
58	一次性使用输血器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广东省第二人民医院	带针 0.9×26mm TWLB	批 20230321	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
59	一次性使用输血器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广州医科大学妇幼脑科医院	带针 0.9×26mm TWLB	批 20230421	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
60	一次性使用输血器带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东红惠药业有限公司	TS001	k20221227	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
61	一次性使用输血器带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广东省中医院芳村医院	TS062	批 20230511	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
62	一次性使用输血器带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院	TS001	K20221227	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
63	一次性使用输液器带针	广州市	江西丰临医用器械有限公司	广州市从化街口中康中西医结合门诊部	A1-2TS	批 20230520D	GB 8368—2018; 国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
64	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东大肛肠医院	B1-1	批 20230412	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
65	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州金钊医疗器械有限公司	B1-1	批 20230309	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
66	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州越秀区弘康大医汇综合门诊部有限公司	B1-1	批 20221031	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

67	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东韩妃整形外科医院	B1-1	批 20230604	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
68	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州恒美中颜医疗美容门诊部有限公司	B1-1	批 20230411	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
69	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东江南医院	B1-1	批 20230327	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
70	一次性使用输液器带针	广州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广州国喜药业有限公司	B1-1	批 20230131	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
71	一次性使用输液器带针	广州市	聚民生物科技有限公司	广州粤海医院	IS-Va-2D	230102	GB 8368—2018； 国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
72	一次性使用输液器	广州市	山东安得医疗用品股份有限公司	广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	自动排气型 ZPQ-F	230130	GB 8368—2018； 国械注准 20193141640	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
73	一次性使用精密过滤输液器	广州市	山东安得医疗用品股份有限公司	广州市白云区妇幼保健院	自动排气型 JMP-Y	230623	GB 8368—2018； 国械注准 20143141854	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
74	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	国药控股广州有限公司	带针	批 20230611	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
75	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中山大学肿瘤防治中心	进气式(精密)	批 20230611	GB 8368—2018； 国械注准 20173141051	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
76	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广州市花都区人民医院	带针	批 20230501	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

77	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广东省第一荣军医院	带针	批 20230521	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
78	一次性使用输液器	广州市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广州市妇女儿童医疗中心	带针	批 20230411	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
79	一次性使用精密过滤输液器带针	广州市	上海金塔医用器材有限公司	广州市荔湾区中医医院	JT-JM	20230406	GB 8368—2018； 国械注准 20153140289	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
80	一次性使用输液器带针	广州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中山大学附属第一（南沙）医院	IVA324	C20230225	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
81	一次性使用输液器	广州市	上海正邦医疗科技有限公司	广州市越秀区中医医院	SYS-4CN	20230512	GB 8368—2018； 国械注准 20153140997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
82	一次性使用输液器带针	广州市	浙江京环医疗用品有限公司	广州市花都区妇幼保健院（胡忠医院）	A-3	批 20230508	GB 8368—2018； 国械注准 20153141919	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
83	空心纤维血液透析器	广州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	贝恩医疗设备（广州）有限公司	B-14PF	2303101043	YY 0053-2016； 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
84	空心纤维血液透析器	广州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	贝恩医疗设备（广州）有限公司	B-16HF	2303101044	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
85	空心纤维血液透析器	广州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	广州海珠意达血液透析中心有限公司	B-16HF	2303100489	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
86	空心纤维血液透析器	广州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	暨华血液透析中心	B-16HF	2303100236	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

87	一次性使用血液透析器	广州市	广州市恩德氏医疗制品实业有限公司	广州市恩德氏医疗制品实业有限公司	18HF(E70S)	20230224	YY 0053-2016; 国械注准 20213100223	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
88	空心纤维血液透析器	广州市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司; 代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	广州新濬康尼戴斯血液透析中心	FX8	C9FL29100	YY 0053-2016; 国械注进 20193101928	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
89	血液透析器 HOLLOW FIBER DIALYZER	广州市	注册人:维泰医疗用品有限公司; 代理人:广州朗恩医疗设备有限公司	广州朗恩医疗设备有限公司	V-16HF	2203150015	YY 0053-2016; 国械注进 20213100132	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
90	空心纤维血液透析器	广州市	注册人:维泰医疗用品有限公司; 代理人:广州朗恩医疗设备有限公司	广州朗恩医疗设备有限公司	V-14LF	2204030001	YY 0053-2016; 国械注进 20213100077	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
91	一次性使用血液透析管路	广州市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	广州市康欣血液透析中心	BAIN-BL-004HP	2301160190	YY 0267-2016; 国械注准 20223101315	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
92	血液净化装置的体外循环回路	广州市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	广州医科大学附属中医医院	BAIN-BL-046	2301160118	YY 0267-2016; 国械注准 20153100208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
93	血液净化装置的体外循环回路	广州市	宁波天益医疗器械股份有限公司	广州增城德瑞血液透析中心	TX-HD-36	22123056	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
94	血液净化装置的体外循环回路	广州市	注册人:山东威高血液净化制品股份有限公司; 受托生产企业:威高血液净化(成都)有限公司	广东省人民医院	JRHLL-020	23040821	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

95	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人:维泰医疗用品有限公司;代理人:广州朗恩医疗设备有限公司	广州市荔湾区人民医院(广州市荔湾区糖尿病医院)	BLU007E	2301150143	YY 0267-2016; 国械注进 20183100287	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
96	血液净化装置的体外循环血路	广州市	注册人:英富迈有限公司 InfomedSA; 代理人:广州德朗医疗设备有限公司	南方医科大学第五附属医院	TU-000-40	2204050002	YY 0267-2016; 国械注进 20163102213	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
97	臂式电子血压计	广州市	东莞一测科技有限公司	广州市海王星辰医药连锁有限公司新塘湖山国际分店	BA-803	L221280078	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
98	臂式电子血压计	广州市	东莞一测科技有限公司	广州市倍宁医药连锁有限公司城内第二分店	BA-803	L220680077	YY 0505-2012; 粤械注准 20172200319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
99	臂式电子血压计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-808	2023042501 2	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
100	腕式电子血压计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-605	2023042903 8	YY 0505-2012; 粤械注准 20162071221	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
101	臂式电子血压计	广州市	广州南雪医疗器械有限公司	广州南雪医疗器械有限公司	NX-8500	20230414	YY 0505-2012; 粤械注准 20162201192	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
102	手腕式电子血压计	广州市	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	QX-368A	02260018	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070231	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
103	臂式电子血压计	广州市	广州市同声电子科技有限公司	广州市同声电子科技有限公司	TSB-602S	Q220829A1	YY 0505-2012; 粤械注准 20152070239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

104	臂式电子血压计	广州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广州君泽堂药业有限公司南州分店	YE655B	2204C6	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
105	臂式电子血压计	广州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广州百优医疗器械有限公司	YE660D	230513	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
106	臂式电子血压计	广州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广州市诺本药房有限公司	YE660D	230437	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
107	臂式电子血压计	广州市	江西达优医疗科技有限公司	广州仁惠堂贸易有限公司丰泽分店	DY-T500	WEX10811-4	YY 0505-2012; 赣械注准 20202070528	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
108	电子血压计	广州市	欧姆龙(大连)有限公司	广州市康道医疗设备有限公司	HEM-7121	202209L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
109	电子血压计	广州市	欧姆龙(大连)有限公司	大森林医药集团股份有限公司第一千五百二十八分店	L10	2022. 10. 27	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
110	电子血压计	广州市	欧姆龙(大连)有限公司	广州市好家健康来医药有限公司	HEM-7121	202305L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
111	电子血压计	广州市	欧姆龙(大连)有限公司	广州市宝芝林大药房连锁有限公司建设二路店	HEM-7121	202302L	YY 0505-2012; YZB/辽 1243-2014	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
112	电子血压计	广州市	欧姆龙(大连)有限公司	广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院)	HEM-8102K	2022. 05. 24	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

113	医用一次性防护服	深圳市	河南省新迪医疗器械有限公司	海丰县赤石镇卫生院	无菌连身式	0322114181	GB 19082-2009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
114	硅凝胶 Dermatix Gel	深圳市	注册人:汉森医疗有限公司 Hanson Medical, Inc.; 代理人:美纳里尼(中国)投资有限公司	叮当智慧药房(广东)有限公司深圳福田皇岗店	7g/支	L2303-305	国械注进 20162145090	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
115	光子治疗仪	深圳市	深圳普门科技股份有限公司	深圳普门科技股份有限公司	Aladdin-D	SN: L13B0B0000 76	粤械注准 20162091553	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
116	红光治疗仪	深圳市	深圳森众医疗电子有限公司	深圳森众医疗电子有限公司	SUNSHINE-R06	SZ20231009 0080002	粤械注准 20192090756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
117	医用激光光纤	深圳市	深圳索感科技有限公司	深圳索感科技有限公司	IFiber II	20231030	粤械注准 20212011561	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
118	强脉冲光治疗仪	深圳市	注册人:深圳市宗匠科技有限公司; 受托生产企业:深圳市得辉达智能科技有限公司	深圳市宗匠科技有限公司	ARHM01A	202306006	粤械注准 20222090913	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
119	磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管	深圳市	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	960711	C23032012	国械注准 20213010062	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
120	可控射频消融电极导管	深圳市	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	902179	K23030111	国械注准 20163012523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

121	可控射频消融电极导管	深圳市	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	902129	K22042201	国械注准 20163012523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
122	阴道电极	深圳市	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	SV2	0000020230 50503	粤械注准 20202091093	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
123	红外线额温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-122	BSC22J26B	粤械注准 20192070641	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
124	红外线体温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-121S	BSC22F09A	粤械注准 20192070399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
125	医用红外体温计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	IFR600	B111280	粤械注准 20162071103	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
126	医用红外体温计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	FR880	B221233	粤械注准 20162071185	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
127	血压额温测量仪	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BI-P6	B220815	粤械注准 20182200588	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
128	红外额式体温计	深圳市	深圳市凯利博实业有限公司	深圳市凯利博实业有限公司	DT-8836T	20210118	粤械注准 20152200406	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
129	一次性使用吸氧管	深圳市	宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司	深圳市南北医药有限公司	DRY-YC 成人	20220223	陕械注准 20152080098	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
130	一次性使用湿化鼻氧管	深圳市	江苏华东医疗器械实业有限公司	深圳市龙华区妇幼保健院	B 型	20230308	苏械注准 20162080804	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

131	一次性使用鼻氧管	深圳市	江苏省长丰医疗实业有限公司	深圳中山泌尿外科医院	双鼻架式	20230103	苏械注准 20172080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
132	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州市百世康医疗器械有限公司	深圳市宝安区中心医院	双鼻	20230317	苏械注准 20172081075	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
133	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州市百世康医疗器械有限公司	北京大学深圳医院	双鼻（大）	20230224	苏械注准 20172081075	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
134	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州伟康医疗器械有限公司	深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	I型：双鼻型大号	20230325	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
135	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州伟康医疗器械有限公司	深圳市罗湖区人民医院	I型：双鼻型大号	20230205	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
136	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州伟康医疗器械有限公司	中山大学附属第七医院（深圳）	I型：双鼻型大号	20230105	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
137	一次性使用鼻氧管	深圳市	苏州新区明基高分子医疗器械有限公司	深圳远东妇产医院	双套双鼻	20220829	苏械注准 20172561762	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
138	一次性使用鼻氧管	深圳市	扬州市永安医疗器械有限公司	深圳市龙岗区妇幼保健院	双鼻架 中号	20230102	苏械注准 20172082549	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
139	一次性使用鼻氧管	深圳市	注册人：苏州伟康医疗器械有限公司；受托生产企业：江苏伟康浩婧医疗器械股份有限公司	深圳市盐田区人民医院	I型 双鼻型 大号	20230115	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

140	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人:碧迪公司 Becton,Dickinson andCompany; 代理人:碧迪医疗器械(上海)有限公司	深圳市盐田区 人民医院	BD 10ml 标准芯杆 预充式导 管冲洗器	1256940	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
141	预充式导管冲洗器	深圳市	注册人:碧迪公司 Becton,Dickinson andCompany; 代理人:碧迪医疗器械(上海)有限公司	南方科技大学 医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导 管冲洗器	2006827	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
142	一次性使用 无菌腰椎穿 刺包	深圳市	佛山特种医用导 管有限责任公司	中国科学院大 学深圳医院 (光明)	9#	230220	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
143	一次性使用 无菌胸腔穿 刺包	深圳市	佛山特种医用导 管有限责任公司	深圳市罗湖区 人民医院	16#	230103	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
144	一次性使用 麻醉穿刺包	深圳市	河南驼人医疗器 械集团有限公司	深圳市盐田区 人民医院	AS-N	202205011	国械注准 20153080654	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
145	一次性使用 麻醉穿刺包	深圳市	河南亚都实业有 限公司	深圳市盐田区 人民医院	AS-E/S	23010K1425	国械注准 20153081749	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
146	一次性使用 麻醉穿刺包	深圳市	江苏华夏医疗器 械有限公司	深圳市大鹏新 区葵涌人民医 院	AS-S	20230302	国械注准 20173080200	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
147	一次性使用 麻醉穿刺套 件	深圳市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	南方科技大学 医院	AS-E/S	批 20230211	国械注准 20173084299	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

148	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	上海上医康鸽医疗器械有限责任公司	深圳市众森医疗器械有限公司	AS-S	20230201	国械注准 20143081837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
149	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	苏州碧迪医疗器械有限公司	深圳市南山区妇幼保健院	A 401622 硬膜外及腰麻联合配套 AS-E/S	2259566	国械注准 20153082369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
150	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	苏州碧迪医疗器械有限公司	香港大学深圳医院	AS-EIS	3003859	国械注准 20153082369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
151	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	苏州碧迪医疗器械有限公司	深圳市第二人民医院	A5-EIS	2347357	国械注准 20153082369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
152	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	深圳市龙华区人民医院	AS-E/S II-05	2305004	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
153	一次性使用麻醉穿刺包	深圳市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	深圳市康健达生物科技有限公司	AS-E/S II-05(抗折弯腰硬联合麻醉套件)	22120810	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
154	一次性使用无菌导尿包	深圳市	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	深圳市盐田区人民医院	A-H 型	20230129	YY 0325-2016; 赣械注准 20192140057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
155	一次性使用无菌导尿管	深圳市	深圳市康医博科技发展有限公司	深圳市康医博科技发展有限公司	216-01-20	222-301064	YY 0325-2016; 粤械注准 20212141399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

156	消融电极	深圳市	东莞市泰科医疗器械有限公司	东莞市泰科医疗器械有限公司	TD1-0	23010201	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
157	消融电极	深圳市	广东百生医疗器械股份有限公司	中山大学附属第七医院(深圳)	OBS-Dt	XR20230323	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
158	消融电极	深圳市	鸿图医疗器材(东莞)有限公司	保施医疗用品(深圳)有限公司	PD400S	210702038	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20142010139	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
159	消融电极 (多功能手术解剖器)	深圳市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	北京大学深圳医院	A5X	A398003	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
160	消融电极 (多功能手术解剖器)	深圳市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	中山大学附属第八医院(深圳福田)	A5X	A167009	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
161	高频手术电 极刀头	深圳市	深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司	深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司	A1-PQ-140 ×5	230201	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20182010120	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

162	高频手术电极刀头	深圳市	深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司	深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司	HX-(A2)PD	230101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
163	消融电极 (多功能手术解剖器)	深圳市	深圳市美成医疗用品有限公司	深圳市美成医疗用品有限公司	MD1000	2304180200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
164	可重复使用 高频手术电极	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	P285-286- 09-R	LA20230316 045	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20162010649	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
165	一次性射频 等离子手术 电极	深圳市	深圳唯奥医疗技术有限公司	深圳唯奥医疗技术有限公司	VAM-Q-463 0130	2210082145 0	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20162011243	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
166	消融电极 (外科手术 止血装置)	深圳市	唐山天恩科技有限公司	深圳市宝安区 中心医院	SYWDJ-A5	230304	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
167	消融电极 (外科手术 止血装置)	深圳市	唐山天恩科技有限公司	深圳市龙岗区 妇幼保健院	SYWDJ-A2	221001	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

168	消融电极	深圳市	武汉金柏威光电技术有限公司	深圳市康健达生物科技有限公司	JBW/X-B(B10)(滴水型消融电极)	23033111	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20152012093	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
169	消融电极	深圳市	武汉麦朗医疗科技有限公司	深圳市龙华区中心医院	22090602	22090602	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20162012293	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
170	消融电极 (外科学中止血材料)	深圳市	鑫海合星科技(大连)有限公司	华润深圳医药有限公司	XH-IVP101	202210256	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 辽 械注准 20142010012	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
171	一次性使用静脉留置针	深圳市	广东爱迪医疗科技有限公司	深圳市盐田区人民医院	22G 普通Y型(三通)	22341	YY 1282-2016; 国械注准 20153142171	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
172	针管回缩式静脉留置针	深圳市	威海洁瑞医用制品有限公司	深圳市第二人民医院	24G×19mm	20230331	YY 1282-2016; 国械注准 20173140865	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
173	卵母细胞采集器	深圳市	创健医疗(深圳)有限公司	创健医疗(深圳)有限公司	OPNS 17G	20220715	粤械注准 20202180966	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
174	卵母细胞采集器	深圳市	深圳市桓浩科技有限公司	深圳市桓浩科技有限公司	I -HH17400	23022101	粤械注准 20162180022	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
175	一次性使用输血器带针	深圳市	广州花山医用塑料厂	深圳市宝安区中心医院	A2	20220523	GB 8369.1-2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

176	一次性使用输血器带针	深圳市	广州花山医用塑料厂	深圳市罗湖区中医院	A-1 0.9×28TWSB	20230214	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
177	一次性使用输血器带针	深圳市	广州花山医用塑料厂	深圳市大鹏新区葵涌人民医院	A-1 配0.9×28TWSB	20220519	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
178	一次性使用输血器带针	深圳市	江苏苏云医疗器械有限公司	南方医科大学深圳医院	A1	20230329	GB 8369.1—2019; 国械注准20153101946	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
179	一次性使用输血器带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	B 型	批 20230116	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
180	一次性使用输血器带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	B 型	批 20230217	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
181	一次性使用输血器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中国医学科学院阜外医院深圳医院	不带针	批 20230221	GB 8369.1—2019; 国械注准20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
182	一次性使用输血器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	香港大学深圳医院	0.9×26mm TWLB 带针	批 20230421	GB 8369.1—2019; 国械注准20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
183	一次性使用输血器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	深圳市儿童医院	带针	批 20230211	GB 8369.1—2019; 国械注准20183101590	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
184	一次性使用输血器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	深圳市龙岗区妇幼保健院	带针 0.9×26mm TWLB	批 20230111	GB 8369.1—2019; 国械注准20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
185	一次性使用输血器带针	深圳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	上药控股深圳有限公司	TS001	K20221217	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

186	一次性使用 输血器带 针	深圳市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	中山大学附属 第七医院（深圳）	TS062	K20221020	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
187	一次性使用 输血器带 针	深圳市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	深圳市乐骨伤 科医院（深圳 市坪山区中医 院）	TS001	K20221217	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
188	一次性使用 输血器带 针	深圳市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	深圳市龙华区 人民医院	TS062	K20220924	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
189	一次性使用 输血器	深圳市	深圳市保安医疗 用品有限公司	深圳市保安医 疗用品有限公司	TSAD. 1	23031701	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100441	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
190	一次性使用 输血器带 针	深圳市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	深圳市大鹏新 区南澳人民医 院	TS. AD-1	批 20211221	GB 8369.1— 2019；国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
191	一次性使用 输液器带 针	深圳市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	深圳市罗湖区 新围社区健康 服务中心	B1-1	批 20220829	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
192	一次性使用 输液器带 针	深圳市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	深圳市大鹏新 区妇幼保健院	B1-1	批 20230406	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
193	一次性使用 输液器带 针	深圳市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	深圳市中医院	P-1	批 20230430	GB 8368—2018； 国械注准 20173144166	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
194	一次性使用 输液器带 针	深圳市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	深圳市盐田区 人民医院	B1-1	批 20230316	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
195	一次性使用 输液器带 针	深圳市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	深圳市盐田区 人民医院	B1-1	批 20230423	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

196	一次性使用输液器带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	B1-1	批 20230112	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
197	一次性使用输液器带针	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中国科学院大学深圳医院（光明）	B1-1	批 20230316	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
198	一次性使用输液器带针	深圳市	江西庐乐医疗器械集团有限公司	深圳市大鹏新区南澳人民医院	B-1 器	批 230103	GB 8368—2018； 国械注准 20153140119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
199	一次性使用输液器	深圳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中国医学科学院阜外医院深圳医院	带针	批 20220701	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
200	一次性使用输液器带针	深圳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广州中医药大学深圳医院（福田）	IVA323	C20230526	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
201	一次性使用输液器	深圳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	深圳市龙华区妇幼保健院	进气式	K20221126	GB 8368—2018； 国械注准 20163141534	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
202	一次性使用输液器带针	深圳市	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳远东妇产医院	B1	23021001	GB 8368—2018； 国械注准 20163140440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
203	一次性使用输液器带针	深圳市	注册人：深圳市保安医疗用品有限公司；受托生产企业：江西保尔安生物医疗科技有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	B1	23021801	GB 8368—2018； 国械注准 20163140440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
204	空心纤维血液透析滤过器	深圳市	费森尤斯医药用品股份及两合公司	北京大学深圳医院	Ultraflux AV 600S	D1BL29100	YY 0053-2016； 国械注进 20153101695	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

205	中空纤维透析器	深圳市	金宝透析器有限责任公司	深圳市罗湖区人民医院	Polyflux 14L	2-5199-H-0 1	YY 0053-2016; 国械注进 20163104482	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
206	空心纤维血液透析器	深圳市	苏州君康医疗科技有限公司	深圳市盐田区人民医院	LoF16	116230102	YY 0053-2016; 国械注准 20183100080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
207	血液净化装置的体外循环回路	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市中医院	20-B	批 20230518	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
208	血液净化装置的体外循环回路	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市龙岗区第三人民医院	22-B	批 20230523	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
209	血液净化装置的体外循环回路	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市坪山区人民医院	22-B	批 20221123	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
210	血液净化装置的体外循环回路	深圳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	深圳市盐田区人民医院	22-B	批 20221203	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
211	腕式电子血压计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	3001-1	P23023126	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071467	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
212	臂式电子血压计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳市立丰大药房有限公司白花八分店	2005-1	P22082861	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
213	臂式电子血压计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳市鑫顺药房有限公司	2005-1	P23023119- 2	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
214	臂式电子血压计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳市立丰医药有限公司	2005-1	P22082851	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

215	臂式电子血压计	深圳市	东莞一测科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司山海家园健康药房	BA-803	L221280078	YY 0505-2012; 粤械注准 20172200319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
216	全自动臂式电子血压计	深圳市	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BP3MS1-4V	SN: 142202001	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
217	臂式电子血压计	深圳市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院	YE655A	220901	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
218	电子血压计(臂式)	深圳市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌乐兴健康药房	KF-65D	P02304070	YY 0505-2012; 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
219	电子血压计(臂式)	深圳市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司山海家园健康药房	KF-65D	P02303068	YY 0505-2012; 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
220	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限公司	中山大学附属第八医院	HEM-6182	202206L	YY 0505-2012; 辽械注准 20172070053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
221	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限公司	深圳市友和之家大药房有限公司华丽园分店	HEM-7121	202206L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

222	手腕式电子血压计	深圳市	山东朱氏药业集团有限公司	深圳市深汕特别合作区小漠卫生院	ZS-18-A	23061801	YY 0505-2012; 鲁械注准 20232070144	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：辽宁省医疗器械检验检测院	符合	/
223	上臂式电子血压计	深圳市	尚钧医疗科技(安徽)有限公司	国药一致医疗器械(深圳)有限公司	CH1555	2110	YY 0505-2012; 皖械注准 20182200080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
224	全自动臂式电子血压计	深圳市	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF6143	2208301	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070424	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
225	全自动臂式电子血压计	深圳市	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF5000	1805001	YY 0505-2012; 粤械注准 20152201335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
226	手臂式电子血压计	深圳市	深圳鸿益生物科技有限公司	深圳鸿益生物科技有限公司	HY-803	HY8032207002	YY 0505-2012; 粤械注准 20182071113	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
227	手腕式电子血压计	深圳市	深圳鸿益生物科技有限公司	深圳鸿益生物科技有限公司	W02	HYW022204001	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070654	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
228	全自动臂式电子血压计	深圳市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	深圳乐普智能医疗器械有限公司	LBP70A	BP230303	YY 0505-2012; 粤械注准 20182200068	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
229	腕式电子血压计	深圳市	深圳攀高医疗电子有限公司	深圳攀高医疗电子有限公司	PG-800A8	202302083	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070288	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
230	腕式电子血压计	深圳市	深圳攀高医疗电子有限公司	深圳攀高医疗电子有限公司	PG-800A31	202303113	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070529	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

231	手臂式电子血压计	深圳市	深圳攀高医疗电子有限公司	深圳攀高医疗电子有限公司	PG-800B31	202303101	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070530	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
232	台式手臂电子血压计	深圳市	深圳攀高医疗电子有限公司	深圳攀高医疗电子有限公司	PG-800B68	202303099	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
233	脉搏波医用血压计	深圳市	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-9000c	0541230501 0031	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070038	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
234	脉搏波血压计	深圳市	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-9805	20230705	YY 0505-2012; 粤械注准 20162071405	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
235	腕式电子血压计	深圳市	深圳市奥极医疗科技有限公司	深圳市奥极医疗科技有限公司	A0J-35B	35B00003	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070220	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
236	腕式电子血压计	深圳市	深圳市保身欣科技电子有限公司	深圳市保身欣科技电子有限公司	BSX312	312CCK27	YY 0505-2012; 粤械注准 20182071161	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
237	腕式电子血压计	深圳市	深圳市保身欣科技电子有限公司	深圳市保身欣科技电子有限公司	BSX318	318CCM40	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070036	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
238	臂式电子血压计	深圳市	深圳市好一生电子科技有限公司	深圳市好一生电子科技有限公司	HYS-7160	M22110002- 001-0940	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070052	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
239	手腕式全自动电子血压计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BP168W	B221282	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070421	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
240	手臂式全自动电子血压计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BP380A	B230243	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

241	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市捷美瑞科技有限公司	深圳市捷美瑞科技有限公司	W1701L	JV001W0000009PTL	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
242	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市康贝科技有限公司	深圳市康贝科技有限公司	BP100A	2304012	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071141	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
243	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市康贝科技有限公司	深圳市康贝科技有限公司	BP606W	2303027	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071079	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
244	手臂式电子血压计	深圳市	深圳市乐中行科技有限公司	深圳市乐中行科技有限公司	LZX-B1681	202302172A10	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070479	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
245	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市乐中行科技有限公司	深圳市乐中行科技有限公司	LZX-W1681	202302252A10	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070464	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
246	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市麦瑞康科技有限公司	深圳市麦瑞康科技有限公司	BP401	2023020801	YY 0505-2012; 粤械注准 20222071650	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
247	臂式电子血压计	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	ESM201B	LA202207200140049	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070796	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
248	腕式电子血压计	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	ESM101B	LA202203210300017	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070797	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
249	手臂式全自动电子血压计	深圳市	深圳市瑞安康科技有限公司	深圳市瑞安康科技有限公司	RAK288L	288L23020824168	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070012	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
250	臂式电子血压计	深圳市	深圳市松岩医疗科技有限公司	深圳市松岩医疗科技有限公司	SY-J80B	2023081101	YY 0505-2012; 粤械注准 20222071704	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

251	臂式电子血压计	深圳市	深圳市松岩医疗科技有限公司	深圳市松岩医疗科技有限公司	SY-10A	2023080801	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070828	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
252	电子血压计	深圳市	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	WitBP6012 A	6012A23030 005	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070183	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
253	电子血压计	深圳市	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	WitBP6016 A	6016230700 03	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070185	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
254	臂式电子血压计	深圳市	深圳市讯威实业有限公司	深圳市讯威实业有限公司	XW-700	21110006	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070061	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
255	全自动臂式电子血压计	深圳市	深圳市颐邦科技有限公司	深圳市颐邦科技有限公司	YB-A5	0023020021 03	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070257	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
256	腕式电子血压计	深圳市	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市优瑞恩科技有限公司	U60C	WLL001	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071157	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
257	臂式电子血压计	深圳市	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市南北药行连锁有限公司鹅埠分店	U80BH	BKF027	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
258	手臂式电子血压计	深圳市	深圳市长坤科技有限公司	深圳市长坤科技有限公司	CK-A156	2030426200 0C3	YY 0505-2012; 粤械注准 20192071036	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
259	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市长坤科技有限公司	深圳市长坤科技有限公司	CK-W355	2305113000 133	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070070	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
260	臂式电子血压计	深圳市	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-B869	2023030004 0058	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070066	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

261	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-W863	2023040004 4970	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070067	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
262	手腕式电子血压计	深圳市	深圳泰康医疗设备有限公司	深圳泰康医疗设备有限公司	TK-W202	TK-W202BT0 R8991001	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070270	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
263	上臂式电子血压计	深圳市	深圳泰乐德医疗有限公司	深圳泰乐德医疗有限公司	HBP200	2202022	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
264	臂式电子血压计	深圳市	深圳子卿医疗器械有限公司	深圳子卿医疗器械有限公司	XB-03	20230215× B03003	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
265	手腕式电子血压计	深圳市	深圳子卿医疗器械有限公司	深圳子卿医疗器械有限公司	XW-01	20230316XW 01001	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070516	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
266	臂式电子血压计	深圳市	注册人:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司;受托生产企业:苏州日精仪器有限公司	深圳市御康养生医药有限公司	YE655B	230402	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
267	红外偏振光治疗仪	珠海市	珠海黑马医学仪器有限公司	珠海黑马医学仪器有限公司	K1	00K1CD0010	粤械注准 20182090303	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
268	一次性无菌鼻塞吸氧管	珠海市	佛山市南海风华医疗器械有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	II型双腔式成人型 2m	221208	粤械注准 20182080995	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
269	一次性无菌鼻塞吸氧管	珠海市	佛山市南海风华医疗器械有限公司	珠海高新技术产业开发区人民医院	II型双腔式成人型 2m	230525	粤械注准 20182080995	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

270	鼻氧管	珠海市	杭州京冷医疗器械有限公司	广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院）	BY-HM	61512303	浙杭械备20150256号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
271	一次性使用鼻氧管	珠海市	如皋市恒康医疗器械有限公司	遵义医科大学第五附属（珠海）医院	双鼻式 2M	20221205	苏械注准20172080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
272	一次性使用鼻氧管	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海市中西医结合医院	成人型	批 K20230221	沪械注准20212080476	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
273	一次性使用鼻氧管	珠海市	苏州市日月星塑胶有限公司	珠海市金湾区南水镇卫生院	I型双鼻型大号	20230205	苏械注准20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
274	一次性使用鼻氧管	珠海市	苏州伟康医疗器械有限公司	珠海市人民医院	I型：双鼻型（大号）	20230325	苏械注准20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
275	一次性使用鼻氧管	珠海市	苏州伟康医疗器械有限公司	珠海市斗门区白蕉镇卫生院	I型：双鼻型（大号）	20221115	苏械注准20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
276	一次性使用鼻氧管	珠海市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	珠海方华医院	B型 双鼻架 大号	20221103	苏械注准20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
277	一次性使用鼻氧管	珠海市	注册人：苏州伟康医疗器械有限公司；受托生产企业：江苏伟康浩婧医疗器械股份有限公司	珠海市第五人民医院	I型 双鼻型 大号	20230125	苏械注准20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

278	一次性使用鼻氧管	珠海市	注册人:苏州伟康医疗器械有限公司;受托生产企业:江苏伟康浩婧医疗器械股份有限公司	珠海市第五人民医院	I型 双鼻型 大号	20221005	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
279	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	珠海市	河南驼人医疗器械集团有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I型	202212010	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
280	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	珠海市	河南驼人医疗器械集团有限公司	珠海市金湾区三灶镇卫生院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I型	202305019	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
281	一次性使用麻醉穿刺套件	珠海市	江苏威茂医疗科技有限公司	珠海市妇幼保健院	AN-E/SII	20221226	国械注准 20153081522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
282	一次性使用导尿管	珠海市	江苏华泰医疗器械有限公司	珠海方华医院	4.0mm(Fr12)	20230131	YY 0325-2016; 苏械注准 20182140168	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
283	消融电极(多功能手术解剖器)	珠海市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	珠海市中西医结合医院	C2	A266018	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
284	消融电极(多功能手术解剖器)	珠海市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	国药控股珠海有限公司	A5X	A171023	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

285	消融电极 (多功能手术解剖器)	珠海市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	国药控股珠海有限公司	E3WX	A411001	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
286	消融电极 (多功能手术解剖器)	珠海市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	国药控股珠海有限公司	A5FX	A319003	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
287	消融电极	珠海市	深圳市美成医疗用品有限公司	珠海市斗门区桥立中医院	MC-RAD102	2208040200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172251523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
288	消融电极 (外手术中止血装置)	珠海市	唐山天恩科技有限公司	国药控股珠海有限公司	SYWDJ-E8Y	221101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
289	消融电极 (外手术中止血装置)	珠海市	唐山天恩科技有限公司	国药控股珠海有限公司	SYWDJ-E5P	230501	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
290	一次性等离子消融手术电极	珠海市	珠海市司迈科技有限公司	珠海市司迈科技有限公司	SM2013	22051701	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20212010686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

291	双极射频手术电极	珠海市	珠海维尔康生物科技有限公司	珠海维尔康生物科技有限公司	WBT-RF-01	30104	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20182010847	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
292	一次性使用输血器	珠海市	广东龙心医疗器械有限公司	珠海市妇幼保健院	TS-V2	20230413	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
293	一次性使用输血器带针	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	广东省中医院珠海医院	非进气式 0.9×26mm TWLB	批 20221221	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
294	一次性使用输血器	珠海市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	带针 0.9 × 26mmTWLB	批 20220901	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
295	一次性使用输血器带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海市第五人民医院	TS062	K20230424	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
296	一次性使用输血器带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海市中西医结合医院	TS055	K20230208	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
297	一次性使用输血器带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海高新区技术产业开发区人民医院	TS062	K20221206	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
298	一次性使用输血器带针	珠海市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	珠海市金湾中心医院	TS055	K20230414	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
299	一次性使用输液器带针	珠海市	北京伏尔特技术有限公司	珠海市金湾区三灶镇卫生院	FLB-20	批 230110	GB 8368—2018; 国械注准 20163141393	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

300	一次性使用 输液器 带 针	珠海市	湖北仙明医疗器 械有限公司	珠海市斗门区 侨立中医院	B1	批 20230109	GB 8368—2018; 国械注准 20153141851	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
301	一次性使用 输液器 带 针	珠海市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	珠海方华医院	B1-1	批 20230406	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
302	一次性使用 输液器	珠海市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	遵义大学第五 附属(珠海) 医院	带针	批 20230311	GB 8368—2018; 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
303	一次性使用 输液器	珠海市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	广东省中医院 珠海医院	带针	批 20230101	GB 8368—2018; 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
304	一次性使用 输液器	珠海市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	广东省中医院 珠海医院	带针	批 20221211	GB 8368—2018; 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
305	一次性使用 输液器 带 针	珠海市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	珠海市金湾区 南水镇卫生院	IVA327	C20230304	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
306	一次性使用 输液器 带 针	珠海市	浙江康德莱医疗 器械股份有限公 司	珠海市第五人 民医院	IVA323	C20230511	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
307	一次性使用 精密过滤输 液器 带针	珠海市	浙江康泰医疗器 械有限公司	珠海市人民医 院	G0011-1	批 230321	GB 8368—2018; 国械注准 20153141315	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
308	一次性使用 精密过滤输 液器 带针	珠海市	注册人:北京伏尔 特技术有限公司; 受托生产企业:徐 州一佳医疗器械 有限公司	珠海市妇幼保 健院	PT-20T/S	批 230322	GB 8368—2018; 国械注准 20143141847	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

309	空心纤维血液透析器	珠海市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	珠海市斗门区桥立中医院	B-20HF	2203101957	YY 0053-2016; 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
310	空心纤维血液透析器	珠海市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	中山大学附属第五医院, 中山大学附属第五医院互联网医院	B-20HF	2303100358	YY 0053-2016; 国械注准 20163102437	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
311	血液净化装置的体外循环回路	珠海市	江西洪达医疗器械集团有限公司	遵义医科大学第五附属(珠海)医院	22-B	批 20230308	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
312	臂式电子血压计	珠海市	东莞一测科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海上城药房	BA-803	L221280078	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
313	电子血压计	珠海市	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	WBP202	WA1B000507 9	YY 0505-2012; 粤械注准 20212070535	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
314	臂式电子血压计	珠海市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海上城药房	YE650B	221001	YY 0505-2012; 苏械注准 202020715	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
315	臂式电子血压计	珠海市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东嘉宝华医药连锁有限公司君怡分店	YE650F	230205	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
316	电子血压计(臂式)	珠海市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海上城药房	KF-65IPLUS	P02306032	YY 0505-2012; 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
317	电子血压计	珠海市	欧姆龙(大连)有限公司	珠海市金湾区三灶镇卫生院	HEM-6182	202009L	YY 0505-2012; 辽械注准 20172200053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

318	电子血压计	珠海市	欧姆龙(大连)有限公司	广东嘉宝华医药连锁有限公司金鼎花园分店	HEM-7125J	202211L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
319	电子血压计	珠海市	欧姆龙(大连)有限公司	广东嘉宝华医药连锁有限公司君怡分店	HEM-7125J	202212L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
320	臂式电子血压计	珠海市	青岛雅世医疗器械有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海朝南分店	JN-163C	AH20220819	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
321	电子血压计	珠海市	注册人:天津九安医疗电子股份有限公司;受托生产企业:柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	广东嘉宝华医药连锁有限公司金鼎花园分店	KD-557	2113410110 01	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
322	一次性使用鼻氧管	汕头市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	汕头市澄海区人民医院	II型双腔式成人型 3m	230328	豫械注准 20212080837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
323	一次性使用鼻氧管	汕头市	南通三利医疗器械有限公司	汕头市潮阳区妇幼保健院	头环双鼻塞(大)	20230130	苏械注准 20172081997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
324	一次性使用输氧管	汕头市	新乡市利群医疗器械有限公司	汕头市中源医疗器械有限公司	双腔式	230205	豫械注准 20182080362	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
325	一次性使用鼻氧管	汕头市	扬州美林医疗器械有限公司	汕头龙湖天佑医院	鼻架式	20230102	苏械注准 20172080646	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

326	预充式导管冲洗器	汕头市	注册人:碧迪公司 Becton, Dickinson and Company; 代理人:碧迪医疗器械(上海)有限公司	汕头市第二人民医院	BD 5ml PosiFlush 预充式导管冲洗器	1295233	国械注进 20163142809	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
327	一次性使用麻醉穿刺包	汕头市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	汕头潮南振武医院	AS-E/S	批 221115	国械注准 20153081853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
328	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	汕头市	河南驼人医疗器械集团有限公司	汕头市中原医疗器械有限公司	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	202304014	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
329	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	汕头市	河南驼人医疗器械集团有限公司	汕头市龙湖人民医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	20230418	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
330	一次性麻醉穿刺套件	汕头市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	汕头市智凯医疗用品有限公司	AS-E/S II	20230108A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
331	一次性使用麻醉穿刺包	汕头市	上海埃斯埃医疗技术有限公司	汕头市澄海区妇幼保健院	AS-E/S II 1.6/0.5	F2022176	国械注准 20163082104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
332	高频手术电极	汕头市	东莞市泰科医疗器械有限公司	汕头市潮南区陇田中心卫生院	BG-4-S	20220701	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 沪械注准 20192010541	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

333	消融电极	汕头市	东莞市泰科医疗器械有限公司	汕头市澄海区人民医院	TD1-1 普通型	22110101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
334	高频消融止血手术电极	汕头市	湖南菁益医疗科技有限公司	汕头市潮阳区人民医院	JY-AHET-01	20220527	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 湘 械注准 20212011245	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
335	单腔取卵针	汕头市	注册人: WilliamA. CookAustralia, Pty. Ltd. . 库克澳大利亚有限公司; 代理人: 库克(中国)医疗贸易有限公司	汕头大学医学院第一附属医院	K-OPS-1035-RWH-ET	A1119969	国械注进 20192181581	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
336	单腔取卵针	汕头市	注册人: WilliamA. CookAustralia, Pty. Ltd. . 库克澳大利亚有限公司; 代理人: 库克(中国)医疗贸易有限公司	汕头市中心医院	K-OSN-1735-A-90	A1117117	国械注进 20192181581	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
337	一次性使用输血器	汕头市	广东龙心医疗器械有限公司	汕头市中心医院	TS-V2	20230418	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
338	一次性使用输血器带针	汕头市	河南曙光健士实业发展有限公司	汕头市潮南区陇田中心卫生院	0.7×25 TW LB	230209	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
339	一次性使用输血器带针	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕头市中医医院	B 型 0.9mm	批 20230220	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

340	一次性使用 输血器带 针	汕头市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	汕头市潮阳区 大峰医院	B型 0.9mm	批 20221120	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
341	一次性使用 输血器带 针	汕头市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	汕头市康德贸 易有限公司	T5001	K20221202	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
342	一次性使用 输血器带 针	汕头市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	汕头大学医学 院第二附属医 院	TS. AD-1	批 20221211	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
343	一次性使用 输血器带 针	汕头市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	汕头市妇幼保 健院	TS. AD-1 型	批 20230221	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
344	一次性使用 输血器带 针	汕头市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	汕头市澄海区 人民医院	TS. AD-1	批 20221211	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
345	一次性使用 输血器带 针	汕头市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	汕头市龙湖人 民医院	TS. AD-1	批 20221211	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
346	一次性使用 输液器带 针	汕头市	江西丰临医用器 械有限公司	汕头市潮南区 陈店镇卫生院	A1-2TS	批 20230224D	GB 8368—2018; 国械注准 20163140358	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
347	一次性使用 输液器带 针	汕头市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	长平康复医院	B1-1	批 20230411	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
348	一次性使用 输液器带 针	汕头市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	汕头市金平区 妇幼保健院	B1-1	批 20230410	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
349	一次性使用 输液器带 针	汕头市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	汕头市金平区 妇幼保健院	B1-1	批 20230403	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

350	一次性使用输液器带针	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕头龙湖华天医疗长江路中西医门诊部	B1-1	批 20230529	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
351	一次性使用输液器带针	汕头市	江西洪达医疗器械集团有限公司	濠江新圣骨科医院	B1-1	批 20230524	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
352	一次性使用输液器带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头市澄海区澄华街道社区卫生服务中心	IVA323	C20220728	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
353	一次性使用输液器带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头市潮阳区妇幼保健院	IVA323	C20221207	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
354	一次性使用输液器带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头市金平区人民医院	IVA323	C20230517	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
355	一次性使用输液器带针	汕头市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	汕头潮南民生医院	IVA323	C20230413	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
356	一次性使用输液器带针	汕头市	四川普瑞斯生物科技有限公司	汕头市澄海区隆都中心卫生院	IS-G2	23030401	GB 8368—2018; 国械注准 20183141663	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
357	臂式电子血压计	汕头市	广州爱芯达电子有限公司	汕头市康晨药房有限公司南澳分公司	AXD-814	20221020350	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
358	电子血压计	汕头市	欧姆龙(大连)有限公司	汕头市凯德药品连锁有限公司濠江花园分店	HEM-7125J	202206L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

359	医用防护口罩	韶关市	河南新卫医疗器械有限公司	广东爱心大药房连锁有限公司南雄水南路分店	无菌折叠耳挂式	22100102	豫械注准 20202140489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
360	一次性使用无菌供氧管	韶关市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	新丰县中医院	I 型	20230505	粤械注准 20172080480	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
361	一次性使用鼻氧管	韶关市	苏州伟康医疗器械有限公司	南雄市妇幼保健院	I 型 双鼻型	20230325	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
362	一次性使用鼻氧管	韶关市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	翁源县官渡镇卫生院	B 型 双鼻架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
363	一次性使用鼻氧管	韶关市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	翁源县龙仙镇中心卫生院南浦分院	B 型 双鼻架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
364	一次性使用鼻氧管	韶关市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	乳源瑶族自治县妇幼保健院	A 型 单塞 中号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
365	一次性使用鼻氧管	韶关市	扬州市明星医塑器材有限公司	韶关市妇幼保健院	头挂式	20230103	苏械注准 20162080984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
366	一次性无菌内痿穿刺包	韶关市	河南省驼人医疗科技有限公司	韶关市长恒医药科技有限公司	TRXL-16G	202210028	国械注准 20153102229	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
367	一次性使用麻醉穿刺包	韶关市	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	韶关市第一人民医院	AS-E/SII I 型(腰麻硬膜外联合套件)	202304022	国械注准 20173081545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

368	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	韶关市	河南驼人医疗器械集团有限公司	乐昌市人民医院	AS-E/S II	202212027	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
369	一次性使用麻醉穿刺包	韶关市	江苏华夏医疗器械有限公司	韶州人民医院	AS-S	20230302	国械注准 20173080200	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
370	一次性麻醉穿刺套件	韶关市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	南雄市妇幼保健院	AS-E/SII II型硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺套件	20230108A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
371	一次性使用麻醉穿刺套件	韶关市	深圳市益心达医学新技术有限公司	粤北人民医院	AS-E/S II	323143222	国械注准 20173080223	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
372	消融电极	韶关市	东莞市泰科医疗器械有限公司	乐昌市中医院	TD1-1 普通型	23040601	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
373	消融电极	韶关市	东莞市泰科医疗器械有限公司	韶关市曲江区诺康大药房有限公司	TD1-4 常规型	23010201	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
374	消融电极	韶关市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	仁化县人民医院	WP200-P10 S	P2239004	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011390	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
375	一次性使用输血器	韶关市	广东龙心医疗器械有限公司	始兴县人民医院	TS-V2	20230406	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

376	一次性使用输血器带针	韶关市	广州花山医用塑料厂	新丰县中医院	A-1 0.9×28TWSB	20220519	GB 8369.1—2019; 国械注准20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
377	一次性使用输血器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶关启德医院有限公司	0.9mm/B型	批 20230117	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
378	一次性使用输血器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶州人民医院	B型	20230117	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
379	一次性使用输血器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	南雄市人民医院	B型 配针规格: 0.9mm	批 20221222	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
380	一次性使用输血器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	翁源县中医院	型号: B型	批 20220918	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
381	一次性使用输血器	韶关市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	粤北人民医院	带针 0.9×26mm TWLB	批 20230421	GB 8369.1—2019; 国械注准20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
382	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶关市曲江区马坝镇卫生院	B1-1	批 20230605	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
383	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乳源瑶族自治县乳城镇中心卫生院	自动止液 Z-1L型	批 20221214	GB 8368—2018; 国械注准20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
384	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	始兴县太平镇中心卫生院	B1-1	批 20230504	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
385	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	翁源县龙仙镇中心卫生院	自动止液 Z-5L型	批 20230525	GB 8368—2018; 国械注准20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

386	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乐昌市乐成街道社区卫生服务中心	B1-1	批 20221124	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
387	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	仁化县妇幼保健院	B1-1	批 20230318	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
388	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	新丰县梅坑镇卫生院	B1-1	批 20230604	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
389	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乳源瑶族自治县妇幼保健院	B1-1	批 20230318	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
390	一次性使用输液器带针	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	乐昌市人民医院	B1-1	批 20230606	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
391	一次性使用输液器	韶关市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	韶关市第一人民医院	带针	批 20230501	GB 8368—2018; 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
392	空心纤维血液透析器	韶关市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	仁化县人民医院	B-17PF	2303100120	YY 0053-2016; 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
393	中空纤维膜血液透析过滤器	韶关市	成都欧赛医疗器械有限公司	南雄市民望医疗有限公司	OCI-HF180	230140	YY 0053-2016; 国械注准 20183100207	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
394	臂式电子血压计	韶关市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东爱心大药房连锁有限公司始兴九龄分店	YE666CR	220902	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

395	智能臂式电子血压计	韶关市	天津九安医疗电子股份有限公司	韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店	KD-5965	221922011001	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
396	一次性使用鼻氧管	河源市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	东源县船塘中心卫生院	B型 双鼻架: 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
397	一次性使用鼻氧管	河源市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	河源济民医院	B型 双鼻架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
398	一次性使用鼻氧管	河源市	扬州信达医疗科技发展有限公司	东源县义合镇中心卫生院	双鼻架 2米	20230302	苏械注准 20152080189	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
399	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	河源市	河南驼人医疗器械集团有限公司	紫金县人民医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II型	202304015	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
400	一次性使用麻醉穿刺包	河源市	河南驼人医疗器械集团有限公司	连平县人民医院	AS-E/S II 1.6×80mm 0.5×113mm	202305027	国械注准 20183080146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
401	一次性麻醉穿刺套件	河源市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	和平县人民医院	AS-E/S II II型	20221110C	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
402	一次性使用麻醉穿刺套件	河源市	江苏亚光医疗器械有限公司	龙川县人民医院	AS-E/S II型	20221218	国械注准 20143082110	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
403	消融电极	河源市	东莞市泰科医疗器械有限公司	东源县船塘中心卫生院(东源县第二人民医院)	TD1-0 普通不锈钢型	22110101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

404	消融电极	河源市	东莞市泰科医疗器械有限公司	河源市源城区人民医院	TD1-0 普通不锈钢型	22110101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
405	消融电极	河源市	广东百生医疗器械股份有限公司	和平县中医院	OBS-Rp	NZ20230113	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011427	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
406	一次性使用输血器带针	河源市	广州花山医用塑料厂	紫金县人民医院	A-1 配 0.9× 28TWSB	20230403	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
407	一次性使用输血器带针	河源市	河南曙光健士实业发展有限公司	河源华信泰康医院	A 型	220629	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
408	一次性使用输血器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	和平县人民医院	5F 型号:B 型	20230325	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
409	一次性使用输血器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	紫金县蓝塘中心卫生院(紫金县第二人民医院)	B 型	批 20220928	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
410	一次性使用输血器带针	河源市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	龙川县妇幼保健院	TS001	k20221227	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
411	一次性使用输液器带针	河源市	河南曙光健士实业发展有限公司	东源县灯塔镇中心卫生院	HFA	批 220806	GB 8368—2018; 国械注准 20153141090	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
412	一次性使用输液器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	和平县彭寨中心卫生院	B1-1	批 20230703	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

413	一次性使用输液器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	紫金县临江卫生院	B1-1	批 20230510	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
414	一次性使用输液器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连平县中医院	自动止液Z-1L型	批 20230224	GB 8368—2018； 国械注准 20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
415	一次性使用精密过滤输液器带针	河源市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东源县义合镇中心卫生院	自动止液ZJ-1型	批 20221110	GB 8368—2018； 国械注准 20173144381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
416	一次性使用输液器带针	河源市	聚民生物科技有限公司	紫金县中医院	IS-Va-2D	221206	GB 8368—2018； 国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
417	一次性使用输液器带针	河源市	南阳市久康医疗器械有限公司	河源济民医院	A4	20230507	GB 8368—2018； 国械注准 20153140721	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
418	空心纤维血液透析器	河源市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	河源东埔医院	B-16HF	2303101173	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
419	臂式电子血压计	河源市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	东源县灯塔镇中心卫生院	YE690A	220602	YY 0505-2012； 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
420	臂式电子血压计	河源市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	龙川县老隆镇卫生院	YE655A	230402	YY 0505-2012； 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
421	电子血压计	河源市	欧姆龙(大连)有限公司	河源市大塘安置点益春堂医药有限公司	HEM-8102K	202304L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
422	臂式电子血压计	河源市	青岛雅世医疗器械有限公司	广东新德信药业有限公司	JN-163D	AH20221027	YY 0505-2012； 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

423	臂式电子血压计	河源市	青岛雅世医疗器械有限公司	河源大参林药店有限公司长塘东分店	JN-163C	AH20220517	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
424	一次性使用吸氧管	梅州市	南通市奥华医用用品有限公司	大埔县嘉丰卫生材料有限公司	双鼻架 A 管 F10 B 管 F14	20230313	苏械注准 20202080066	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
425	一次性使用鼻氧管	梅州市	如皋市恒康医疗器械有限公司	梅州民兴医药有限公司	婴儿式 3M	20230103	苏械注准 20172080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
426	一次性使用鼻氧管	梅州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	五华县华城镇中心卫生院	B 型 双鼻架：大号	20220703	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
427	一次性使用鼻氧管	梅州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	蕉岭县人民医院	B 型 双鼻架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
428	一次性使用鼻氧管	梅州市	扬州市明星医塑器材有限公司	广东深华药业有限公司	头挂式	20221115	苏械注准 20162080984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
429	鼻氧管	梅州市	英华融泰医疗科技股份有限公司	广东润健医疗科技有限公司	NT09	230127	内包械备 20180001	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
430	一次性使用鼻氧管	梅州市	重庆科斯特医疗科技有限公司	梅州市梅县区第二人民医院 /梅州市梅县区松口镇中心卫生院	KST-BYG-J L2C2	230106	渝械注准 20172080005	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
431	预充式导管冲洗器	梅州市	福州海王福药制药有限公司	兴宁市人民医院	药品氯化钠型：5ml 预充式导管冲洗器	22021001	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

432	预充式导管冲洗器	梅州市	江苏因倍思科技发展有限公司	兴宁市妇幼保健院	5ml	2211221	国械注准 20203140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
433	一次性使用无菌腰椎穿刺包	梅州市	佛山特种医用导管有限责任公司	梅州市中医医院	9#	230220	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
434	一次性使用麻醉穿刺包	梅州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	平远县中医医院	AS-E/S	批 220629	国械注准 20153081853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
435	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	梅州市	河南驼人医疗器械集团有限公司	梅州市第二中医医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II 型	202210011	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
436	一次性使用麻醉穿刺包	梅州市	浙江伏尔特医疗器械股份有限公司	中山大学附属第三医院粤东医院	AS-E/S II	20230312	国械注准 20173084170	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
437	一次性使用麻醉穿刺包	梅州市	浙江伏尔特医疗器械股份有限公司	梅州市辉隆医疗器械有限公司	AS-E/S II	批 2022110	国械注准 20173084170	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
438	一次性使用高频电刀笔	梅州市	常州市延陵电子设备有限公司	兴宁市人民医院	YLDB-03-3 8	20230308	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏 械注准 20152010472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
439	消融电极	梅州市	深圳市美成医疗用品有限公司	梅州市中医医院	MD1000	2211250200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

440	彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器)	梅州市	浙江舒友仪器设备有限公司	梅州市人民医院	SY-IIIB-2	2210225	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 浙械注准 20162010205	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
441	一次性使用输血器	梅州市	广东龙心医疗器械有限公司	五华县市场监督管理局	TS-V2	20221121	GB 8369.1-2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
442	一次性使用输血器带针	梅州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	五华县人民医院	0.9mm/B型	K20230113	GB 8369.1-2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
443	一次性使用输血器带针	梅州市	江西益康医疗器械集团有限公司	平远县中医医院	0.9*26 TWLB	批 221204	GB 8369.1-2019; 国械注准 20153101509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
444	一次性使用输血器带针	梅州市	江西益康医疗器械集团有限公司	广东锦华贸易有限公司	A-2 0.9×26TWLB	批 221204	GB 8369.1-2019; 国械注准 20153101509	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
445	一次性使用输血器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	兴宁市妇幼保健院	TS001	K20230223	GB 8369.1-2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
446	一次性使用输血器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	梅州市人民医院	TS001	K20230211	GB 8369.1-2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
447	一次性使用输血器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	平远县人民医院	TS001	K20220921	GB 8369.1-2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
448	一次性使用输血器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	蕉岭县人民医院	TS062	K20230424	GB 8369.1-2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

449	一次性使用输液器带针	梅州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	大埔县妇幼保健院	B1-1	批 20221122	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
450	一次性使用输液器带针	梅州市	聚民生物科技有限公司	兴宁市龙田镇中心卫生院	IS-Va-2D	221206	GB 8368—2018; 国械注准 20153140507	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
451	一次性使用输液器带针	梅州市	上海宝舜医疗器械有限公司	兴宁市福兴街道社区卫生服务中心	IS-GIV	20211024	GB 8368—2018; 国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
452	一次性使用输液器带针	梅州市	上海金塔医用器材有限公司	广东贝科迪医疗实业有限公司	JT-ZIS-1 C1	20230601	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
453	一次性使用输液器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	梅州市第二中医医院	IVA323	C20230208	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
454	一次性使用输液器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	梅州市梅县区第二人民医院 /梅州市梅县区松口镇中心卫生院	IVA323	B20211007	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
455	一次性使用输液器带针	梅州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	梅州市第二中医医院	IVA323	C20221217	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
456	一次性使用血液透析器	梅州市	广东中爱医疗科技股份有限公司	广东中爱医疗科技股份有限公司	V-16L	230405	YY 0053-2016; 国械注准 20223100338	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
457	一次性使用血液透析器	梅州市	广东中爱医疗科技股份有限公司	广东中爱医疗科技股份有限公司	V-18H	230402	YY 0053-2016; 国械注准 20223100339	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

458	血液净化装置的体外循环水路	梅州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	梅州市中医医院	22-B	批 20230308	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
459	血液净化装置的体外循环水路	梅州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	梅州市第二中医医院	JRHLL-020	22120921	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
460	手腕式电子血压计	梅州市	辰浩医疗科技(广东)有限公司	辰浩医疗科技(广东)有限公司	CH-W701	20230518	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070203	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
461	臂式电子血压计	梅州市	辰浩医疗科技(广东)有限公司	辰浩医疗科技(广东)有限公司	CH-B601	20230517	YY 0505-2012; 粤械注准 20212071563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
462	臂式全自动电子血压计	梅州市	东莞市好康电子科技有限公司	梅州济民堂药业连锁有限公司城南大药房分公司	HK-810	202305008	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070382	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
463	电子血压计	梅州市	欧姆龙(大连)有限公司	梅州市友联大药房有限公司	HEM-7121	2023.03.10	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
464	臂式电子血压计	梅州市	青岛雅世医疗器械有限公司	梅州大参林药店有限公司大埔分店	JN-163D	AH20221021	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
465	上臂式电子血压计	梅州市	厦门安氏兄弟科技有限公司	广东深华大药房连锁有限公司大埔新城路分店	AS-35B	P2210013	YY 0505-2012; 闽械注准 20152070034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
466	电子血压计	梅州市	松下电气机器(北京)有限公司	丰顺县东山药业有限公司	EW-BW02	20211206	YY 0505-2012; 京械注准 20152071083	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

467	电子血压计	梅州市	注册人:欧姆龙健康医疗株式会社; 代理人:欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	平远县人民医院	J730	202203B	YY 0505-2012; 国械注进 20172072255	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
468	医用一次性防护服	惠州市	河南省新迪医疗器械有限公司	惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心	无菌连身式	0322105159	GB 19082-2009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
469	软聚硅酮伤口敷贴	惠州市	惠州华阳医疗器械有限公司	惠州华阳医疗器械有限公司	100×90 (60×45) mm	23051231	粤械注准 20202140816	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
470	一次性使用鼻氧管	惠州市	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	惠东县吉隆安康医院	双鼻架	20230115	苏械注准 20182080358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
471	一次性使用鼻氧管	惠州市	江苏省长丰医疗实业有限公司	惠州市健宁医疗器械有限公司	双鼻架式	20230103	苏械注准 20172080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
472	一次性使用吸氧管	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心	鼻氧管型 M120	23031601	粤械注准 20152081295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
473	一次性使用吸氧管	惠州市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心	鼻氧管型, M120	22101409	粤械注准 20152081295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
474	一次性使用鼻氧管	惠州市	苏州市日月星塑胶有限公司	惠州市第一妇幼保健院	双鼻环通型	20221205	苏械注准 20182560377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
475	一次性使用鼻氧管	惠州市	苏州市日月星塑胶有限公司	博罗县妇幼保健院	双鼻环通型	20230220	苏械注准 20182080377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

476	一次性使用鼻氧管	惠州市	苏州市日月星塑胶有限公司	惠州仲恺高新区人民医院	双鼻环通型	20230403	苏械注准 20182080377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
477	一次性使用鼻氧管	惠州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	龙门县蓝田瑶族乡卫生院	B型 双鼻架：大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
478	一次性使用无菌腰椎穿刺包	惠州市	佛山特种医用导管有限责任公司	龙门县总医院	9#	230220	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
479	一次性使用麻醉穿刺包	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东蔚升医疗设备发展有限公司	AS-E/S	批 20230302	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
480	一次性使用麻醉穿刺包	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	博罗县第三人民医院	AS-E/S	批 20230412	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
481	一次性使用麻醉穿刺套件	惠州市	深圳市益心达医学新技术有限公司	惠东县人民医院	AS-E/S II	322325040	国械注准 20173080223	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
482	一次性使用麻醉穿刺套件	惠州市	浙江润强医疗器械股份有限公司	惠州市第一妇幼保健院	AS-E/SII	20221227	国械注准 20173083099	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
483	消融电极	惠州市	广东百生医疗器械股份有限公司	惠东县人民医院	OBS-Db	XR20221202	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
484	消融电极 (多功能手术解剖器)	惠州市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	龙门县总医院	A5X	A154001	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

485	消融电极	惠州市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	WP200-P20 TS	P2314006	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010217	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
486	消融电极	惠州市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	WP200-P10 S	P2320011	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011390	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
487	高频手术电极	惠州市	深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司	惠东城南医院	HX-(B1)S	230101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20162011564	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
488	消融电极	惠州市	深圳市美成医疗用品有限公司	广东蔚升医疗设备发展有限公司	MD1000	2304120200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
489	消融电极 (外科手术中止血装置)	惠州市	唐山天恩科技有限公司	惠州市中大惠亚医院	SYWDJ-AS	230201	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
490	一次性使用静脉留置针	惠州市	广东百合医疗科技股份有限公司	惠东城南医院	20G Y型	YD2-230202	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

491	单腔取卵针	惠州市	注册人： WilliamA. CookAustralia, Pty. Ltd. . 库克澳大利亚有限公司；代理人： 库克（中国）医疗贸易有限公司	惠州市中心人民医院	K-OSN-173 5-A-90	A1117545	国械注进 20192181581	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
492	一次性使用输血器	惠州市	广东龙心医疗器械有限公司	惠州市中大惠亚医院	TS-S	20230708	GB 8369.1— 2019；国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
493	一次性使用输血器带针	惠州市	广州花山医用塑料厂	惠州市第一妇幼保健院	A-1 配 0.9× 28TWSB	20230214	GB 8369.1— 2019；国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
494	一次性使用输血器带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	惠州润铭达科技有限公司	B 型	批 20230331	GB 8369.1— 2019；国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
495	一次性使用输血器带针	惠州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	龙门县人民医院	TS001	K20221202	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
496	一次性使用输血器带针	惠州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	龙门县总医院	TS001	K20230320	GB 8369.1— 2019；国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
497	一次性使用输液器重力输液式	惠州市	江西红新医疗器械集团有限公司	惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心	PE2-1	批 20221013	GB 8368—2018； 国械注准 20173140627	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
498	一次性使用输液器带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	博罗福田新凯隆门诊部	B1-1	批 20230614	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
499	一次性使用输液器带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中心惠州医院有限公司	B1-1	批 20230129	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

500	一次性使用输液器带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东蔚升医疗设备发展有限公司	B1-1	批 20230129	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
501	一次性使用输液器带针	惠州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	惠东城南医院	B1-1	批 20230518	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
502	一次性使用输液器带针	惠州市	上海金塔医用器材有限公司	惠州市惠城区三栋镇卫生院	JT-ZIS-1 C1	20230412	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
503	一次性使用输液器	惠州市	上海正邦医疗科技有限公司	龙门县蓝田瑶族乡卫生院	SYS-4CN	20230414	GB 8368—2018; 国械注准 20153140997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
504	一次性使用输液器	惠州市	上海正邦医疗科技有限公司	惠东县第三人民医院（惠东县多祝镇卫生院）	SYS-4CN	20230327	GB 8368—2018; 国械注准 20153140997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
505	空心纤维血液透析器	惠州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	惠州市第三人民医院	B-18H	2303100230	YY 0053-2016; 国械注准 20163102437	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
506	空心纤维血液透析器	惠州市	贝恩医疗设备（广州）有限公司	博罗县第三人民医院（博罗县石湾镇卫生院）	B-16PF	2303101172	YY 0053-2016; 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
507	血液净化装置的体外循环回路	惠州市	大连 JMS 医疗器械有限公司	惠州慎安血液透析中心	iS01-018- 00-01	230524.68	YY 0267-2016; 国械注准 20153100885	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
508	血液净化装置的体外循环回路	惠州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	龙门县总医院	JRHLL-020	23022721	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

509	臂式电子血压计	惠州市	惠州市集讯电子有限公司	惠州市集讯电子有限公司	X808	20230424	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070570	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
510	臂式电子血压计	惠州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	惠州仲恺高新技术开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心	YE690A	220702	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
511	电子血压计(臂式)	惠州市	可孚医疗科技股份有限公司	惠州市聚和医药有限公司凯旋城分店	KF-65B	P02211013	YY 0505-2012; 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
512	电子血压计	惠州市	欧姆龙(大连)有限公司	惠州市健宁医疗器械有限公司	HEM-8711	202301L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
513	电子血压计	惠州市	欧姆龙(大连)有限公司	惠州市南北药行连锁有限公司大亚湾翡翠山分店	HEM-7121	202304L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
514	臂式电子血压计	惠州市	深圳市爱立康医疗股份有限公司	惠东县大岭镇恒星药品商场前进街店	AES-U171	21H113	YY 0505-2012; 粤械注准 20202071794	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
515	臂式电子血压计	惠州市	注册人:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司;受托生产企业:苏州日精仪器有限公司	龙门县盈康好药业有限公司	YE655B	230402	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
516	电子血压计	惠州市	注册人:欧姆龙健康医疗株式会社;代理人:欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	惠州仲恺高新区人民医院	HEM-7136	202112B	YY 0505-2012; 国械注进 20162071120	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

517	一次性使用鼻氧管	汕尾市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	陆河县人民医院	SY-2000	批 230405	豫械注准 20212080837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
518	一次性使用鼻氧管	汕尾市	江苏平安医疗器械有限公司	海丰城东医院	头套式双鼻塞	20230111	苏械注准 20182080591	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
519	一次性使用鼻氧管	汕尾市	江苏省长丰医疗实业有限公司	汕尾市人民医院	单鼻塞式	20221109	苏械注准 20172080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
520	一次性使用鼻氧管	汕尾市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	汕尾中山医院	B型 双鼻架:大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
521	预充式导管冲洗器	汕尾市	福州海王福药制药有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院中心医院	药品氯化钠型:10ml预充式导管冲洗器	23032102	国械注准 20193140356	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
522	一次性无菌内瘘穿刺包	汕尾市	河南省驼人医疗科技有限公司	海丰养可肾透析血液透析所	TRXL-16G	202212027	国械注准 20153102229	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
523	一次性麻醉穿刺套件	汕尾市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	汕尾逸挥基金医院	AS-E/SII	20221206B	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
524	一次性使用麻醉穿刺包	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾中山医院	AS-E/S	批 20230312	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
525	一次性使用麻醉穿刺包	汕尾市	浙江伏尔特医疗器械股份有限公司	陆河县人民医院	AS-E/SII	20221105	国械注准 20173084170	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

526	一次性使用 乳胶导尿管	汕尾市	广州维力医疗器械股份有限公司	陆丰市人民医院	双腔导尿管 妇女型 5.3mm(16Fr) 30ml	20230313	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
527	一次性使用 乳胶导尿管	汕尾市	广州维力医疗器械股份有限公司	海丰县澎湃纪念医院	双腔导尿管 标准型 4.0mm(12Fr) 5-10ml	20220826	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140874	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
528	一次性使用 润滑导尿管	汕尾市	广州维力医疗器械股份有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院 深汕中心医院	双腔标准型 16Fr	20221121	YY 0325-2016; 粤械注准 20172141846	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
529	一次性使用 无菌导尿管	汕尾市	湛江市事达实业有限公司	汕尾逸挥基金医院	双腔气囊 标准型 14Fr (5ml-10ml)	20221221	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
530	高频手术电 极	汕尾市	默思碧医疗(武汉)有限公司	汕尾中山医院	21060801	2021.06.08	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20122011752	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
531	一次性使用 静脉留置针	汕尾市	泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院 深汕中心医院	B型	230508C	YY 1282-2016; 国械注准 20173144034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
532	一次性使用 输血器带 针	汕尾市	常州医疗器材总厂有限公司	汕尾逸挥基金医院	TS-C 0.9 ×27 TW LB	20230313	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153100126	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
533	一次性使用 输血器带 针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	海丰县澎湃纪念医院	B型 0.9mm	批 20230420	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

534	一次性使用输血器带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾市人民医院	B型 0.9mm	批 20230325	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
535	一次性使用输血器带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾中山医院	B型 0.9mm	批 20221215	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
536	一次性使用输血器带针	汕尾市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	陆沙县人民医院	7S062	K20230324	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
537	一次性使用输血器带针	汕尾市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	海丰城东医院	TS001	K20230223	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
538	一次性使用输血器带针	汕尾市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院	TS062	K20230511	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
539	一次性使用输血器带针	汕尾市	浙江灵洋医疗器械有限公司	陆丰市人民医院	TS. AD-1	批 20230101	GB 8369.1—2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
540	一次性使用输液器	汕尾市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	陆河县人民医院	0.7×25	230225	GB 8368—2018; 国械注准 20153140722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
541	一次性使用输液器带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东立德药业有限公司	B1-1	批 20230113	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
542	一次性使用输液器带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	海丰海康血液净化中心	B1-1	批 20221022	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
543	一次性使用输液器带针	汕尾市	江西洪达医疗器械集团有限公司	汕尾市人民医院	B1-1	批 20230412	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

544	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	汕尾中山医院	B1-1	批 20230415	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
545	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	海丰城东医院	B1-1	批 20221224	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
546	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	陆丰市人民医 院	B1-1	批 20230412	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
547	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	陆丰市人民医 院	B1-1	批 20230509	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
548	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	汕尾逸挥基金 医院	IVA327	C20230420	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
549	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	武汉市王冠医疗 器械有限责任公 司	海丰县澎湃纪 念医院	B3	批 20230320	GB 8368—2018; 国械注准 20193141526	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
550	一次性使用 输液器带 针	汕尾市	注册人:上海康德 莱企业发展集团 股份有限公司;受 托生产企业:浙江 康德莱医疗器械 股份有限公司	中山大学孙逸 仙纪念医院深 汕中心医院	IVA324	C20230217	GB 8368—2018; 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
551	空心纤维血 液透析器	汕尾市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	海丰海康血液 净化中心	HD-16H	20230105	YY 0053-2016; 国械注准 20213100544	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

552	血液净化体外循环血路	汕尾市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司; 代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	海丰海康血液净化中心	5018441	D7UF101	YY 0267-2016; 国械注进 20163100048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
553	上臂式电子血压计	汕尾市	尚钧医疗科技(安徽)有限公司	广东立德药业有限公司狮山分店	CH155f	2110	YY 0505-2012; 皖械注准 20182200080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
554	上臂式电子血压计	汕尾市	尚钧医疗科技(安徽)有限公司	汕尾市立德药业连锁有限公司深汕特别合作区益心分店	CH155f	2208	YY 0505-2012; 皖械注准 20182200080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
555	全自动臂式电子血压计	汕尾市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	广东立德药业有限公司狮山分店	LBP40A	BP210604	YY 0505-2012; 粤械注准 20202072193	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
556	腕式电子血压计	汕尾市	信利仪器(汕尾)有限公司	信利仪器(汕尾)有限公司	DW702	XL22A01295	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070302	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
557	臂式电子血压计	汕尾市	信利仪器(汕尾)有限公司	信利仪器(汕尾)有限公司	DB71	XL22A01295	YY 0505-2012; 粤械注准 20172070301	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
558	激光生发仪	东莞市	东莞市莱斯科顿医疗器械有限公司	东莞市莱斯科顿医疗器械有限公司	LS-D620	SN: 6202023103 000005	粤械注准 20222090095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
559	一次性使用无菌吸氧管	东莞市	北京金新兴医疗器械厂	东莞广济医院	鼻导管吸氧管双鼻孔: 成人	23040702	京械注准 20152080299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
560	一次性使用吸氧管	东莞市	北京万生人和科技有限公司	东莞市清溪医院	OT-M I -230	23051613	京械注准 20142080086	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

561	一次性使用鼻氧管	东莞市	常州市乐佳医疗器械有限公司	东莞市中堂医院	双鼻式(2m)	20221028	苏械注准 20172080331	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
562	一次性使用鼻氧管	东莞市	富利凯医疗用品(东莞)有限公司	富利凯医疗用品(东莞)有限公司	柔软鼻氧管(A型)	230303586	粤械注准 20182560723	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
563	一次性使用鼻氧管	东莞市	江苏高信医疗器械有限公司	东莞市沙田医院	I型成人双鼻塞	20230110	苏械注准 20192080709	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
564	一次性使用鼻氧管	东莞市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	东莞市桥头医院	B型双鼻架:大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
565	一次性使用鼻氧管	东莞市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	东莞市东仁医疗科技有限公司	双鼻架:大号/B型	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
566	一次性使用无菌腰椎穿刺包	东莞市	佛山特种医用导管有限责任公司	东莞常安医院有限公司	9#	230426	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
567	一次性使用无菌胸腔穿刺包	东莞市	佛山特种医用导管有限责任公司	东莞广济医院	16#	221024	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
568	一次性使用麻醉穿刺包	东莞市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	东莞厚街医院	AS-E/S	批 230106	国械注准 20153081853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
569	一次性使用麻醉穿刺包	东莞市	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	东莞市东城医院	AS-E/SII	202210028	国械注准 20173081545	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

570	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	东莞市	河南驼人医疗器械集团有限公司	东莞市中西医结合医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	202305016	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
571	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	东莞市	河南驼人医疗器械集团有限公司	东莞市虎门镇南栅医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II 型	2303006	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
572	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	东莞市	河南驼人医疗器械集团有限公司	东莞三局医院有限公司	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II 型	202301013	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
573	一次性麻醉穿刺套件	东莞市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	东莞大朗明彰纪念医院	AS-E/S II II 型硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺套件	20230108A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
574	消融电极	东莞市	东莞市泰科医疗器械有限公司	东莞市泰科医疗器械有限公司	TD1-1 普通型	23040601	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
575	消融电极	东莞市	广东百生医疗器械股份有限公司	东莞常安医院有限公司	OBS-Db	XR20221002	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
576	消融电极	东莞市	广东百生医疗器械股份有限公司	东莞市万江医院	OBS-Db	XR20220619	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

577	消融电极	东莞市	广东百生医疗器械股份有限公司	东莞市商涉医院	OBS-Db	XR20221202	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
578	消融电极	东莞市	广东百生医疗器械股份有限公司	东莞市谢岗医院	OBS-Dt	XR20221021	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
579	高频手术电 极	东莞市	武汉金柏威光电 技术有限公司	东莞市人民医 院	JBW/D-A	20220725	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20142011659	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
580	单腔取卵针	东莞市	注册人: WilliamA.CookAu stralia,Pty.Ltd .库克澳大利亚有 限公司; 代理人: 库克(中国)医疗 贸易有限公司	东莞市人民医 院	K-OSN-173 5-A-90	A1114996	国械注进 20192181581	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
581	双腔取卵针	东莞市	注册人: WilliamA.CookAu stralia,Pty.Ltd .库克澳大利亚有 限公司; 代理人: 库克(中国)医疗 贸易有限公司	东莞市裕恒医 药有限公司	K-OPSD-17 35-B-L	A1116569	国械注进 20142186116	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
582	一次性使用 输血器带 针	东莞市	广州花山医用塑 料厂	东莞现代妇产 医院	A-1 0.9× 28TWSB	20230403	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

583	一次性使用输血器带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市水乡中心医院	B型 0.9mm(双调)	批 20230208	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
584	一次性使用输血器带针	东莞市	江西洪达医疗器械集团有限公司	东莞市凤岗医院	B型	批 20230228	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
585	一次性使用输血器带针	东莞市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	东莞三局医院有限公司	非进气式 0.9×26mm TWLB	批 20221221	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
586	一次性使用输血器带针	东莞市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	东莞市沙田医院	0.9×26mm TWLB	批 20221221	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100583	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
587	一次性使用输血器带针	东莞市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	东莞市大朗医院	TS062	K20230324	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
588	一次性使用输血器带针	东莞市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	东莞市厚街医院	TS062	K20230324	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
589	一次性使用输血器带针	东莞市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	东莞市长安医院	TS062	k20230324	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
590	一次性使用输血器带针	东莞市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	东莞市清溪医院	TS062	K20230424	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
591	一次性使用输血器带针	东莞市	一次性使用输血器带针	东莞常按医院有限公司	B型 /0.9mm	批 20221214	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
592	一次性使用输液器带针	东莞市	湖南省绿洲惠康发展有限公司	东莞曙光广华医院	HB6-5	20230101	GB 8368—2018; 国械注准 20163141016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

593	一次性使用 输液器 重 力输液式	东莞市	江西红新医疗器 械集团有限公司	东莞市望牛墩 医院	PE2-1	批 20230503	GB 8368—2018; 国械注准 20173140627	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
594	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞常平玛莱 妇产医院	B1-1	批 20230201	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
595	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞市大岭山 花大夫诊所	B1-1	批 20230521	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
596	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞大岭山康 好内科诊所	B1-1	批 20230403	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
597	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞虎门路东 工业区门诊部	B1-1	批 20221003	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
598	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞长安新安 医院	B1-1	批 20230414	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
599	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	东莞塘厦嘉爱 门诊部	B1-1	批 20230316	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
600	一次性使用 输液器	东莞市	上海金塔医用器 材有限公司	东莞市万江医 院	JT-FSZ-5	20230228	GB 8368—2018; 国械注准 20153141738	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
601	一次性使用 输液器	东莞市	上海金塔医用器 材有限公司	东莞市凤岗医 院	JT-FSZ-5	20230424	GB 8368—2018; 国械注准 20153141738	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
602	一次性使用 输液器 带 针	东莞市	圣光医用制品股 份有限公司	东莞市东坑彭 德求卫生所	A1	批 20230324	GB 8368—2018; 国械注准 20163141418	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

603	空心纤维血液透析器	东莞市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	东莞市虎门医院	B-18H	2303100230	YY 0053-2016; 国械注准 20163102437	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
604	空心纤维血液透析过滤器	东莞市	江苏费森尤斯医药用品有限公司	东莞长安新安医院	FX80	C1EL21100	YY 0053-2016; 国械注准 20143101831	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
605	空心纤维血液透析过滤器	东莞市	江苏费森尤斯医药用品有限公司	东莞仁康医院有限公司	FX100/CNO 219	D1EM11100	YY 0053-2016; 国械注准 20143101831	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
606	中空纤维透析器	东莞市	注册人: 东丽株式会社,注册人: 东丽株式会社	东莞台心医院	TS-1.8SL	20740215	YY 0053-2016; 国械注进 20163102166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
607	一次性使用血液透析管路	东莞市	江西三鑫医疗科技股份有限公司	东莞市长安医院	20mLA	B1221213	YY 0267-2016; 国械注准 20143102021	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
608	手臂式电子血压计	东莞市	东莞华誉医疗器械有限公司	东莞市华誉医疗器械有限公司	B04	HYB2023033 101	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070313	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
609	臂式全自动电子血压计	东莞市	东莞市好康电子科技有限公司	东莞市好康电子科技有限公司	HK-806	202206024	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070382	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
610	臂式电子血压计	东莞市	东莞市医脉实业有限公司	东莞市医脉实业有限公司	FDBP-A1	FHA378	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070042	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
611	腕式电子血压计	东莞市	东莞一测科技有限公司	东莞一测科技有限公司	BW-606	L230460019	YY 0505-2012; 粤械注准 20172200318	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
612	臂式电子血压计	东莞市	东莞一测科技有限公司	东莞一测科技有限公司	BA-821	L230480074	YY 0505-2012; 粤械注准 20212071493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

613	臂式电子血压计	东莞市	广州市同声电子科技有限公司	广东养正方连锁药店有限公司东莞虎门悦华分店	TSB-602S	Q220510A100706	YY 0505-2012; 粤械注准 20152070239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
614	臂式电子血压计	东莞市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东省东莞国药集团清溪医药有限公司凤凰花园药店	YE655C	230402	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
615	臂式电子血压计	东莞市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东省东莞国药集团中堂医药有限公司蕉利西坊药店	YE655C	2103	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
616	手腕式电子血压计	东莞市	注册人: 东莞市康维乐电子科技有限公司; 受托生产企业: 上高县康维乐电子科技有限公司	东莞市康维乐电子科技有限公司	KWL-W01	KW0123032310489	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070288	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
617	臂式电子血压计	东莞市	注册人: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司; 受托生产企业: 苏州日精仪器有限公司	广东大川药业连锁有限公司东莞桥头十八分店	YE655B	230103	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
618	创面敷贴	中山市	艾一生命科技(广东)有限公司	艾一生命科技(广东)有限公司	A 型	20230701	粤械注准 20212141212	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
619	一次性使用无菌透明敷贴	中山市	广东体达康医疗科技有限公司	广东体达康医疗科技有限公司	普通型 U1	23081801	粤械注准 20172141317	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
620	一次性使用无菌敷贴	中山市	广东体达康医疗科技有限公司	广东体达康医疗科技有限公司	A 型 A-101	23071701	粤械注准 20182140296	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

621	无菌敷贴	中山市	青岛海诺生物工程有限公司	中山市西区金港药房	HN-001 10cm× 15cm	230905	鲁械注准 20182140282	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
622	无菌敷贴	中山市	青岛海诺生物工程有限公司	中山市中智大药房连锁有限公司小榄华新药房	HN-001	230907	鲁械注准 20182140282	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
623	一次性使用鼻氧管	中山市	河北超然医疗器械有限公司	中山市坦洲人民医院	普通型: CRBYG	20230102	冀械注准 20222080256	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
624	一次性使用鼻氧管	中山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	中山市沙溪隆都医院	成人型	批 20221202	赣械注准 20162080292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
625	一次性使用鼻氧管	中山市	南通三利医疗器械有限公司	中山市东风人民医院	头环双鼻塞(大)	20220919	苏械注准 20172561997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
626	一次性使用吸氧管	中山市	斯莱达医疗用品(惠州)有限公司	中山市港口医院	鼻氧管型 M120	22120301	粤械注准 20152081295	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
627	一次性使用鼻氧管	中山市	苏州市麦克林医疗器械制品有限公司	华润中山医药有限公司	双套双鼻 (II-2)	230102	苏械注准 20172082387	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
628	一次性使用鼻氧管	中山市	苏州市亚新医疗用品有限公司	中山市古镇人民医院	普通型 双套双鼻	20230313	苏械注准 20172081566	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
629	一次性使用鼻氧管	中山市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	中山市三乡医院	B型 双鼻架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
630	一次性使用鼻氧管	中山市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	中山爱尔眼科医院	B型 双鼻架: 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

631	一次性使用鼻氧管	中山市	扬州洋生医药科技有限公司	中山市南区医院	鼻架式	20230103	苏械注准 20172080640	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
632	一次性使用无菌胸腔穿刺包	中山市	佛山特种医用导管有限责任公司	中山市古镇人民医院	16#	230220	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
633	一次性使用无菌腰椎穿刺包	中山市	佛山特种医用导管有限责任公司	中上市中医院	9#	230426	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
634	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	中山市	河南驼人医疗器械集团有限公司	中山国丹中医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II型	202305006	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
635	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	中山市	河南驼人医疗器械集团有限公司	中上市板芙医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II型 AN-E/S II 1.6×80mm 0.5× 113mm	202304003	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
636	一次性使用硬膜外麻醉套件	中山市	金乡县山阳医疗器械有限公司	中山市黄圃镇人民医院	SY-II 1.0	20220921	国械注准 20173084306	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
637	一次性使用麻醉穿刺套件	中山市	临沂市兴华医用器材有限公司	中山市南区医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件)	20230301	国械注准 20203080570	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
638	一次性使用麻醉穿刺包	中山市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	华润中山医院有限公司	AS-E/S II(腰硬联合麻醉包)	23010303	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

639	消融电极	中山市	东莞市泰科医疗器械有限公司	中山市西区医院	TD1-1 普通型	22110101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
640	消融电极	中山市	东莞市泰科医疗器械有限公司	中山星海中西医结合医院	TD1-0 普通不锈钢型	23040601	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
641	消融电极	中山市	广东百生医疗器械股份有限公司	广东百生医疗器械股份有限公司	OBS-Db	XR20221002	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
642	消融电极 (多功能手术解剖器)	中山市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	国药控股中山有限公司	C3N2FX	A268004	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
643	双腔取卵针	中山市	注册人: WilliamA. CookAustralia, Pty. Ltd. . 库克澳大利亚有限公司; 代理人: 库克(中国)医疗贸易有限公司	中山市博爱医院	K-OPSD-17 35-B-L	A1119204	国械注进 20142186116	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
644	双腔取卵针	中山市	注册人: WilliamA. CookAustralia, Pty. Ltd. . 库克澳大利亚有限公司; 代理人: 库克(中国)医疗贸易有限公司	中山市博爱医院	K-OPSD-17 35-B-L	A1119430	国械注进 20142186116	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

645	一次性使用 输血器 带 针	中山市	广州花山医用塑 料厂	中山市南区医 院	A-1 0.9× 28TWSB	20230214	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
646	一次性使用 输血器 带 针	中山市	江苏苏云医疗器 材有限公司	中山市古镇人 民医院	A1	20221104	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101946	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
647	一次性使用 输血器 带 针	中山市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中山市坦洲人 民医院	0.9mm/B 型	20221213	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
648	一次性使用 输血器 带 针	中山市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中山市广济医 院	0.9mm B 型	批 20230117	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
649	一次性使用 输血器	中山市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	中山市港口医 院	带针 0.9 ×26TWLB	批 20221201	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
650	一次性使用 输血器	中山市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	中山市横栏医 院	带针 0.9 ×26mm TWLB	批 20220901	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
651	一次性使用 输血器 带 针	中山市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	华润中山医药 有限公司	TS002	K20230412	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
652	一次性使用 输血器 带 针	中山市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	中山市东风人 民医院	TS001	k20220908	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
653	一次性使用 输血器 带 针	中山市	稳健平安医疗科 技(湖南)有限公 司	中上市阜沙医 院	TS1	批 20221116	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153100968	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
654	一次性使用 输血器 带 针	中山市	稳健平安医疗科 技(湖南)有限公 司	中山市南朗医 院	TS1	批 20230118	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153100968	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

655	一次性使用 输液器 带 针	中山市	湖北仙明医疗器 械有限公司	中山市沙溪隆 都医院	A2	20230202	GB 8368—2018; 国械注准 20183661621	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
656	一次性使用 输液器 带 针	中山市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中山国兴内科 门诊部	B1-1	批 20230301	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
657	一次性使用 输液器 带 针	中山市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中山国丹中医 院	B1-1	批 20221117	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
658	一次性使用 输液器 带 针	中山市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中山爱尔眼科 医院	B1-1	批 20230508	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
659	一次性使用 输液器 带 针	中山市	山东安得医疗用 品股份有限公司	中山市大涌医 院	SYQ 0.55 ×18RWLB	221022	GB 8368—2018; 国械注准 20193141686	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
660	一次性使用 输液器	中山市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	国药控股中山 有限公司	进气式(精 密)	批 20230721	GB 8368—2018; 国械注准 20173141051	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
661	一次性使用 输液器 带 针	中山市	圣光医用制品股 份有限公司	中山市沙溪镇 社区卫生服务 中心	Z1	20230201	GB 8368—2018; 国械注准 20153140720	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
662	一次性使用 输液器 带 针	中山市	稳健平安医疗科 技(湖南)有限公 司	中山市板芙深 湾社区卫生服 务站	A4	批 20230103	GB 8368—2018; 国械注准 20183141589	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
663	一次性使用 输液器 带 针	中山市	浙江京环医疗用 品有限公司	中山市民众医 院	A3-L	批 20210624	GB 8368—2018; 国械注准 20153141919	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
664	一次性使用 输液器 带 针	中山市	浙江京环医疗用 品有限公司	中山市黄圃人 民医院	A-3	批 20230414	GB 8368—2018; 国械注准 20153141919	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

665	一次性使用输液器带针	中山市	注册人:上海康德莱企业发展集团股份有限公司;受托生产企业:浙江康德莱医疗器械股份有限公司	中山市源健医疗器械有限公司	IVA323	C20230414	GB 8368—2018;国械注准20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
666	空心纤维血液透析器	中山市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	中山市博爱医院(中山市妇幼保健院)	B-16HF	2203102780	YY 0053-2016;国械注准20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
667	空心纤维血液透析过滤器	中山市	费森尤斯医药用品(上海)有限公司	中山市火炬开发区人民医院	FX CorDiax 60	D9FA30100	YY 0053-2016;国械注进20173102117	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
668	一次性使用空心纤维血液透析器	中山市	江西三鑫医疗科技股份有限公司	中山市人民医院	SM140L	B2221201	YY 0053-2016;国械注准20153100717	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
669	空心纤维血液透析器	中山市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司;代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	中山市小榄人民医院	Hemoflow F6HPS	D1BC31100	YY 0053-2016;国械注进20163104863	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
670	空心纤维血液透析器	中山市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司;代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	中山市中医院	Hemoflow F6HPS	D1BD 12100	YY 0053-2016;国械注进20163104863	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
671	血液净化体外循环血路	中山市	费森尤斯医药用品股份及两合公司	中山市中医院	5018441	DTUF232	YY 0267-2016;国械注进20163100048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

672	血液净化装置的体外循环血路	中山市	山东威高血液净化制品股份有限公司	中山市博爱医院（中山市妇幼保健院）	JRHLL-020	23013091	YY 0267-2016； 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
673	电子血压计	中山市	广东乐心医疗电子股份有限公司	广东乐心医疗电子股份有限公司	LS818-B	2317	YY 0505-2012； 粤械注准 20212070887	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
674	电子血压计	中山市	广东乐心医疗电子股份有限公司	广东乐心医疗电子股份有限公司	LS805-F	2008	YY 0505-2012； 粤械注准 20192071008	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
675	臂式电子血压计	中山市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中山市中智大药房连锁有限公司南朝锦盛药房	YE655A	220805	YY 0505-2012； 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
676	臂式电子血压计	中山市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中山市宝元医院	YE655D	23029	YY 0505-2012； 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
677	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	中上市横栏医院	HEM-8613	202106L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162070037	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
678	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	中山市沙溪镇社区卫生服务中心	HEM-7121	202102L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
679	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	中山市中智大药房连锁有限公司远洋达信药房	L10	202304L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
680	电子血压计	中山市	注册人：欧姆龙健康医疗株式会社； 代理人：欧姆龙健康医疗（中国）有限公司	中山市港口医院	J7136	202207A	YY 0505-2012； 国械注进 20212070316	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

681	一次性使用 无菌敷贴	江门市	台山市弘毅医疗 用品有限公司	台山市弘毅医 疗用品有限公司	F2071	20230901	粤械注准 20152140732	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
682	一次性使用 吸氧管	江门市	北京万生人和科 技有限公司	开平市中心医 院	OT-M I -130	23060512	京械注准 20142080086	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
683	一次性无菌 鼻塞吸氧管	江门市	佛山市南海凤华 医疗器械有限公 司	台山市都斛镇 卫生院	II型双腔 式成人型 2.5m	230105	粤械注准 20182080995	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
684	一次性使用 鼻氧管	江门市	河南曙光汇知康 生物科技股份有 限公司	江门市新会侨 会医院有限公司	SY-2000	批 230223	豫械注准 20212080837	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
685	一次性使用 一体式吸氧 管	江门市	宁波天益医疗器 械股份有限公司	国药器械（江 门）有限公司	TY-XYG-22	23021005	浙械注准 20192080300	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
686	一次性使用 鼻氧管	江门市	如皋市贝康医疗 器材有限公司	鹤山市中医院	双鼻架式 （XY-3 型） F13	20230101	苏械注准 20172081175	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
687	一次性使用 鼻氧管	江门市	上海祥盛医疗器 械厂有限公司	恩平市妇幼保 健院	双腔 B-2M-I 型	20230128	沪械注准 20182660157	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
688	一次性使用 鼻氧管	江门市	苏州市麦克林医 疗器械制品有限 公司	台山市海宴镇 卫生院	双套双鼻 （II-2）	221212	苏械注准 20172082387	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
689	一次性使用 鼻氧管	江门市	苏州市日月星塑 胶有限公司	江门市通诚医 疗设备有限公司	单鼻环通 型	20230130	苏械注准 20182560377	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
690	一次性使用 鼻氧管	江门市	扬州市桂龙医疗 器械有限公司	台山市白沙镇 中心卫生院	B型 双鼻 架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

691	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	江门市	河南驼人医疗器械集团有限公司	江门市新会区人民医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	202305016	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
692	一次性使用麻醉穿刺包	江门市	河南驼人医疗器械集团有限公司	台山市人民医院	AS-E	批 202210026	国械注准 20153080654	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
693	一次性使用麻醉穿刺包	江门市	河南驼人医疗器械集团有限公司	开平市中心医院	AS-E	20230525	国械注准 20153080654	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
694	一次性使用麻醉穿刺套件	江门市	江苏亚光医疗器械有限公司	鹤山市妇幼保健院	AS-E/S II 型	20230415	国械注准 20143082110	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
695	一次性使用麻醉穿刺包	江门市	江西洪达医疗器械集团有限公司	国药器械(江门)有限公司	AS-E 1.6 ×80mm	批 20230112	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
696	一次性使用麻醉穿刺包	江门市	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	鹤山市人民医院	AS-E/S II	01230303	国械注准 20153082169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
697	一次性使用无菌导尿管	江门市	湛江市事达实业有限公司	恩平市妇幼保健院	双腔气囊标准型 18Fr	20220821	YY 0325-2016; 粤械注准 20162140987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
698	一次性手控刀	江门市	常熟市沪通电子有限公司	江门市蓬江区中西医结合医院	GSD-SE01-1	006585	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏械注准 20162011179	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
699	消融电极	江门市	东莞市泰科医疗器械有限公司	开平市中医院	TD1-0 普通不锈钢	23060101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

700	消融电极	江门市	广东百生医疗器械股份有限公司	恩平县人民医院	OBS-Db	XR20221002	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
701	消融电极	江门市	广东百生医疗器械股份有限公司	广东百生医疗器械股份有限公司	OBS-Db	XR20230246	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
702	彭氏多功能 手术解剖器 (电凝切割 器)	江门市	浙江舒友仪器设 备股份有限公司	鹤山市人民医 院	SY-IIB(N) -1	2211232	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 浙 械注准 20162010205	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
703	卵母细胞回 取系统	江门市	注册人: CooperSurgical, Inc. 库柏外科手 术公司; 代理人: 库博医疗科技(上 海)有限公司	江门市中心医 院	ONS1733	7047	国械注进 20152182115	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
704	一次性使用 输血器	江门市	广东龙心医疗器 械有限公司	广东龙心医疗 器械有限公司	TS-V2	20230518	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
705	一次性使用 输血器	江门市	广东龙心医疗器 械有限公司	台山市人民医 院	TS-V2	20230525	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
706	一次性使用 输血器 带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	恩平市人民医 院	B 型	批 20230427	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
707	一次性使用 输血器 带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	国药器械(江 门)有限公司	0.9mm B 型	批 20230427	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

708	一次性使用 输血器带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	江门市五邑中 医院恩平分院	B型	批 20230510	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
709	一次性使用 输血器带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	鹤山市人民医 院	0.9mm/B 型	批 20230427	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
710	一次性使用 输血器	江门市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	江门市新会区 人民医院	不带针	批 20230221	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
711	一次性使用 输血器带 针	江门市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	江门市通城医 疗设备有限公司	TS. AD-1 0.9×28mm	批 20230201	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
712	一次性使用 输血器带 针	江门市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	江门市通城医 疗设备有限公司	规格: 0.9 ×28mm 型 号: TS. AD-1	批 20230521	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
713	一次性使用 输液器带 针	江门市	广东龙心医疗器 械有限公司	江门市蓬江区 中西医结合医院	IS-G-V3	20230518	GB 8368—2018; 国械注准 20163140655	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
714	一次性使用 输液器带 针	江门市	广东龙心医疗器 械有限公司	广东龙心医疗 器械有限公司	IS-G-Z-V3	20230519	GB 8368—2018; 国械注准 20173140816	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
715	一次性使用 输液器带 针	江门市	广东龙心医疗器 械有限公司	广东龙心医疗 器械有限公司	IS-G-V3	20230518	GB 8368—2018; 国械注准 20163140655	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
716	一次性使用 输液器带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	新会区贺养门 诊所	B1-1	批 20221224	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
717	一次性使用 输液器带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	鹤山市沙坪中 社诊所	B1-1	批 20230115	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

718	一次性使用 输液器 带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	恩平市恩城街 道办事处平石 社区卫生服务 中心	B1-1	批 20230604	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
719	一次性使用 输液器 带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	江门市新会区 人民医院	B1-1	批 20230505	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
720	一次性使用 输液器 带 针	江门市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	国药器械（江 门）有限公司	B1-1	批 20230505	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
721	一次性使用 输液器 带 针	江门市	莲花医疗用品有 限公司	江门市众康医 疗器械有限公 司	A2	批 230515	GB 8368—2018; 国械注准 20193141970	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
722	一次性使用 输液器 带 针	江门市	山东安得医疗用 品股份有限公司	台山市四九镇 卫生院	SYQ 0.7× 23TWLB	230418	GB 8368—2018; 国械注准 20193141686	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
723	一次性使用 输液器 带 针	江门市	上海金塔医用器 材有限公司	江门市江海区 中西医结合医 院	JT-ZIS-1 C1	20230302	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
724	一次性使用 输液器 带 针	江门市	上海金塔医用器 材有限公司	恩平市恩城街 道办事处东安 社区卫生服务 中心	JT-ZIS-1 C1	20230303	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
725	一次性使用 输液器 带 针	江门市	稳健平安医疗科 技（湖南）有限公 司	江门市蓬江区 白沙社区卫生 站	A4-T	批 20230429	GB 8368—2018; 国械注准 20183141589	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
726	空心纤维血 液透析滤过 器	江门市	费森尤斯医药用 品股份及两合公 司	鹤山市人民医 院	FX60	D9FG24200	YY 0053-2016; 国械注进 20193101931	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

727	空心纤维血液透析器	江门市	费森尤斯医药用品股份及两合公司	开平市中医院	FX8	D9FE15100	YY 0053-2016; 国械注进 20193101928	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
728	空心纤维透析器	江门市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司; 代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	江门江海长生内科专科门诊部	FX60	D4FF13100	YY 0053-2016; 国械注进 20193101931	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
729	血液净化装置的体外循环回路	江门市	宁波天益医疗器械股份有限公司	开平市中心医院	TX-FK-2	23031003	YY 0267-2016; 国械注准 20183101748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
730	血液透析回路管	江门市	注册人:善德生化科技股份有限公司; 代理人:江苏松德生物科技有限公司	江门市五邑中医院恩平分院	SD-G01	B221027B1	YY 0267-2016; 国械注许 20153100145	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
731	臂式电子血压计	江门市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	鹤山市致和医药有限公司致康分店	YE660D	230403	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
732	臂式电子血压计	江门市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东省博济堂大药房连锁有限公司桥园分店	YE620A	230301	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
733	电子血压计(臂式)	江门市	可孚医疗科技股份有限公司	鹤山市致和医药有限公司致康分店	KF-65C	P02303035	YY 0505-2012; 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
734	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	南北药行江门有限公司新会今洲店	HEM-7122	202109L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

735	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	国控国大(江门)医药有限公司	HEM-1000	202205L	YY 0505-2012; 辽械注准 20172070002	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
736	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	江门高济医药连锁有限公司恩平金湖城银星分店	HEM-7125J	202206L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
737	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	江门大参林药店有限公司开平人和分店	L10	202305L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
738	臂式电子血压计	江门市	深圳市讯威实业有限公司	恩平市长安药业有限公司金融分店	XW-700	23030001	YY 0505-2012; 粤械注准 20182070061	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
739	全自动数字腕式血压计	江门市	西铁城精电科技(江门)有限公司	西铁城精电科技(江门)有限公司	CH-650	23C1	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070229	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
740	全自动臂式电子血压计	江门市	西铁城精电科技(江门)有限公司	西铁城精电科技(江门)有限公司	CHU306	23D3	YY 0505-2012; 粤械注准 20142200335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
741	海藻酸盐敷贴	佛山市	佛山市优特医疗科技有限公司	佛山市优特医疗科技有限公司	F.02.00.003	W015581	粤械注准 20152141241	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
742	导引导丝	佛山市	佛山市其右医疗科技有限公司	佛山市其右医疗科技有限公司	规格: 0.014"; 型号: PG14-300	3004-0006	国械注准 20223031687	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
743	导引导丝	佛山市	佛山市其右医疗科技有限公司	佛山市其右医疗科技有限公司	规格: 0.014"; 型号: PG14-300	3002-0006	国械注准 20223031687	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

744	手术显微镜	佛山市	佛山市宇森医疗器械有限公司	佛山市宇森医疗器械有限公司	C-CLEAR-1	CX2023011001	粤械注准 20212061810	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	符合	/
745	一次性使用无菌鼻氧管	佛山市	佛山市南海奥利华医疗器械有限公司	佛山市南海区第七人民医院	成人型	22102401	粤械注准 20182660092	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
746	一次性使用湿化鼻氧管	佛山市	广西宜和医疗科技有限公司	佛山通用医药有限公司	双鼻型 150ml	20220804	桂械注准 20192080131	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
747	一次性使用吸氧管	佛山市	河南亚都实业有限公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	双鼻架	2301C11078	豫械注准 20182080730	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
748	一次性使用鼻氧管	佛山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛山市三水区妇幼保健院	成人型	批 20221202	赣械注准 20162080292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
749	一次性使用鼻氧管	佛山市	苏州伟康医疗器械有限公司	佛山市高明区明城华立医院	I型：双鼻型（大号）	20221225	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
750	一次性使用无菌胸腔穿刺包	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	16#	230530	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
751	一次性使用无菌胸腔穿刺包	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	16#	230424	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
752	一次性使用麻醉穿刺包	佛山市	佛山特种医用导管有限责任公司	佛山特种医用导管有限责任公司	AS-E/S II	230411	国械注准 20173080264	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

753	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	佛山市	河南驼人医疗器械集团有限公司	佛山市三水区妇幼保健院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	202303025	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
754	一次性使用麻醉穿刺包	佛山市	河南驼人医疗器械集团有限公司	佛山市南海区妇幼保健院	AS-E	202302017	国械注准 20153080654	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
755	一次性使用麻醉穿刺包	佛山市	上海上医康鸽医用器材有限责任公司	佛山市南海新药特药有限公司	AS-S	20230101	国械注准 20143081837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
756	一次性使用麻醉穿刺包	佛山市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	佛山市妇幼保健院	AS-E(硬膜外麻醉包)	23042712	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
757	消融电极 (多功能手术解剖器)	佛山市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	广州中医药大学顺德医院附属勒流医院	A2X	283017	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
758	消融电极	佛山市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	佛山市海南新药特药有限公司	A5	A216007	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
759	消融电极 (多功能手术解剖器)	佛山市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	佛山市高明区人民医院	A5FX	A373015	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
760	消融电极 (多功能手术解剖器)	佛山市	深圳市美成医疗用品有限公司	佛山通用医院有限公司	MD1000	2212080200	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

761	卵母细胞采集器	佛山市	山东威高瑞生医疗器械有限公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	I 型 17G	230513	鲁械注准 20152180417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
762	卵母细胞采集器	佛山市	山东威高瑞生医疗器械有限公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	I 型 17G	221210	鲁械注准 20152180417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
763	一次性使用无菌取卵针	佛山市	上海明悦医疗科技有限公司	佛山市妇幼保健院	SN-1735-9 50	20221003	沪械注准 20192180392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
764	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市三水区妇幼保健院	TS-V2	20230206	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
765	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	广东医科大学顺德妇女儿童医院	TS-V2	20230418	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
766	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市南海区妇幼保健院	TS-V2	20230418	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
767	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	暨南大学附属口腔医院	TS-V2	20230104	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
768	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市高明区人民医院	TS-NV1	20221121	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
769	一次性使用输血器	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市第一人民医院	TS-NV1	20230329	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
770	一次性使用输血器带针	佛山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛山复星禅城医院有限公司	B 型	批 20220518	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

771	一次性使用输血器	佛山市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	佛山市妇幼保健院	带针 0.9 × 26mmTWLB	批 20220721	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
772	一次性使用输血器带针	佛山市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	佛山市中医院三水医院	TS062	K20230324	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
773	一次性使用输血器带针	佛山市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	佛山市圣邦医疗器械有限公司	TS001	K20221119	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
774	一次性使用精密输液器带针	佛山市	北京伏尔特技术有限公司	佛山通用医药有限公司	FP-20X-82 CB	批 220309	GB 8368—2018; 国械注准 20193141733	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
775	一次性使用输液器带针	佛山市	广东龙心医疗器械有限公司	佛山市三水区白坭镇人民医院	IS-G-V3	20230527	GB 8368—2018; 国械注准 20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
776	一次性使用输液器带针	佛山市	广州花山医用塑料厂	佛山市高明区明城华立医院	B-1	20230114	GB 8368—2018; 国械注准 20163140817	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
777	一次性使用输液器带针	佛山市	江苏苏云医疗器械有限公司	佛山通用医药有限公司	ZP3	20221230	GB 8368—2018; 国械注准 20153140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
778	一次性使用输液器重力输液式	佛山市	江西红新医疗器械集团有限公司	佛山市顺德区伦教医院	PE2-1	批 20230625	GB 8368—2018; 国械注准 20173140627	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
779	一次性使用输液器带针	佛山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛山健翔骨伤医院	B1-1	批 20230516	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
780	一次性使用输液器带针	佛山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛山三水岭越医院	B1-1	批 20230704	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

781	一次性使用 输液器 带 针	佛山市	山东安得医疗用 品股份有限公司	佛山市南海区 第七人民医院	SYQ 0.55 ×18RWLB	230310	GB 8368—2018; 国械注准 20193141686	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
782	一次性使用 输液器 带 针	佛山市	山东安得医疗用 品股份有限公司	佛山市高明区 人民医院	SYQ 0.7× 23TWLB	230313	GB 8368—2018; 国械注准 20193141686	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
783	一次性使用 输液器	佛山市	上海金塔医用器 材有限公司	佛山市南海医 药有限公司	JT-ZY-1 C1	20230418	GB 8368—2018; 国械注准 20173144091	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
784	一次性使用 输液器 带 针	佛山市	注册人:广东因特 圣医疗器械有限 公司;受托生产企 业:河南曙光健士 实业发展有限公 司	广东因特圣医 疗器械有限公 司	A1-B3	230607	GB 8368—2018; 国械注准 20193141841	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
785	一次性使用 血液透析器	佛山市	广东百合医疗科 技股份有限公司	广东百合医疗 科技股份有限公司	A-60	P12-230205	YY 0053-2016; 国械注准 20213100103	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
786	一次性使用 空心纤维血 液透析器	佛山市	江西三鑫医疗科 技股份有限公司	佛山市三水区 人民医院	SM200H	B2230217	YY 0053-2016; 国械注准 20153102199	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
787	空心纤维血 液透析器	佛山市	注册人:费森尤斯 医药用品股份及 两合公司;代理 人:费森尤斯医药 用品(上海)有限 公司	佛山市第一人 民医院(中山 大学附属佛山 医院)	FX10 F0005861	D8FD26101	YY 0053-2016; 国械注进 20193101928	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
788	血液净化装 置的体外循 环回路	佛山市	河南省驼人医疗 科技有限公司	佛山市高明区 人民医院	TR-III B-003	202303008	YY 0267-2016; 国械注准 20163100858	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

789	血液净化装置体外循环水路	佛山市	河南省驼人医疗科技有限公司	广东省中西医结合医院	TR-III B-002	202303002	YY 0267-2016; 国械注准 20163100858	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
790	血液净化装置体外循环水路	佛山市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛山市三水区人民医院	22-B	批 20230518	YY 0267-2016; 国械注准 20163100469	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
791	臂式电子血压计	佛山市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	佛山大参林连锁药店有限公司江湾分店	2005-1	P23023119. 1	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
792	电子血压计	佛山市	欧姆龙(大连)有限公司	佛山市华康医疗器械设备有限公司	HEM-8102K	202211L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
793	臂式电子血压计	佛山市	青岛雅世医疗器械有限公司	佛山大参林连锁药店有限公司江湾分店	JN-163D	AH20221021	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
794	臂式电子血压计	佛山市	青岛雅世医疗器械有限公司	佛山大参林连锁药店有限公司三水耀康分店	JN-163C	AA20230222	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
795	臂式电子血压计	佛山市	青岛雅世医疗器械有限公司	佛山市顺德区大参林药业有限公司大良兴顺路分店	JN-163C	AA20230516	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
796	电子血压计	佛山市	松下电气机器(北京)有限公司	佛山市华康医疗器械设备有限公司	EW-BU05	20220409	YY 0505-2012; 京械注准 20162070080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
797	一次性使用无菌供氧管	阳江市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	阳西总医院妇女儿童医院	I 型	20230226	粤械注准 20172080480	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

798	一次性使用 无菌供氧管	阳江市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	I 型	20230226	粤械注准 20172080480	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
799	一次性使用 鼻氧管	阳江市	江苏江扬特种橡塑制品有限公司	阳春洲泰医院	双鼻架	20230110	苏械注准 20182560358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
800	一次性使用 鼻氧管	阳江市	苏州新区景欣医疗用品有限公司	阳江市妇幼保健院	双套双鼻	230306	苏械注准 20162081220	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
801	一次性使用 鼻氧管	阳江市	苏州新区景欣医疗用品有限公司	阳江市阳东区妇幼保健院	双套双鼻	230306	苏械注准 20162081220	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
802	一次性使用 鼻氧管	阳江市	扬州华越科技发展有限公司	阳江市海陵岛海陵卫生院	头套式 双 鼻塞	20221105	苏杨械备 20190246	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
803	一次性使用 腰硬联合麻 醉穿刺套件	阳江市	河南驼人医疗器械集团有限公司	阳江市海陵岛经济开发试验区人民医院	AS-S 腰麻 硬膜外联 合套件,麻 醉用针规 格: AN-S1 型 7# (07mm× 90mm)	20230418A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
804	一次性使用 麻醉穿刺套 件	阳江市	江苏华泰医疗器械有限公司	阳春市中医院	AS-S	20230315	国械注准 20183081517	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
805	一次性使用 麻醉穿刺包	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳春市人民医院	AS-E/S	20230322	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

806	一次性使用麻醉穿刺包	阳江市	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	阳西总医院	AS-E/S II	01230316	国械注准 20153082169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
807	一次性使用麻醉穿刺套件	阳江市	深圳市益心达医学新技术有限公司	阳江市阳东区人民医院	AS-E/S II	323080285	国械注准 20173080223	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
808	一次性使用麻醉穿刺包	阳江市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	阳江市中医医院	AS-E/SII-01(腰硬联合麻醉套件)	23061207	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
809	消融电极	阳江市	广东百生医疗器械股份有限公司	阳西总医院中医医院阳西县中医院	OBS-Db	XR20221002	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
810	消融电极	阳江市	深圳市美成医疗用品有限公司	阳江市人民医院	MD1000C	2205121000	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20172011523	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
811	一次性使用手术电极	阳江市	苏州医疗用品厂有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	有指撇开关 刀头 69mm	220602	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏 械注准 20152010140	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
812	一次性使用静脉留置针	阳江市	广东百合医疗科技股份有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	22G Y型	YD2-230129	YY 1282-2016; 国械注准 20153141532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
813	一次性使用输血器	阳江市	广东龙心医疗器械有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	TS-V2	20220715	GB 8369.1- 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

814	一次性使用输血器	阳江市	广东龙心医疗器械有限公司	阳江市中医医院	TS-V2	20230201	GB 8369.1—2019; 国械注准20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
815	一次性使用输血器带针	阳江市	河南曙光健士实业发展有限公司	阳江市公共卫生语音	0.9×27 TW LB	批 230320	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
816	一次性使用输血器带针	阳江市	河南曙光健士实业发展有限公司	阳江市阳东区人民医院	A-0.9×27 TW LB	批 230409	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
817	一次性使用输血器带针	阳江市	河南曙光健士实业发展有限公司	阳春市妇幼保健院	0.9×27 TW LB	230320	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
818	一次性使用输血器带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳春市中医院	B 型	批 20221201	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
819	一次性使用输血器带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳江市阳东区妇幼保健院	B 型 0.9mm	批 20221201	GB 8369.1—2019; 国械注准20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
820	一次性使用输血器带针	阳江市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	阳西总医院妇女儿童医院	TS055	K20221129	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
821	一次性使用输液器带针	阳江市	广东龙心医疗器械有限公司	阳江市中医医院	IS-G-V3	20230612	GB 8368—2018; 国械注准20163140655	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
822	一次性使用输液器带针	阳江市	广东龙心医疗器械有限公司	阳江高新技术产业开发区人民医院	IS-G-Z-V3	20230413	GB 8368—2018; 国械注准20173140816	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
823	一次性使用输液器带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳东养可肾析血液透析中心	B1-1	批 20230330	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

824	一次性使用输液器带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳江市海陵银海医院	B1-1	批 20221227	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
825	一次性使用输液器带针	阳江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳春市人民医院	B1-1	批 20230303	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
826	一次性使用输液器带针	阳江市	上海宝舜医疗器械有限公司	阳春市马水卫生院	IS-GIV	230428	GB 8368—2018； 国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
827	一次性使用输液器带针	阳江市	上海金塔医用器材有限公司	广东省织篁农场医院	JT-ZIS-1 C1	20220915	GB 8368—2018； 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
828	一次性使用精密过滤输液器带针	阳江市	上海金塔医用器材有限公司	阳江市公共卫生医院	JT-JM	20230607	GB 8368—2018； 国械注准 20153140289	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
829	一次性使用精密过滤输液器带针	阳江市	上海金塔医用器材有限公司	阳江市公共卫生医院	JT-JM	20230503	GB 8368—2018； 国械注准 20153140289	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
830	空心纤维血液透析器	阳江市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	阳江市人民医院	B-14PF	2303100360	YY 0053-2016； 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
831	一次性使用血液透析管路	阳江市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	阳春恒健血液透析中心	BAIN-BL-0 04HP	2201102192	YY 0267-2016； 国械注准 20223101315	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
832	臂式电子血压计	阳江市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	阳江大森林连锁药店有限公司兴平分店	2005-1	P23023119- 3	YY 0505-2012； 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
833	电子血压计(臂式)	阳江市	可孚医疗科技股份有限公司	阳江市海陵区青枣医药有限公司	KF-65C	P02304014	YY 0505-2012； 湘械注准 20162070322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

834	电子血压计	阳江市	欧姆龙(大连)有限公司	阳江市海陵区青枣医药有限公司	HEM-8102K	202211L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
835	一次性使用鼻氧管	湛江市	江苏华夏医疗器械有限公司	雷州市中医医院	A型斗状单鼻塞(小号)	2022年12月05日	苏械注准 20162081243	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
836	一次性使用鼻氧管	湛江市	江苏华夏医疗器械有限公司	廉江市妇幼保健院	A型管状双鼻塞(中号)	2023年02月05日	苏械注准 20162081243	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
837	鼻氧管	湛江市	茂名市德力康医疗科技有限公司	遂溪县城月镇中心卫生院	双腔式	20220909	粤茂械备 20180001号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
838	鼻氧管	湛江市	茂名市德力康医疗科技有限公司	湛江岭南骨科医院	双腔式	20221103	粤茂械备 20190001号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
839	一次性使用鼻氧管	湛江市	如皋市恒康医疗器材有限公司	徐闻县妇幼保健院	双鼻式	20230106	苏械注准 20172080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
840	一次性使用鼻氧管	湛江市	苏州市日月星塑胶有限公司	湛江市霞山区妇幼保健院	单鼻环通型	20230403	苏械注准 20182080377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
841	一次性使用鼻氧管	湛江市	扬州市永安医疗器械有限公司	吴川市妇幼保健计划生育服务中心	双鼻架中号	20230408	苏械注准 20172082549	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
842	一次性使用无菌腰椎穿刺包	湛江市	佛山特种医用导管有限责任公司	雷州骨科医院	9#	2022-12-28	国械注准 20173140222	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
843	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	湛江市	河南驼人医疗器械集团有限公司	湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心	AS-E/S II (腰硬硬膜外联合套件) I型	202304007	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

844	一次性使用麻醉穿刺包	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	湛江滨海医院有限公司	AS-E/S	批 20221122	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
845	一次性使用麻醉穿刺包	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东耀博贸易有限公司	AS-E	批 20230112	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
846	一次性使用麻醉穿刺包	湛江市	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	霞山区妇幼保健院	AS-E/S II	01230303	国械注准 20153082169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
847	一次性使用麻醉穿刺包	湛江市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	徐闻县人民医院	AS-N-01(神经阻带套件)	22111102	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
848	一次性使用单极手术电极	湛江市	金华市康佳医疗器械厂	湛江中心人民医院	KJ-4	20220512	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 浙 械注准 20152010742	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
849	一次性使用输血器带针	湛江市	河南曙光健士实业发展有限公司	雷州骨科医院	B-0.9×27 TW LB	220815	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
850	一次性使用输血器带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	遂溪县中医院	B 型 /0.9mm	批 20230312	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
851	一次性使用输血器带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	湛江中心人民医院	B 型 /0.9mm	批 20221231	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
852	一次性使用输血器带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	湛江岭南医院有限公司	B 型 配针 规格: 0.9mm	批 20221212	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

853	一次性使用 输血器 带 针	湛江市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	廉江市妇幼保 健院	B 型	批 20230409	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
854	一次性使用 输血器 带 针	湛江市	江西益康医疗器 械集团有限公司	徐闻县人民医 院	A-2 0.9× 26TWLB	批 221204	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101509	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
855	一次性使用 输血器	湛江市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	广东省农垦中 心医院	带针	批 20230901	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
856	一次性使用 输血器 带 针	湛江市	圣光医用制品股 份有限公司	湛江市巨光医 疗器械有限公司	SGB2	批 20230211	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153102213	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
857	一次性使用 输血器 带 针	湛江市	稳健平安医疗科 技(湖南)有限公 司	湛江市坡头区 龙头镇中心卫 生院	TS1 0.9	20230209	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153100968	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
858	一次性使用 输血器 带 针	湛江市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	吴川市妇幼保 健计划生育服 务中心	TS. AD-1 0.9×28mm	20221119	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
859	一次性使用 精密过滤输 液器 带针	湛江市	北京伏尔特技术 有限公司	国药控股湛江 有限公司	PT-20T/5	批 2306026	GB 8368—2018; 国械注准 20143141847	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
860	一次性使用 输液器 带 针	湛江市	江苏康友医用器 械有限公司	廉江市中医院	IS-GA6	20221018	GB 8368—2018; 国械注准 20173144082	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
861	一次性使用 输液器 带 针	湛江市	江西丰临医用器 械有限公司	徐闻县药材公 司	A1-2TS	批 20230506D	GB 8368—2018; 国械注准 20163140358	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
862	一次性使用 输液器 带 针	湛江市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	湛江岭南医院 有限公司	B1-1	批 20230627	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

863	一次性使用输液器带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	吴川德信综合门诊部	B1-1	批 20230429	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
864	一次性使用输液器带针	湛江市	江西洪达医疗器械集团有限公司	坡头平安医院	自动止液Z-1L型	批 20230301	GB 8368—2018； 国械注准 20153140034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
865	一次性使用输液器带针	湛江市	上海金塔医用器材有限公司	湛江市康正医药有限责任公司	JT-ZIS-1C1	20221210	GB 8368—2018； 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
866	一次性使用输液器	湛江市	上海正邦医疗科技有限公司	广东省农垦中心医院	SYS-4CN	20230626	GB 8368—2018； 国械注准 20153140997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
867	一次性使用输液器带针	湛江市	浙江欧健保灵医疗设备有限公司	湛江中心人民医院	AQa-2	批 20221112	GB 8368—2018； 国械注准 20173140691	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
868	空心纤维血液透析器	湛江市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	廉江百伦血液透析中心	B-20HF	2203102729	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
869	电子血压计	湛江市	欧姆龙(大连)有限公司	湛江市巨光医疗器械有限公司	HEM7121	202009L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
870	电子血压计	湛江市	欧姆龙(大连)有限公司	湛江市益民大药房连锁有限公司吴川中心市场店	L10	202207L	YY 0505-2012； 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
871	手臂式全自动电子血压计	湛江市	深圳市家康科技有限公司	广东龙友凯大医药连锁有限公司坡头分店	BP368A	B220829	YY 0505-2012； 粤械注准 20162070419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

872	手腕式全自动电子血压计	湛江市	深圳市家康科技有限公司	广东龙友凯大医药连锁有限公司麻章金川分店	BP168W	B211113	YY 0505-2012; 粤械注准 20162200421	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
873	臂式电子血压计	湛江市	苏鱼跃医疗设备股份有限公司	湛江市民强药房有限公司	YE655D	230413	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
874	医用冷敷贴	茂名市	宝丽(广东)生物科技有限公司	信宜市东镇东方美容院	椭圆形	220310A1	粤禅械备 20210179号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
875	一次性使用鼻氧管	茂名市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	茂名市茂南区人民医院	SY-2000	230103	豫械注准 20212080837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
876	一次性使用鼻氧管	茂名市	茂名市德力康医疗科技有限公司	茂名市德力康医疗科技有限公司	成人双腔式: 2米	20230401	粤械注准 20222080963	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
877	一次性使用鼻氧管	茂名市	南通三利医疗器械有限公司	信宜市妇幼保健院	单鼻塞(大)	20220919	苏械注准 20172561997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
878	一次性使用鼻氧管	茂名市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	茂名市电白区麻岗镇卫生院	B型 双鼻架: 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
879	一次性使用鼻氧管	茂名市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	高州市中医院	B型 双鼻架 大号	20230503	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
880	一次性使用鼻氧管	茂名市	扬州市松田医疗器械有限公司	广东云佳医疗器械有限公司	鼻架式	20230410	苏械注准 20172080381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

881	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	茂名市	河南驼人医疗器械集团有限公司	广东云佳医疗器械有限公司	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II型	202305008	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
882	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	茂名市	河南驼人医疗器械集团有限公司	茂名和家宝妇女儿童医院有限公司	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) III型	202304003	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
883	一次性使用麻醉穿刺套件	茂名市	江苏省永宁医疗器械有限公司	高州市妇幼保健院	AS-E	20230403	国械注准 20183080504	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
884	一次性使用麻醉穿刺包	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	信宜市妇幼保健院	AS-E/S	批 20221222	国械注准 20173084575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
885	一次性使用麻醉穿刺包	茂名市	浙江伏尔特医疗器械股份有限公司	茂名市电白区人民医院	AS-E/S II	20221105	国械注准 20173084170	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
886	一次性使用导尿管	茂名市	江苏华泰医疗器械有限公司	茂名和家宝妇女儿童医院有限公司	4.0mm (Fr12)	20230131	YY 0325-2016; 苏械注准 20182140168	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
887	高频消融止血电极	茂名市	安能医疗器械(常熟)有限公司	高州市人民医院	ANONG-II 一支装	20221020	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏械注准 20152010884	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
888	消融电极	茂名市	东莞市泰科医疗器械有限公司	化州市人民医院	TD1-5 不锈钢收缩型	22110101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

889	消融电极	茂名市	广东百生医疗器械股份有限公司	信宜市中医院	OBS-Db	XR20230315	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
890	一次性使用 输血器	茂名市	江苏康友医用器 械有限公司	高州市妇幼保 健院	TSE2	20221221	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153100984	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
891	一次性使用 输血器 带 针	茂名市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	茂名市电白区 人民医院	B 型 /0.9mm	20230312	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
892	一次性使用 输血器 带 针	茂名市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	信宜是人民医 院	0.9mm/B 型	批 20230214	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
893	一次性使用 输血器 带 针	茂名市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	茂名市电白区 妇幼保健院	B 型 0.9mm	批 20230214	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
894	一次性使用 输血器	茂名市	山东威高集团医 用高分子制品股 份有限公司	茂名市妇幼保 健院	带针 0.9 × 26mmTWLB	批 20230101	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
895	一次性使用 输血器 带 针	茂名市	上海康德莱企业 发展集团股份有 限公司	广东云佳医疗 器械有限公司	TS001	K20221229	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
896	一次性使用 输血器 带 针	茂名市	圣光医用制品股 份有限公司	茂名市茂南区 人民医院	SGB2 0.9 ×28TWLB	批 20230510	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153102213	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
897	一次性使用 输液器 带 针	茂名市	河南曙光健士实 业发展有限公司	茂名市电白区 龙山卫生院	HFA	批 230225	GB 8368—2018; 国械注准 20153141090	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

898	一次性使用输液器带针	茂名市	河南曙光健士实业发展有限公司	茂名市和丰药业有限公司	TA	批 230706	GB 8368—2018； 国械注准 20163140239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
899	一次性使用精密过滤输液器	茂名市	湖北楚天药业有限责任公司	茂名市电白区消化研究所附属医院	TJ1	20230328	GB 8368—2018； 国械注准 20173141422	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
900	一次性使用输液器带针	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	化州市妇幼保健院	B1-1	批 20230602	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
901	一次性使用输液器带针	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	广东三环药业有限公司	B1-1	批 20230619	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
902	一次性使用输液器带针	茂名市	江西洪达医疗器械集团有限公司	茂名市电白区电城中心卫生院	B1-1	批 20230206	GB 8368—2018； 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
903	一次性使用输液器带针	茂名市	江西侨明医疗器械有限公司	茂名益康心理康复医院	B21	批 20230117	GB 8368—2018； 国械注准 20163140381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
904	一次性使用输液器带针	茂名市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	茂名市第三人民医院	IVA323	C20211104	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
905	空心纤维血液透析滤过器	茂名市	注册人：费森尤斯医药用品股份及两合公司；代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司	茂名市电白区民康医院	FX80	E2ZC06100	YY 0053-2016； 国械注进 20153103111	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
906	一次性无菌血液回路	茂名市	广东百合医疗科技股份有限公司	茂名市电白区第二人民医院	FB-A001V05	A40-230530X	YY 0267-2016； 国械注准 20153101911	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

907	一次性无菌血液回路	茂名市	广东百合医疗科技股份有限公司	茂名市人民医院	FB-A001V05	A40-230620X	YY 0267-2016; 国械注准 20153101911	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
908	臂式电子血压计	茂名市	青岛雅世医疗器械有限公司	茂名大参林连锁药店有限公司信宜分店	JN-163C	AA20230222	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
909	上臂式电子血压计	茂名市	尚钧医疗科技(安徽)有限公司	化州市桔城药业有限公司河东分店	CH155f	2208	YY 0505-2012; 皖械注准 20182200080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
910	一次性使用无菌鼻氧管	肇庆市	佛山市南海奥利华医疗器械有限公司	肇庆市鼎湖区莲花镇卫生院	成人型	21062501	粤械注准 20182660092	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
911	一次性使用鼻氧管	肇庆市	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	德庆县妇幼保健院	成人双孔	202303005	豫械注准 20202080631	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
912	一次性使用鼻氧管	肇庆市	如皋市恒康医疗器材有限公司	肇庆市端州区妇幼保健院	头环式 1.5M	20220920	苏械注准 20172080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
913	一次性使用鼻氧管	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	肇庆康德莱医疗供应链有限公司	成人型	批 K20230221	沪械注准 20212080476	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
914	一次性使用鼻氧管	肇庆市	苏州新区景欣医疗用品有限公司	广宁县中医院	双套双鼻	221128	苏械注准 20162081220	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
915	一次性使用鼻氧管	肇庆市	苏州新区明基高分子医疗器械有限公司	肇庆泓强康复医院	双套双鼻	20230129	苏械注准 20172081762	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
916	一次性使用鼻氧管	肇庆市	扬州华越科技发展有限公司	广东省封开县中医院	头套式 双鼻塞	20230105	苏杨械备 20190246	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

917	一次性使用鼻氧管	肇庆市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	怀集县妇幼保健院	B型 双鼻架 大号	20230505	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
918	一次性使用鼻氧管	肇庆市	扬州市松田医疗器械有限公司	肇庆市鼎湖区中医院	鼻架式	20221009	苏械注准 20172080381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
919	一次性使用鼻氧管	肇庆市	扬州洋生医药科技有限公司	肇庆市高要区蚬岗镇卫生院	鼻架式	20230303	苏械注准 20172080640	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
920	一次性使用麻醉穿刺包	肇庆市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	广宁县人民医院	AS-E/S	批 230227	国械注准 20153081853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
921	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	肇庆市	河南驼人医疗器械集团有限公司	德庆县中医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I型	202305022	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
922	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	肇庆市	河南驼人医疗器械集团有限公司	封开县人民医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) II型	202305009	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
923	一次性麻醉穿刺套件	肇庆市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	肇庆市端州区妇幼保健院	AS-E/S II	批 20220825A	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
924	一次性麻醉穿刺套件	肇庆市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	四会市妇幼保健院	AS-E/SII II型硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺套件	20221024B	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

925	消融电极	肇庆市	东莞市泰科医疗器械有限公司	东莞市泰科医疗器械有限公司	TD1-0 普通不锈钢型	23040601	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
926	消融电极	肇庆市	广东百生医疗器械股份有限公司	肇庆泓强康复医院	OBS-Db	XR20220808	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
927	消融电极	肇庆市	广东百生医疗器械股份有限公司	肇庆市端州区华佗医院	OBS-Db	XR20220808	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
928	一次性使用输血器	肇庆市	广东龙心医疗器械有限公司	国药集团肇庆市医疗器械有限公司	TS-V2	20230525	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20153101835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
929	一次性使用输血器带针	肇庆市	广州花山医用塑料厂	德庆县中医院	A-1 配 0.9× 28TWSB	20230403	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
930	一次性使用输血器带针	肇庆市	广州花山医用塑料厂	封开县中医院	A-1 0.9× 28TWSB	20230214	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
931	一次性使用输血器带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	肇庆市高要区中医院	B 型 0.9mm	批 20230323	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
932	一次性使用输血器	肇庆市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	怀集县中医院	带针 0.9 × 26mmTMLB	批 20220911	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

933	一次性使用输血器	肇庆市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	肇庆市瑞州区人民医院	带针 0.9×26mm TWLB	批 20230421	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
934	一次性使用输血器带针	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中山大学附属第三医院肇庆医院	TS062	K20220907	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
935	一次性使用输血器带针	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	肇庆市高新技术产业开发区人民医院	TS055	K20221001	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
936	一次性使用输血器带针	肇庆市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	广宁县人民医院	TS001	K20221107	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
937	一次性使用输液器带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	德庆县妇幼保健院	B1-1	20230518	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
938	一次性使用输液器带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	四会市民健医药有限公司	B1-1	批 20230509	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
939	一次性使用输液器带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	肇庆市高新区新时代专科医院	B1-1	批 20221101	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
940	一次性使用输液器带针	肇庆市	江西洪达医疗器械集团有限公司	怀集县中医院	B1-1	批 20221223	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
941	一次性使用输液器带针	肇庆市	上海宝舜医疗器械有限公司	封开县第二人民医院	IS-G	230414	GB 8368—2018; 国械注准 20143142349	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
942	一次性使用输液器带针	肇庆市	上海金塔医用器材有限公司	肇庆市德康医疗区科技有限公司	JT-ZIS-1 C1	20230621	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

943	空心纤维血液透析器	肇庆市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	四会百伦血液透析中心	B-14PF	2203101482	YY 0053-2016; 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
944	空心纤维血液透析滤过器	肇庆市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司; 代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	肇庆高要康尼戴斯血液透析中心	FX CorDiax 80	D8FB27100	YY 0053-2016; 国械注进 20173102117	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
945	一次性使用血液透析管路	肇庆市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	肇庆长生血液透析中心	BAIN-BL-0 04EP	2301109432	YY 0267-2016; 国械注准 20223101315	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
946	血液净化装置的体外循环回路	肇庆市	山东威高血液净化制品股份有限公司	封开县第二人民医院	JRHLL-020	23040411	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
947	臂式电子血压计	肇庆市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	肇庆大参林药店有限公司鼎湖雅苑分店	2005-1	P23023119- 2	YY 0505-2012; 粤械注准 20172071481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
948	臂式电子血压计	肇庆市	江西掌护医疗科技有限公司	肇庆市溪草堂大药房有限公司	X5	X5230213	YY 0505-2012; 赣械注准 20212070017	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
949	电子血压计	肇庆市	欧姆龙(大连)有限公司	肇庆市健和医药有限公司广宁大药房分店	HEM-8613	201908L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070037	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
950	电子血压计	肇庆市	欧姆龙(大连)有限公司	肇庆市溪草堂大药房有限公司	L15	202207L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

951	医用防护口罩(无菌型)头戴式	清远市	湘西惠康医疗器械有限公司	连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院	密合拱型头戴式(D)DD型“横径:16±1,纵径:11±1”(单位:cm)	HKYL221103DW	湘械注准20202141572	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
952	一次性使用鼻氧管	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	英德市横石塘镇卫生院	成人型	批 20221002	赣械注准20162080292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
953	一次性使用鼻氧管	清远市	苏州伟康医疗器械有限公司	清远市清新区太平镇卫生院	I型:双鼻型(大号)	20220915	苏械注准20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
954	一次性使用鼻氧管	清远市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	连南瑶族自治县人民医院	B型 双鼻架:大号	20220703	苏械注准20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
955	一次性使用鼻氧管	清远市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	佛冈县人民医院	B型 双鼻架:大号	20220903	苏械注准20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
956	预冲式冲管注射器	清远市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	清远市清新区人民医院	不带针WGCZ 10ml	批 202305174	国械注准20183141666	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
957	一次性麻醉穿刺套件	清远市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	阳山县人民医院	AS-E/SII	20221017A	国械注准20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
958	一次性使用麻醉穿刺包	清远市	江西奥格兰医疗器械有限公司	连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	AS-E/S II	20230227	国械注准20173080515	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
959	一次性使用麻醉穿刺包	清远市	扬州洋生医药科技有限公司	英德市东华镇中心卫生院	AS-E/S II	20230103	国械注准20173080912	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

960	一次性使用麻醉穿刺包	清远市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	连山壮族瑶族自治县人民医院	AS-E/S II-01(腰椎联合麻醉套件)	22102820	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
961	一次性使用麻醉穿刺包	清远市	浙江海圣医疗器械股份有限公司	佛冈县人民医院	AS-E IS II(腰硬联合麻醉包)	批 23011408	国械注准 20173084119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
962	消融电极	清远市	广东百生医疗器械股份有限公司	清远市中医院	OBS-Db	XR20230315	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
963	消融电极	清远市	荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司	广东省妇幼保健院	WP200-P10 S	P2226013	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011390	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
964	一次性使用单极手术电极	清远市	浙江省金华市华通医疗器械有限公司	广东省英德市人民医院	HT-1	20230401	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 浙 械注准 20162010692	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
965	一次性取卵针	清远市	瑞利芙瑞典有限公司 VitrolifeSweden AB(代理人:瑞利芙(北京)技术服务有限公司)	清远市人民医院	17168	042737	国械注进 20152180053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

966	双腔取卵针	清远市	注册人: WilliamA. CookAustralia,Pty.Ltd. 库克澳大利亚有限公司; 代理人: 库克(中国)医疗贸易有限公司	清远市人民医院	K-OPSD-16 35-B-L	A1083885	国械注进 20142186116	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
967	一次性使用输血器带针	清远市	广州花山医用塑料厂	清远市清城区源潭镇卫生院	A-1 配 0.9 ×28TWSB	20220519	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
968	一次性使用输血器带针	清远市	广州花山医用塑料厂	阳山县人民医院	A-1 配 0.9 ×28TWSB	20230403	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
969	一次性使用输血器带针	清远市	广州花山医用塑料厂	清远市清城区石角镇卫生院	A-1 0.9 ×28TWSB	20230214	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
970	一次性使用输血器带针	清远市	广州花山医用塑料厂	连山瑶族自治县人民医院	A-1 0.9× 28TWSB	20230403	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
971	一次性使用输血器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连州市人民医院	0.9mm/B 型	批 20230113	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
972	一次性使用输血器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	5F 型号:B 型	批 20230325	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
973	一次性使用输血器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	清远市清新区人民医院	B 型	批 20230131	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
974	一次性使用输血器带针	清远市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	佛冈县中医院	TS062	k20220718	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

975	一次性使用输液器带针	清远市	上海康德莱企业发展集团有限公司	英德市浛洸镇中心卫生院	TS001	k20221217	GB 8369.1—2019; 国械注准20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
976	一次性使用输液器带针	清远市	河南曙光健士实业发展有限公司	钟有荣诊所	TA	PI 230515	GB 8368—2018; 国械注准20163140239	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
977	一次性使用输液器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连山惠民综合门诊部	B1-1	批 20230411	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
978	一次性使用输液器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	阳山县妇幼保健院	B1-1	批 20230112	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
979	一次性使用输液器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	连州市星子镇中心卫生院	B1-1	批 20200708	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
980	一次性使用输液器带针	清远市	江西洪达医疗器械集团有限公司	佛冈县中医院	B1-1	批 20230109	GB 8368—2018; 国械注准20193141756	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
981	一次性使用输液器带针	清远市	稳健平安医疗科技(湖南)有限公司	连南瑶族自治县大坪卫生院	A4	20230227	GB 8368—2018; 国械注准20183141589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
982	空心纤维血液透析器	清远市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	连州市连川镇中心卫生院	B-18HF	2303100491	YY 0053-2016; 国械注准20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
983	空心纤维血液透析器	清远市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	清远市清新区人民医院	B-16PF	2303100906	YY 0053-2016; 国械注准20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
984	数字式电子血压计	清远市	东阿阿华医疗科技有限公司	清远市清城区龙塘镇卫生院	DXB-7	23010701	YY 0505-2012; 鲁械注准20152070203	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

985	电子血压计	清远市	欧姆龙(大连)有限公司	阳山县中医院	HEM-8102K	202207L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
986	智能臂式电子血压计	清远市	天津九安医疗电子股份有限公司	清远大参林连锁药店有限公司英德西牛沿堤分店	KD-5965	2302230110 01	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
987	一次性使用医用口罩	潮州市	广东悦斯科技有限公司	广东悦斯科技有限公司	17.5× 9.5cm	20230421	粤械注准 20202141139	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
988	一次性使用鼻氧管	潮州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	潮州市潮安区彩塘镇卫生院	SY-2000	批 230506	豫械注准 20212080837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
989	一次性使用鼻氧管	潮州市	江苏省长丰医疗实业有限公司	饶平县钱东中心卫生院	双鼻架式	20230103	苏械注准 20172080232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
990	一次性使用鼻氧管	潮州市	如皋市恒康医疗器材有限公司	潮州市湘桥区妇幼保健院	婴儿式 1.5M	20221012	苏械注准 20172080563	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
991	一次性使用鼻氧管	潮州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	潮州市湘桥区人民医院	B型 双 鼻架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
992	一次性使用鼻氧管	潮州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	潮州市恒好医疗有限公司凤山综合门诊部	B型 双 鼻架	20211105	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
993	一次性使用鼻氧管	潮州市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	饶平县妇幼保健院	B型 双 鼻架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
994	一次性使用鼻氧管	潮州市	扬州市明星医塑器材有限公司	饶平县中医医院	头挂式	20221115	苏械注准 20162080984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

995	一次性使用鼻氧管	潮州市	扬州市明星医塑器材有限公司	潮州市湘桥区西湖社区环城西路门诊所	头挂式	20220616	苏械注准 20162080984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
996	一次性使用无菌胸腔穿刺包	潮州市	佛山特种医用导管有限责任公司	暨南大学附属第一医院潮汕医院	16#	230530	国械注准 20173140234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
997	一次性使用麻醉穿刺包	潮州市	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	潮州市潮安区庵埠华侨医院	AS-E/S	批 220803	国械注准 20153081853	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
998	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	潮州市	河南驼人医疗器械集团有限公司	潮安九洲医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) III型 AN-E/S II 1.6×80mm 0.5× 113mm	202303008	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
999	消融电极	潮州市	东莞市泰科医疗器械有限公司	潮州市潮安区庵埠华侨医院	TD1-1 普通型	22101901	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20192010280	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1000	高频手术电极	潮州市	上海贝敦克医疗电子有限公司	饶平县鑫业医疗器械有限公司	BG-4-S	20230101	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 沪 械注准 20192010541	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1001	动静脉留置针	潮州市	注册人: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd ; 代理人: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	潮州诚德潮汕骨伤科医院有限公司	4254090B	22M13G8261	YY 1282-2016; 国械注进 20143145025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1002	一次性使用输血器带针	潮州市	河南曙光健士实业发展有限公司	潮州市潮安区人民医院	B-0.9×27 TW LB	批 220216	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1003	一次性使用输血器带针	潮州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	潮州市潮安区浮洋中心卫生院	0.9mm B 型	批 20230326	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1004	一次性使用输血器带针	潮州市	江西洪达医疗器械集团有限公司	饶平县妇幼保健院	B 型	批 20230326	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1005	一次性使用输血器带针	潮州市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	饶平县中医医院	TS001	K20221202	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1006	一次性使用输液器带针	潮州市	广西北仑河医科工业集团有限公司	潮州市潮安区江东卫生院	A-1	20230112	GB 8368—2018; 国械注准 20173140830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1007	一次性使用输液器带针	潮州市	江西丰临医用器械有限公司	潮州市湘桥区中医医院	A1-2TS	20221009A	GB 8368—2018; 国械注准 20163140358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1008	一次性使用输液器带针	潮州市	上海金塔医用器材有限公司	潮州市潮安区龙湖卫生院	B-2	20221212	GB 8368—2018; 国械注准 20153141827	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1009	一次性使用输液器带针	潮州市	上海金塔医用器材有限公司	潮州市湘桥区意溪卫生院	JT-ZIS-1 C1	20220818	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1010	一次性使用输液器带针	潮州市	上海凯乐输液器厂有限公司	饶平县国药医药有限公司	B3-3	批 20230417	GB 8368—2018; 国械注准 20193141935	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1011	血液净化装置的体外循环回路	潮州市	山东威高血液净化制品股份有限公司	潮州市潮安区人民医院	JRHLL-020	23021621	YY 0267—2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1012	电子血压计	潮州市	松下电气机器(北京)有限公司	潮州市湘桥区铁铺卫生院	EW-BU05	20220707	YY 0505-2012; 京械注准 20162070080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1013	一次性使用 无菌吸氧管	揭阳市	北京金新兴医疗器械厂	普宁市洪阳镇 卫生医院	鼻导管吸 氧管双鼻 孔: 成人	23032104	京械注准 20152080299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1014	一次性使用 无菌吸氧管	揭阳市	北京金新兴医疗器械厂	普宁市洪阳镇 中心卫生院	成人双鼻 孔鼻导管 吸氧管	23033005	京械注准 20152080299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1015	一次性使用 吸氧管	揭阳市	河南亚都实业有限公司	揭阳市中医院	双鼻架 2.5米	2302CI1181	豫械注准 20182080730	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1016	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	揭阳市榕城区 渔湖街道社区 卫生服务中心	B型 双鼻 架: 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1017	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	惠来县人民医院	B型 双鼻 架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1018	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	揭阳市人民医 院	B型 双鼻 架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1019	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	普宁市人民医 院	A型 单塞 中号	20220703	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1020	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	普宁市人民医 院	A型 单塞 中号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1021	一次性使用 鼻氧管	揭阳市	扬州市明星医塑器材有限公司	普宁华侨医院	头挂式	20221115	苏械注准 20162080984	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1022	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	揭阳市	河南驼人医疗器械集团有限公司	惠来县人民医院	AS-E/S II (腰麻硬膜外联合套件) I 型	20230417	国械注准 20153080652	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1023	一次性使用麻醉穿刺包	揭阳市	河南驼人医疗器械集团有限公司	揭阳市人民医院	AS-E	202304010	国械注准 20153080654	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1024	一次性麻醉穿刺套件	揭阳市	江苏省华星医疗器械实业有限公司	普宁市人民医院	AS-E/SI I 型硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺套件	20230215B	国械注准 20163082381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1025	一次性使用麻醉穿刺包	揭阳市	上海埃斯埃医疗技术有限公司	普宁市洪阳镇中心卫生院	AS-E/S II 1.6/0.5	F2022272	国械注准 20163082104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1026	消融电极	揭阳市	广东百生医疗器械股份有限公司	揭阳市揭东区锡场卫生院	OBS-Dt	XR20221021	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1027	消融电极	揭阳市	广东百生医疗器械股份有限公司	普宁华侨医院	OBS-Db	XR20221202	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20152011426	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1028	消融电极 (多功能手术解剖器)	揭阳市	南昌华安众辉健康科技股份有限公司	普宁还是人民医院	A5	A229010	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣械注准 20192010184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1029	取卵器	揭阳市	太平洋康泰科学仪器(济南)有限公司	揭阳爱维艾夫医院	双腔取卵器 C-351780-PL	230320	鲁械注准 20152180129	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1030	一次性使用输血器带针	揭阳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	普宁市人民医院	B型 0.9mm	批 20220518	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1031	一次性使用输血器带针	揭阳市	江西洪达医疗器械集团有限公司	国裕医院	B型 0.9mm	批 20221226	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1032	一次性使用输血器	揭阳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	揭阳市人民医院	带针 0.9 ×26mm TWLB	批 20230321	GB 8369.1—2019; 国械注准 20173101023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1033	一次性使用输血器带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	揭阳市慈云医院	TS001	K20221008	GB 8369.1—2019; 国械注准 20163100669	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1034	一次性使用输血器带针	揭阳市	浙江灵洋医疗器械有限公司	惠来县人民医院	TS. AD-1 型	批 20230101	GB 8369.1—2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1035	一次性使用输液器带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	A1	20230512	GB 8368—2018; 国械注准 20173141047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1036	一次性使用输液器带针	揭阳市	广西北仑河医科工业集团有限公司	同裕医院	A-1	20230201	GB 8368—2018; 国械注准 20173140830	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1037	一次性使用输液器带针	揭阳市	河南曙光健士实业发展有限公司	普宁华侨医院	A型	批 230424	GB 8368—2018; 国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1038	一次性使用输液器带针	揭阳市	河南曙光健士实业发展有限公司	揭阳市榕城区炮台镇中心卫生院	A型	批 230503	GB 8368—2018; 国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1039	一次性使用输液器带针	揭阳市	河南曙光健士实业发展有限公司	普宁华侨医院	A型	批 230415	GB 8368—2018； 国械注准 20163140589	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1040	一次性使用输液器带针	揭阳市	湖北仙明医疗器械有限公司	普宁市人民医院	B2	批 20230115	GB 8368—2018； 国械注准 20183141621	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1041	一次性使用输液器带针	揭阳市	湖北仙明医疗器械有限公司	普宁市人民医院	B4	批 20230327	GB 8368—2018； 国械注准 20183141621	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1042	一次性使用输液器带针	揭阳市	南阳市久康医疗器械有限公司	普宁市洪阳镇中心卫生院	A3	批 20230510	GB 8368—2018； 国械注准 20183141843	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1043	一次性使用输液器带针	揭阳市	山东安得医疗用品股份有限公司	惠来县人民医院	SYQ 0.7× 23 TWLB	230329	GB 8368—2018； 国械注准 20193141686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1044	一次性使用输液器	揭阳市	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	揭阳市中医院	带针	批 20230521	GB 8368—2018； 国械注准 20173144107	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1045	一次性使用输液器带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	揭阳市人民医院	IVA323	C20230415	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1046	一次性使用输液器带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	揭阳市慈云医院	IVA327	C20221107	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1047	一次性使用输液器带针	揭阳市	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	揭阳市慈云医院	IVA327	C20230421	GB 8368—2018； 国械注准 20163141319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1048	空心纤维血液透析器	揭阳市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	普宁锦熹血液透析中心	B-16HF	2023100609	YY 0053-2016； 国械注准 20193100377	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1049	空心纤维血液透析器	揭阳市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	普宁锦熹血液透析中心	B-16PF	2203100970	YY 0053-2016; 国械注准 20183100542	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1050	空心纤维血液透析器	揭阳市	注册人:费森尤斯医药用品股份及两合公司; 代理人:费森尤斯医药用品(上海)有限公司	揭阳市人民医院	FX10	D8FD26101	YY 0053-2016; 国械注进 20193101928	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1051	血液透析回路管	揭阳市	善德生化科技股份有限公司	普宁市人民医院	SD-G01	B220905B1	YY 0267-2016; 国械注许 20153100145	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1052	臂式电子血压计	揭阳市	广东润池科技有限公司	广东润池科技有限公司	JHB03-A	RC19000100924	YY 0505-2012; 粤械注准 20152070189	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1053	臂式电子血压计	揭阳市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	揭阳市慈云医院	YE655B	220101	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1054	电子血压计	揭阳市	欧姆龙(大连)有限公司	普宁市人民医院	上臂式 HEM-8102K	202303L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1055	电子血压计	揭阳市	欧姆龙(大连)有限公司	普宁市洪阳镇中心卫生院	HEM-7130	202210L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1056	一次性使用鼻氧管	云浮市	上海祥盛医疗器械厂有限公司	罗定市中医院	双腔 B-2M-I 型	20230216	沪械注准 20182660157	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1057	一次性使用鼻氧管	云浮市	苏州伟康医疗器械有限公司	罗定市第五人民医院	I 型 双鼻型 大号	20221005	苏械注准 20162080020	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1058	一次性使用鼻氧管	云浮市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	新兴县稔村中心卫生院（新兴县第二人民医院）	B型 双鼻架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1059	一次性使用鼻氧管	云浮市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	新兴稔村中心卫生院（新兴县第二人民医院）	B型 双鼻架 大号	20230303	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1060	一次性使用鼻氧管	云浮市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	罗定市红十字会医院	B型 双鼻架 大号	20230102	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1061	一次性使用鼻氧管	云浮市	扬州市桂龙医疗器械有限公司	新兴县中医院	B型 双鼻架 大号	20230503	苏械注准 20162080521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1062	一次性使用鼻氧管	云浮市	扬州亚欧科技发展有限公司	罗定仁爱医院	鼻架式	20230102	苏械注准 20152081248	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1063	一次性使用麻醉穿刺包	云浮市	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	罗定市中医院	AS-E/S II	01230503	国械注准 20153082169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1064	一次性使用导尿管	云浮市	茂名市德力康医疗科技有限公司	新兴县妇幼保健院	4.0mm(12Fr)	20221101	YY 0325-2016; 粤械注准 20192140294	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1065	消融电极	云浮市	荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司	新兴县人民医院	WP200-P10S	P2239004	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20152011390	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/

1066	高频手术电 极刀头	云浮市	深圳华讯角度生 物医疗电子科技 有限公司	郁南县妇幼保 健院	HX-CBDS	220701	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤 械注准 20182010120	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1067	消融电极 (外科手术中 止血装置)	云浮市	唐山天恩科技有 限公司	新兴县人民医 院	SYWDJ-A5	230205	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 冀 械注准 20222010212	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1068	消融电极	云浮市	武汉麦朗医疗科 技有限公司	云浮市人民医 院	ML-DH1	22112901	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20162012293	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1069	一次性使用 输血器带 针	云浮市	广州花山医用塑 料厂	罗定市中医院	A-1 0.9× 28TWSB	20230516	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173100859	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1070	一次性使用 输血器带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市红十会 医院	B 型 0.9mm	批 20230418	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20173104574	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1071	一次性使用 输血器带 针	云浮市	浙江灵洋医疗器 械有限公司	新兴县中医院	TS. AD-1 输液针规 格 0.9× 28mm 输 液针标记: 0.9×28mm TWLB	批 20230311	GB 8369.1— 2019; 国械注准 20193101653	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1072	一次性使用 输液器带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定仁爱医院	B1-1	批 20230522	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

1073	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市人民医 院	B1-1	批 20230624	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1074	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市人民医 院	B1-1	批 20230702	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1075	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市妇幼保 健院	B1-1	批 20230607	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1076	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市妇幼保 健院	B1-1	批 20230518	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1077	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	江西洪达医疗器 械集团有限公司	罗定市红十字 会医院	B1-1	批 20230301	GB 8368—2018; 国械注准 20193141756	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1078	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	上海宝舜医疗器 械有限公司	云浮市云城区 人民医院	IS-GIV	230421	GB 8368—2018; 国械注准 20143142349	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1079	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	上海金塔医用器 材有限公司	新兴县新城镇 卫生院	JT-ZIS-1 C1	20230225	GB 8368—2018; 国械注准 20173140954	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1080	一次性使用 输液器 带 针	云浮市	浙江京环医疗用 品有限公司	罗定市第五人 民医院	A-3	批 20230307	GB 8368—2018; 国械注准 20153141919	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/
1081	空心纤维血 液透析滤过 器	云浮市	注册人:费森尤斯 医药用品股份及 两合公司;代理 人:费森尤斯医药 用品(上海)有限 公司	郁南养可血液 透析中心	FX CorDiax 80	E4XA10110	YY 0053-2016; 国械注进 20173102117	广东省医疗器械质 量监督检验所	符合	/

1082	血液净化装置的体外循环血路	云浮市	贝恩医疗设备(广州)有限公司	云浮惠民医院	BAIN-BL-048	2301160209	YY 0267-2016; 国械注准 20153100208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1083	血液净化装置的体外循环血路	云浮市	山东威高血液净化制品股份有限公司	云浮惠民医院	JRHLL-020	22120321	YY 0267-2016; 国械注准 20183101801	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1084	电子血压计	云浮市	欧姆龙(大连)有限公司	云浮市大参林药店有限公司罗桂桥分店	L10	202304L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162070146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/
1085	弱视综合治疗仪	广州市	广州市视正医疗器械有限公司	广州市视正医疗器械有限公司	SZ-C8	RS2205	粤械注准 20172160315	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	设备或设备部件的外部标记
1086	手持视力筛查仪	广州市	万灵帮桥医疗器械(广州)有限责任公司	万灵帮桥医疗器械(广州)有限责任公司	SL-100	S1B230402	粤械注准 20182160836	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	设备或设备部件的外部标记、指示灯的颜色、输入功率
1087	射频等离子手术电极	广州市	广州帕玛医疗科技有限公司	广州帕玛医疗科技有限公司	PM307	2304240270002	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20182010067	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	使用说明书
1088	冲吸式消融电极	广州市	注册人: 医度健康科技(广州)有限公司 受托生产企业: 深圳中创奥健医疗科技有限公司	医度健康科技(广州)有限公司	SS-ZY02	23042401	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 粤械注准 20222010748	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	高频电解质强度
1089	臂式电子血压计	广州市	北京绿源恒泰医疗器械有限公司	叮当智慧药房(广州)有限公司广州海珠侨城路店	LY-701D	2305005	YY 0505-2012; 京械注准 20142070043	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构: 北京市医疗器械检验研究院	不符合规定	辐射发射

1090	医用一次性防护服	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市兴业卓辉实业有限公司	无菌型 170	X2308	粤械注准 20202140440	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：北京市医疗器械检验研究院	不符合规定	抗静电性
1091	医用一次性防护服	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市兴业卓辉实业有限公司	无菌型 170	X2070	粤械注准 20202140440	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：北京市医疗器械检验研究院	不符合规定	抗静电性
1092	无菌医用防护口罩	深圳市	河北金禧医疗科技有限责任公司	深圳市立丰大药房有限公司东海分店	折叠式、耳挂式 20cm×16cm	20221206	冀械注准 20212140770	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1093	医用防护口罩	深圳市	河南圣士康医疗器械有限公司	汕尾市国荣广信药业连锁有限公司赤石分店	折叠挂耳型	F22101604	GB 19083-2010	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1094	半导体激光治疗仪	深圳市	深圳索感科技有限公司	深圳索感科技有限公司	ILaser II	SNILII2211741	国械注准 20203010993	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	设备或设备部件的外部标记
1095	医用红外额温计	深圳市	深圳鸿益生物科技有限公司	深圳鸿益生物科技有限公司	F01	HYF012212002	粤械注准 20192070842	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	低温和超温提示
1096	医用红外体温计	深圳市	深圳市贝斯曼精密仪器有限公司	深圳市贝斯曼精密仪器有限公司	BFT-866	BT10420002E	粤械注准 20202070462	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	最大允许误差

1097	消融电极 (多功能手术解剖器)	深圳市	南昌元合泽众科技有限公司	深圳市中流医疗器械有限公司	YH-× RDJ-EE150	221205	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 赣 械注准 20172010236	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	设备或设备部件的外部标记
1098	臂式电子血压计	深圳市	深圳泰康医疗设备有限公司	深圳泰康医疗设备有限公司	TK-B102	TK-B102008 992001	YY 0505-2012; 粤械注准 20222070577	原检机构: 广东省 医疗器械质量监督 检验所 复检机构: 深圳市 医疗器械检测中心	不符合规定	辐射发射
1099	腹膜透析机 管路	珠海市	珠海保税区大生 生物科技有限公司	珠海保税区大 生生物科技有 限公司	PDP - PE-6	23013101	国械注准 20153101277	原检机构: 广东省 医疗器械质量监督 检验所 复检机构: 福建省 食品药品质量检验 研究院	不符合规定	药液接口
1100	医用降温毯	珠海市	珠海睿博医疗科 技有限公司	珠海睿博医疗 科技有限公司	RBT-Y1	T012302010 06	粤械注准 20212090510	广东省医疗器械质 量监督检验所	不符合规定	设备或设备部 件的外部标记
1101	无菌医用防 护口罩	惠州市	河北金禧医疗科 技有限责任公司	广东顺康堂大 药房连锁有限 公司石湾科技 园分店	折叠式、耳 挂式 20cm ×16cm	20221125	冀械注准 20212140770	广东省医疗器械质 量监督检验所	不符合规定	过滤效率
1102	医用防护口 罩	汕尾市	福建省佩吉服装 股份有限公司	广东汇得药业 有限公司	无菌型折 叠耳挂式 无菌型折 叠耳挂式	PJ-03-2210 15	闽械注准 20212140069	广东省医疗器械质 量监督检验所	不符合规定	密合性
1103	无菌医用防 护口罩	汕尾市	河北金禧医疗科 技有限责任公司	汕尾市城区金 药大药房(信 利社区店)	折叠式、耳 挂式 20cm ×16cm	20221206	冀械注准 20212140770	广东省医疗器械质 量监督检验所	不符合规定	密合性

1104	医用防护口罩	汕尾市	河南圣士康医疗器械有限公司	汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司城区泰生分店	折叠挂耳型	F22101501	GB 19083-2010	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1105	医用防护口罩	汕尾市	上海国颂医疗科技有限公司	广东汇得药业有限公司	灭菌级	20221209	沪械注准 20202140497	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心	不符合规定	密合性
1106	医用防护口罩	东莞市	山东爸爸的选择健康科技有限公司	广东省东莞国药集团有限公司石碣新风药店	折叠式 16.5 × 10.5cm(± 0.5cm)	20221122	鲁械注准 20202140962	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：北京市医疗器械检验研究院	不符合规定	密合性
1107	无菌医用防护口罩	中山市	河北金禧医疗科技有限责任公司	中山火炬开发区惠仁堂药店	折叠式、耳挂式 20cm ×16cm	20221206	冀械注准 20212140770	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1108	双极滴水电凝镊（高频手术电极）	中山市	武汉金柏威光电技术有限公司	中山火炬开发区人民医院	JBW/D-D	22101003	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 鄂 械注准 20142011659	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	使用说明书
1109	超声波臭氧雾化妇科治疗仪	江门市	江门市富美尔环保科技有限公司	江门市富美尔环保科技有限公司	FJ-007B	2302060053 -5	粤械注准 20162180812	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下的连续漏电流、超声雾化器

1110	医用防护口罩	佛山市	湖南萧邦医疗器械有限公司	佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司东苑分店	折叠型耳带式(灭菌型)15.6cm×10.8cm	× BPN2022031 701M	湘械注准 20202141444	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：湖南省药品检验检测研究院	不符合规定	密合性
1111	一次性无菌吸氧面罩	佛山市	佛山市南海奥利华医疗器械有限公司	佛山市南海奥利华医疗器械有限公司	成人型	23021701	粤械注准 20182080133	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	尺寸及偏差
1112	一次性使用负压引流护创材料	佛山市	佛山众信康生物科技有限公司	佛山众信康生物科技有限公司	Z× K-A3(150* 100*10 单位：mm)	20230203	粤械注准 20172140604	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心	不符合规定	护创材料化学性能：酸碱度
1113	一次性使用中心静脉导管套装	佛山市	昊朗科技(佛山)有限公司	昊朗科技(佛山)有限公司	TF-C 12Fr2× 20cm	2303223	国械注准 20143032347	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	紫外吸光度
1114	注射泵	佛山市	佛山市汉康医疗设备有限公司	佛山市汉康医疗设备有限公司	S3-Pro	230201	粤械注准 20182540628	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	工作数据的准确性
1115	医用一次性防护服	阳江市	惠州市新俊达塑料制品有限公司	阳江市海陵岛闸坡镇卫生院	带脚套连身式 165	20221016	粤械注准 20222140598	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合规定	抗静电性

1116	医用一次性防护服	湛江市	湖南寰宇新材料科技股份有限公司	湛江市万邦大药房连锁有限公司同仁堂药房	连身式(无菌型)	HF22041811	湘械注准 20202140362	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	外观-针距
1117	医用防护口罩	湛江市	邓州市国控鸿发无纺布有限公司	好药师鑫丰大药房连锁(广东)有限公司坡头天颐店	无菌折叠耳挂式	22112301	豫械注准 20212140731	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1118	一次性使用高频手术电极	湛江市	扬州市华威医疗器械有限公司	湛江市第四人民医院	HWGDJ-I-25	20220802	GB 9706.1-2007; GB 9706.4-2009; 苏 械注准 20172012545	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	使用说明书
1119	医用防护口罩	茂名市	河南圣士康医疗器械有限公司	茂名高新技术产业开发区冯府大药房	折叠挂耳型	F22100704	GB 19083-2010	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性
1120	医用防护口罩	潮州市	秦皇岛泰治医疗科技有限公司	潮州市新千禧药业有限公司国药大药房	160mm×105mm	2022082301	冀械注准 20212140044	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：河北省药品医疗器械检验研究院	不符合规定	密合性
1121	医用防护口罩	揭阳市	山东康尔泰防护用品有限公司	揭阳市伟锋药业有限公司揭西十五分店	无菌立体型耳挂式	20221122	鲁械注准 20222140508	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合规定	密合性、微生物指标