

关于计量器具型式批准证书注销的申请

致滨江区市场监督管理局：

依据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十八条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的市场监督管理部门依据申请办理行政许可注销手续：（一）被许可人不再从事行政许可活动，并且不存在因涉嫌违法正在被市场监督管理部门或者司法机关调查的情形，申请办理注销手续的；...”。我司已停止生产获行政许可的 2 款计量器具产品 EM-5P 型便携式烟气分析仪（烟气分析仪）、DMS-100 型光散射式数字粉尘测试仪，现申请注销 2 款产品的计量器具型式批注证书，望批准为盼！

此致

敬礼

杭州春来科技有限公司
2022年7月20日





中华人民共和国
计量器具型式批准证书

杭州春来科技有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



20180892-33

批准人：

吴一社

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

| 名称 | 型号 | 规格 | 准确度 | |
|---------------------|-------|-------------------|---|----------|
| 便携式烟气分析仪 (烟气分析仪) | EM-5P | NO: | 量程1: (0~200) mg/m ³ 量程2: (0~2000) mg/m ³ | MPE: ±5% |
| | | SO ₂ : | 量程1: (0~200) mg/m ³ 量程2: (0~2000) mg/m ³ | |
| | | NO ₂ : | 量程1: (0~200) mg/m ³ 量程2: (0~2000) mg/m ³ | |
| | | CO ₂ : | (0~65) % | |
| | | O ₂ : | (0~25) % | |
| | | CO: | (0~500) μmol/mol | |

以下空白

发证日期：二〇一八年十二月十四日

发证机关（盖章）：

