

附件 1

初测结果偏离正常范围的实验室名单

序号	项目编号	项目名称	初测结果偏离正常范围的实验室	存在问题
1	2022-A-01	钢卷尺量值比对	石河子质量与计量检测所	在 2m、4m、6m、8m 与 10m 出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围
			克拉玛依市质量与计量检测所	在 2m、4m 测量值符合规定要求，测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在 6m、8m 与 10m 出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围
			阿克苏地区质量与计量检测所	在 2m、4m、8m 与 10m 测量值符合规定要求，测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在 6m 出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围
			新疆油田分公司计量监督检测中心	在 2m 测量值符合规定要求，测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在 4m、6m、8m 与 10m 出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围
2	2022-A-02	冷水水表检定装置量值比对	塔城地区质量与计量检测所	在 $Q_2=0.026\text{m}^3/\text{h}$ 、 $Q_1=0.016\text{m}^3/\text{h}$ 测量值符合规定要求，测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求，在 $Q_3=4.000\text{m}^3/\text{h}$ 时出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围。
			新疆准东石油股份有限公司油田实验室	在 $Q_3=4.000\text{m}^3/\text{h}$ 、 $Q_2=0.026\text{m}^3/\text{h}$ 、 $Q_1=0.016\text{m}^3/\text{h}$ 、时出现等效度 $ En > 1$ ，偏离正常范围。

3	2022-A-04	硫化氢气体检测仪量值比对结果	新疆新恒计量分析测试研究院 (有限公司)	在 50 $\mu\text{mol/mol}$ 与 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围
			新疆中测测试有限责任公司	在 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 与 50 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围
			吐鲁番质量与计量检测所	在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 在 50 $\mu\text{mol/mol}$ 与 80 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围
			新疆鼎诚检测科技有限责任公司	在 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 与 50 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围
			乌鲁木齐顺捷安鑫科技服务有限公司	在 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 与 50 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围
			独山子石化公司信息网络公司 计量检测中心	在 50 $\mu\text{mol/mol}$ 与 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围;
			新疆新油正诚空气呼吸器检测中心 (有限公司)	在 50 $\mu\text{mol/mol}$ 与 80 $\mu\text{mol/mol}$ 测量值符合规定要求, 测量不确定度水平符合计量标准考核证书要求, 在 20 $\mu\text{mol/mol}$ 出现等效度 $ En > 1$, 偏离正常范围

